

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՐՈՒՄՅԱԿ ԱՐՁՈՒՄԱՆՅԱՆ ՌԱՖԻԿ» ԱԶ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
69	Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd.	Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd.	Nasal Oxygen Cannula Child	Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd.	Խողովակ՝ փափուկ, ոչ տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, ֆիքսված կոնցենտրացիայով թթվածնի կարճաժամկետ մատակարարման համար քթով՝ ստերիլ, մեկանգամյա օգտագործման: Նախատեսված երեխաների համար անատոմիական թեքությամբ: Զթանցքների համար նախատեսված ելուստներով՝ հեռավորությունը ոչ պակաս 6մմ և ակաջակալներով: Խողովակի երկարությունը 2մ-ից ոչ պակաս, ներքին տրամագիծ 2.2մմ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ

					FDA որակի վկայական/ների առկայությունը պարտադիր է: Արտադրանքը պետք է ունենա նաև ISO13485 կամ GOST R ИСО 13485 որակի սերտիֆիկատները: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Арусяк Арзуманян Рафик в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-EUΔU72P-25/32
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
69					Трубка из мягкого, нетоксичного поливинилхлорида, для кратковременной подачи кислорода, стерильная, с анатомическим изгибом для ноздрей, с расстоянием не менее 2м, внутренний диаметр 2,2мм. Для поставляемой партии требуется маркировка CE или сертификат качества FDA. На момент поставки продукт также должен иметь сертификаты качества ISO13485 или ГОСТ Р 13485.