

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՐՈՒՄՅԱԿ ԱՐՁՈՒՄԱՆՅԱՆ ՌԱՖԻԿ» ԱԶ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
177	-	-	-	SHANDONG ZHENFU MEDICAL DEVICE CO., LTD.	Բակտերիովիրուսային զտիչ շնչառական կոնտուրի համար: Պատրաստված է թափանցիկ պլաստմասսայից, միացման չափսը 15/15-22, զտիչը բակտերիո- վիրուսային, ֆիլտրացիայի աստիճանը 99,999 % 24ժամ ԹԱՇ-ի համար, քաշը 20գ-ից ոչ ավել, հոսքի դիմադրությունը 3,0սմ H2O, մեռյալ տարածությունը ոչ ավել 32մլ: Միանգամվա օգտագործման, ստերիլ է, ապիրոգեն, ոչ տոքսիկ: : Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայական/ների

					առկայությունը պարտադիր է: Արտադրանքը պետք է ունենա նաև ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 որակի սերտիֆիկատները: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Арусяк Арзуманян Рафик в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ELXU72P-25/32
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
177					