

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կուրացիո ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
34	REDAX	REDAX	N/A	Redax S.P.A	Պետք է ունենա երեք հատված, որից մեկը 2000մլ-3000մլ, երկրորդը նախատեսված է ջրի համար (5-25սմ H2O), և պետք է ծառայի որպես միակողմանի փական, երրորդը պետք է միացված լինի վակուումի աղբյուրին և նախատեսված է բացասական ճնշման հսկման համար, պետք է ունենա նմուշառման պորտ: MRI համատեղելի է: Պետք է ունենա վակուումի ավտոմատ կարգավորիչ: Double նաև ունի 4 հատված, նախատեսված 2 դրենաժի համար: Ցանկացած մատակարարված

				<p>խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայական/ների առկայությունը պարտադիր է: Արտադրանքը պետք է ունենա նաև ISO13485 կամ GOST P ИСО 13485 որակի սերտիֆիկատները: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Курацио ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ECΔCΠ2P-25/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
34					