

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Angioplast	AS30	Angioplast	Angioplast	Թոքերի ժամանակավոր արհեստական օդափոխություն կատարելու համար նախատեսված շնչառական պարկ՝ մեծահասակների համար: Պոլիվինիլքլորիդե, հիպոալերգեն, ծավալը՝ ոչ պակաս 1500մլ: Լրակազմը ներառում է՝ ճնշման փական, պահուստային ռեգերվուար, 2մ երկարությամբ թթվածնային խողովակ, շնչական դիմակ, պահեստային փական: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայական/ների

					առկայությունը պարտադիր է: Արտադրանքը պետք է ունենա նաև ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 որակի սերտիֆիկատները: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Բերթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Angioplast	AS30	Angioplast	Angioplast	Թոքերի ժամանակավոր արհեստական օդափոխություն կատարելու համար նախատեսված շնչառական պարկ՝ մեծահասակների համար: Պոլիվինիլքլորիդե, հիպոալերգեն, ծավալը՝ ոչ պակաս 1500մլ: Լրակազմը ներառում է՝ ճնշման փական, պահուստային ռեզերվուար, 2մ երկարությամբ թթվածնային խողովակ, շնչական դիմակ, պահեստային փական: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայական/ների

					առկայությունը պարտադիր է: Արտադրանքը պետք է ունենա նաև ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 որակի սերտիֆիկատները: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն:
--	--	--	--	--	--