

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/59 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	ESSENTIO™	Essentio MRI SR	Բոստոն Սայենտիֆիկ Boston scientific	<p>Սրտի ռիթմը վարող իմպլանտացվող միախոռոչ սարք, առնվազն 1,5 Տեսլա ՄՌՏ համատեղելիությամբ: չափսերը. ծավալը ոչ ավել քան 14cc, քաշը ոչ ավել քան 25գր: կոնսեկտորի տիպը` IS-1: Խթանման ռեժիմները` VVI(R); AAI(R); VOO; AOO: Պետք է լինի կիրառելի Boston Scientific ծրագրավորիչի հետ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЛУРЧ-ЛУДЛУДР-25/59 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
15	ESSENTIO™	Essentio MRI SR	Բոստոն Սայենտիֆիկ Boston scientific	Սրտի ռիթմը վարող իմպլանտացվող միախոռոչ սարք, առնվազն 1,5 Տեսլա ՄՌՏ համատեղելիությամբ: չափսերը. ծավալը ոչ ավել քան 14cc, քաշը ոչ ավել քան 25գր: կոնսեկտորի տիպը՝ IS-1: Խթանման ռեժիմները՝ VVI(R); AAI(R); VOO; AOO: Պետք է լինի կիրառելի Boston Scientific ծրագրավորիչի հետ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ: