

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/59 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	Պեյսմեյկեր միախոռոչ Essentio MRI SR	Պեյսմեյկեր միախոռոչ Essentio MRI SR	Բոստոն Սայենտիֆիկ	Սրտի ռիթմը վարող իմպլանտացվող միախոռոչ սարք, առնվազն 1,5 Տեսլա ՄՌՏ համատեղելիությամբ: չափսերը. ծավալը ոչ ավել քան 14cc, քաշը ոչ ավել քան 25գր: կոնսեկտորի տիպը` IS-1: Խթանման ռեժիմները` VVI(R); AAI(R); VOO; AOO: Պետք է լինի կիրառելի Boston Scientific ծրագրավորիչի հետ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЛУРЧ-ЛУДЛՊՁԲ-25/59 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
15	Պեյսմեյկեր միախոռոչ Essentio MRI SR	Պեյսմեյկեր միախոռոչ Essentio MRI SR	Բոստոն Սայենտիֆիկ	Սրտի ռիթմը վարող իմպլանտացվող միախոռոչ սարք, առնվազն 1,5 Տեսլա ՄՌՏ համատեղելիությամբ: չափսերը. ծավալը ոչ ավել քան 14cc, քաշը ոչ ավել քան 25գր: կոնսեկտորի տիպը՝ IS-1: Խթանման ռեժիմները՝ VVI(R); AAI(R); VOO; AOO: Պետք է լինի կիրառելի Boston Scientific ծրագրավորիչի հետ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ: