

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեգսերվիս ՍՊԸ-ն ՇՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
34	Ակկու-Չեկ պերֆորմա թեստ- երիզներ	ROCHE	Accu-Chek Performa	ROCHE Diagnostics	Թեստ-երիզներ՝ նախատեսված Accu- Chek Performa գլյուկոմետրի համար: Չափման մեթոդ՝ Էլեկտրաքիմիական: Չափման միջակայքը՝ 0.6-33.3 մմոլ/լ: Չափման ժամանակահատվածը՝ 5 վրկ: Արյան ծավալը՝ 0.6մկլ: Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 5-45°C Խոնավություն՝ 10%-93% Արյան ծավալի անբավարարության դեպքում 30վրկ ընթացքում արյուն ավելացնելու երկրորդ հնարավորություն (Second chance) Ճշգրտությունը՝ համակարգը համապատասխանում է ISO 15197

					չափորոշիչների պահանջներին: Արտադրողի կողմից հաստատված արտոնագիր:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЕЗСЕРВИС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 50404-ЕЦДЦ72Р-25/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
34	Стрип Accu-Chek Performa	ROCHE	Accu-Chek Performa	ROCHE Diagnostics	Тест-полоски для глюкометра Accu-Chek Performa. Метод измерения: электрохимический. Диапазон измерений: 0,6-33,3 ммоль/л. Время измерения: 5 секунд. Объем крови: 0,6 мкл. Рабочая температура: 5 -45 °С Влажность: 10% - 93% Второй вариант — добавить кровь в течение 30 секунд в случае дефицита объема крови. Точность: Система соответствует требованиям ISO 15197. Лицензия одобрена производителем.