

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդպրո ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/39 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Անզգայացման սարք	Անզգայացման սարք	Անզգայացման սարք	"Գազերի մատակարարման համակարգ. - Թթվածնի մատակարարման միջակայք՝ ոչ պակաս, քան 0-10 լ/րոպե տիրույթում - Օգտագործվող անեսթետիկներ՝ ոչ պակաս, քան Sevoflurane, Isoflurane - Ոչ պակաս, քան երկու գոլորշեցուցիչի առկայություն, յուրաքանչյուրի տարողությունը ոչ պակաս, քան 250 մլ Վենտիլացիոն համակարգ (ոչ պակաս, քան). - ԹՄՇ ռեժիմներ: - VCV - PCV - SIMV - Սպոնտան օդափոխություն Կարգավորումներ. - Օդափոխության հաճախություն՝ ոչ պակաս, քան 2-60 ներշնչում/րոպե տիրույթում - Ներշնչման ծավալ՝ ոչ պակաս, քան 50-1500 մլ տիրույթում - PEEP՝ ոչ պակաս, քան 3-20 սմ ջր. սյուն միջակայքում: Հետադարձ կապ. - Ցուցադրվող պարամետրեր՝ ոչ պակաս, քան ՍԿՀ, SpO2, EtCO2, շնչական ճնշում և ծավալ - Չգուշացման համակարգ՝

				տեսողական և ձայնային ազդանշաններով Տեխնիկական պահանջներ. - Համապատասխանելիություն ստանդարտներին: - Առնվազն մեկ մոնիտորի առկայություն (ոչ պակաս, քան 15 դյույմ) Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ 1. ISO13485 2. CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA"
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Убѣщрп УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ЕЦДЦПЗР-25/39 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Аппарат для анестезии	Аппарат для анестезии	Аппарат для анестезии	"«Система газоснабжения. - Диапазон подачи кислорода: не менее 0-10 л/мин - Используемые анестетики: не менее севофлурана, изофлурана. - Наличие не менее двух испарителей, емкостью не менее 250 мл каждый Система вентиляции (не менее): - Режимы TASH. - ВЦВ - ПКВ - СИМВ - Спонтанная вентиляция - Настройки: - Частота вентиляции: не менее 2-60 вдохов/мин. - Объем вдоха: не менее 50-1500 мл - ПДКВ: не менее 3-20 см вод. ст. между столбцами. Обратная связь: - Отображаемые параметры: не менее САД, SpO2, EtCO2, дыхательное давление и объем - Система оповещения с визуальными и звуковыми сигналами - Технические требования: - Соответствие стандартам. - Наличие хотя бы одного монитора (не менее 15 дюймов)

				Оборудование и аксессуары Установка и запуск Обучение персонала на месте Руководство пользователя на армянском, английском или русском языке Оборудование должно быть новым, неиспользованным. Оборудование должно включать в себя все необходимые дополнительные устройства и принадлежности, необходимые для полноценной работы. Гарантия не менее 24 месяцев Сертификаты качества 1. ISO13485 2. CE Mark (Directive 93/42/EEC) или FDA"
--	--	--	--	--