

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/46 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	<p>Էլեկտրական ֆունկցիոնալ մահճակալ կառավարման վահանակով: Մահճակալի չափսերը՝ 2160x960x500մմ±5%: Սեկցիաների քանակը՝ 4, վահանակի միջոցով գլխային և ազդրա-ոտքային հատվածների բարձրության (անկյան թեքության) կարգավորում: Գլխային հատվածի անկյան թեքության կարգավորում՝ առնվազն 0-80° տիրույթում: Ազդրա- ոտքային հատվածի անկյան թեքության կարգավորում՝ առնվազն 0-40° տիրույթում: Գլխային և ոտքերի հատվածների պարիսպները պատրաստված են հարվածադիմացկուն պլաստիկից, հեշտ դուրս եկող: Ալյումինե, ծավվող կողային բազրիքներ: Կողային բազրիքների չափսերը՝ 1430x35x350 մմ±5%: Շտատիվ ներարկումների համար կարգավորվող բարձրությամբ և առնվազն 4 կախիչներով: Ունիվերսալ անիվներ արգելակներով, քանդվող և հեշտ դուրս եկող: Անիվների տրամագիծը՝ 125 մմ±5%: Թույլատրելի առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ ոչ պակաս, քան 280 կգ: Մահճակալի քաշը՝ 60 կգ±5%: CPR (Կարդիոպուլմոնար վերակենդանացում) համակարգի առկայություն՝ արտակարգ</p>

			<p>իրավիճակների համար: Ներքնակի չափսերը՝ 2000x850x80 մմ±5% (ոչ պակաս, քան 80 մմ սպունգ, խտությունը՝ ոչ պակաս, քան 20 կգ/մ³):</p> <p>Ներքնակը պետք է բաղկացած լինի 4 մասից, որոնք միանում են իրար շղթաներով, և պետք է հնարավոր լինի սպունքը հանել և փոխարինել</p> <p>Ներքնակի միջից: Ներքնակը պետք է ծավի մահճակալի այն հատվածի հետ, որի թեքությունը անհրաժեշտ է կարգավորել: Ներքնակը պետք է ունենա անցքեր, որոնց շնորհիվ օդ է ներս թափանցում, իսկ պառկելուց օդը արագ դուրս է մղվում: Մահճակալը պետք է լինի նոր և չօգտագործված:</p> <p>Մահճակալի տեղադրում Պատվիրատույի կողմից նշված հիվանդանոցային պալատում: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի:</p>
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗУЧ-ЕУДЗУТЗР-25/46 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
2	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	<p>Էլեկտրական ֆունկցիոնալ մահճակալ կառավարման վահանակով: Մահճակալի չափսերը՝ 2160x960x500մմ±5%: Սեկցիաների քանակը՝ 4, վահանակի միջոցով գլխային և ազդրա-ոտքային հատվածների բարձրության (անկյան թեքության) կարգավորում: Գլխային հատվածի անկյան թեքության կարգավորում՝ առնվազն 0-80° տիրույթում: Ազդրա-ոտքային հատվածի անկյան թեքության կարգավորում՝ առնվազն 0-40° տիրույթում: Գլխային և ոտքերի հատվածների պարիսպները պատրաստված են հարվածադիմացկուն պլաստիկից, հեշտ դուրս եկող: Այլումինե, ծավվող կողային բազրիքներ: Կողային բազրիքների չափսերը՝ 1430x35x350 մմ±5%: Շտատիվ ներարկումների համար կարգավորվող բարձրությամբ և առնվազն 4 կախիչներով: Ունիվերսալ անիվներ արգելակներով, քանդվող և հեշտ դուրս եկող: Անիվների տրամագիծը՝ 125 մմ±5%: Թույլատրելի առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ ոչ պակաս, քան 280 կգ: Մահճակալի քաշը՝ 60 կգ±5%: CPR (Կարդիոպուլմոնար վերակենդանացում) համակարգի առկայություն՝ արտակարգ</p>

			<p>իրավիճակների համար: Ներքնակի չափսերը՝ 2000x850x80 մմ±5% (ոչ պակաս, քան 80 մմ սպունգ, խտությունը՝ ոչ պակաս, քան 20 կգ/մ³):</p> <p>Ներքնակը պետք է բաղկացած լինի 4 մասից, որոնք միանում են իրար շղթաներով, և պետք է հնարավոր լինի սպունքը հանել և փոխարինել ներքնակի միջից: Ներքնակը պետք է ծավի մահճակալի այն հատվածի հետ, որի թեքությունը անհրաժեշտ է կարգավորել: Ներքնակը պետք է ունենա անցքեր, որոնց շնորհիվ օդ է ներս թափանցում, իսկ պառկելուց օդը արագ դուրս է մղվում: Մահճակալը պետք է լինի նոր և չօգտագործված:</p> <p>Մահճակալի տեղադրում Պատվիրատույի կողմից նշված հիվանդանոցային պալատում: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի:</p>
--	--	--	--