

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեկտա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԳՀԾՀԽ-2025/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Biochemistry analyser	BS	BS 230	SHENZHEN MINDRAY BIO- MEDICAL ELECTRONICS CO.,LTD.	Ավտոմատ քիմիական անալիզատոր Նվազագույն չափելի պարամետրեր. ALT, AST, ALP, GGT, LDH, CK, CK-MB, AMY, AMY-P, TG, TChol, HDL-Chol, UA, UREA, Glu, TP, Alb, T-bil, D-Bil, Ca, Mg, HbA1c, Phosphor, D-Dimer, Crea, Fe, LDL, hsCRP, CRP, Lact Վերլուծության մեթոդը ոչ պակաս, քան Վերջնակետ, 2-6 կետ Կինետիկա, 2 կետ Աբսորբցիա Տուրբիդիմետրիա Գծային կամ ոչ գծային տրամաչափում Ոչ պակաս քան 6" գունավոր հպումային թվային դիսպլեյ Արտադրողականությունը՝ ոչ

				պակաս քան 100 թեստ 1 ժամում Լույսի աղբյուր Հալոգենային լամպ. 6V / 10W կամ 12V / 20W կամ համարժեք LED լամպ Ռեակտիվները ճանաչելու գծիկավոր կամ QR կոդ կարդացող միավորի առկայություն Ինտերֆեյս Սերիական ինտերֆեյսի պորտերի առկայություն` համակարգչին և տպիչին միանալու համար, USB Էլեկտրոսնուցում 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Մեկնարկի համար ոչ պակաս քան 500 թեստի համար ռեագենտների առկայություն Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Regulation IVDR 2017/746) կամ FDA կամ համարժեք
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԳՀԾՀԽ-2025/44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Biochemistry analyser	BS	BS 230	BiochemestrSHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO.,LTD.y analyser	Ավտոմատ քիմիական անալիզատոր Նվազագույն չափելի պարամետրեր. ALT, AST, ALP, GGT, LDH, CK, CK-MB, AMY, AMY-P, TG, TChol, HDL-Chol, UA, UREA, Glu, TP, Alb, T-bil, D-Bil, Ca, Mg, HbA1c, Phosphor, D-Dimer, Crea, Fe, LDL, hsCRP, CRP, Lact Վերլուծության մեթոդը ոչ պակաս, քան Վերջնակետ, 2-6 կետ Կինետիկա, 2 կետ Աբսորբցիա Տուրբիդիմետրիա Գծային կամ ոչ գծային տրամաչափում Ոչ պակաս քան 6" գունավոր հպումային թվային դիսպլեյ Արտադրողականությունը՝ ոչ

				պակաս քան 100 թեստ 1 ժամում Լույսի աղբյուր Հալոգենային լամպ. 6V / 10W կամ 12V / 20W կամ համարժեք LED լամպ Ռեակտիվները ճանաչելու գծիկավոր կամ QR կոդ կարդացող միավորի առկայություն Ինտերֆեյս Սերիական ինտերֆեյսի պորտերի առկայություն` համակարգչին և տպիչին միանալու համար, USB Էլեկտրոսնուցում 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Մեկնարկի համար ոչ պակաս քան 500 թեստի համար ռեագենտների առկայություն Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Regulation IVDR 2017/746) կամ FDA կամ համարժեք
--	--	--	--	--

