

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/63 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Չենմեդ	Չենմեդ	Չենմեդ	Ստերիլ անգիոգրաֆիկ հավաքածու, որը պարունակում է հիվանդի ծածկոց 200x300սմ չափսի երեք շերտանի ներծծող հատվածով, նյութը վիսկոզ ոչ պակաս քան 73 g/m, ունի 2 անցքեր, որոնց տրամագիծը 9սմ, իրարից հեռավորությունը 15սմ, վրան ունեն ինքնաստսնձվող թաղանթ, ընդ որում միակողմանի թափանցիկ պանելով 60x300սմ չափսի; անցքերի հատվածում առկա է հավելյալ ներծծող շերտ 75x75սմ մակերեսով; գործիքների համար նախատեսված ծածկոց 100x150սմ չափսի 1հատ, վիրաբույժի խալաթ 70սմ լայնքի կրկնակի շերտով պաշտպանվածության, նյութը SMS 43գր/մ2 L չափսի 1 հատ և XL չափսի 1 հատ, ձեռքի սրբիչ 40x40սմ չափսի ` կազմությունը Scrim Thread-3''x2''/square inch/ 2 հատ, ֆյուրոսկոպի պոլիէթիլենային ծածկ 90x100սմ /մեզ մոտ 75*90սմ/ ուղղանկյուն պարկ 1 հատ,

				փայտիկով սպունգ վիրահատական դաշտը մշակելու համար, թանգիֆե անձեռոցիկ 10x10սմ սմ չափսի 8 շերտանոց 10 հատ, 1 հատ պլաստիկ թաս 500մլ, 1 հատ սկոտեղ՝ 1000 մլ : Բոլոր չափսերին վերաբերվում է $\pm 1\%$ գործակիցը: Փաթեթավորման հերթականությունը՝ բոլորը կտորները ճիշտ ուղղություններով ծալադարսված դրվում են գործիքների սեղանի ծածկոցի մեջտեղում, որից հետո ծածկոցը փաթաթվում է սկզբում ըստ լայնքի, հետո ըստ երկարության այնպես, որ փաթեթը սեղանի մեջտեղում դնելուց հետո բացվի սեղանի վրա առանց ներսի շերտին դիպչելու: Հավաքածուի որևէ կտոր չպետք է լինի մազմզոտ կամ թելիկներ բաց թողնի նույնիսկ թրջվելիս: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Բեւթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/63 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Zenmed	Zenmed	Zenmed	Ստերիլ անգիոգրաֆիկ հավաքածու, որը պարունակում է հիվանդի ծածկոց 200x300սմ չափսի երեք շերտանի ներծծող հատվածով, նյութը վիսկոզ ոչ պակաս քան 73 g/m, ունի 2 անցքեր, որոնց տրամագիծը 9սմ, իրարից հեռավորությունը 15սմ, վրան ունեն ինքնասոսնձվող թաղանթ, ընդ որում միակողմանի թափանցիկ պանելով 60x300սմ չափսի; անցքերի հատվածում առկա է հավելյալ ներծծող շերտ 75x75սմ մակերեսով; գործիքների համար նախատեսված ծածկոց 100x150սմ չափսի 1հատ, վիրաբույժի խալաթ 70սմ լայնքի կրկնակի շերտով պաշտպանվածության, նյութը SMS 43գր/մ2 L չափսի 1 հատ և XL չափսի 1 հատ, ձեռքի սրբիչ 40x40սմ չափսի ` կազմությունը Scrim Thread-3''x2''/square inch/ 2 հատ, ֆյուրոսկոպի պոլիէթիլենային ծածկ 90x100սմ /մեզ մոտ 75*90սմ/ ուղղանկյուն պարկ 1 հատ,

				փայտիկով սպունգ վիրահատական դաշտը մշակելու համար, թանգիֆե անձեռոցիկ 10x10սմ սմ չափսի 8 շերտանոց 10 հատ, 1 հատ պլաստիկ թաս 500մլ, 1 հատ սկոտեղ՝ 1000 մլ : Բոլոր չափսերին վերաբերվում է $\pm 1\%$ գործակիցը: Փաթեթավորման հերթականությունը՝ բոլորը կտորները ճիշտ ուղղություններով ծալադարսված դրվում են գործիքների սեղանի ծածկոցի մեջտեղում, որից հետո ծածկոցը փաթաթվում է սկզբում ըստ լայնքի, հետո ըստ երկարության այնպես, որ փաթեթը սեղանի մեջտեղում դնելուց հետո բացվի սեղանի վրա առանց ներսի շերտին դիպչելու: Հավաքածուի որևէ կտոր չպետք է լինի մազմզոտ կամ թելիկներ բաց թողնի նույնիսկ թրջվելիս: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:
--	--	--	--	---