ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սուրեն Հակոբյան Գուրգենի ԱՁ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/161 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Անզգայացման սարք	-	-	-	Անզգայացման սարք նախատեսված մեծահասակների և նորածինների համար, միկրոպրոցեսսորային կառավարմամբ, պնևմատիկ ինհալացիոն համակարգով, որը պետք է համալրված լինի՝ արտաշնչման և ներշնչման հոսքի տվիչով: Ներկառուցված վակումի համակարգ: Էլեկտրոնային PEEP կարգաբերումով: Համակարգի ինքնաստուգման թեստ՝ ոչ ավել քան 4 րոպե: Սարքը պետք է օժտված լինի արտահոսքի սենսորով, անզգայացնող գազի տիպի ավտոմատ իդենտիֆիկացիայով,

					պարամագնետիկ թթվածնի տվիչով, ներկառուցված դարակներով։ Գոլորշացուցիչները փոփոխական շրջանցիկ, ամբողջությամբ փոխհատուցվող մեթոդով։ Շնչառության ծավալ՝ ոչ պակաս քան 5 -1,400 մլ միջակայքում։ Ներշնչման դադար՝ ոչ պակաս քան 0-50% միջակայքում։ Շնչառության հաճախականություն՝ ոչ պակաս քան 4-100 շնչ/րոպե միջակայքում։ Ներշնչման հոսք՝ ոչ պակաս քան 250 լ/ր։ Պասիվ անզգայացնող գազի հեռացում։ CO2-ի կոնցենտրացիայի արտացոլում ներկառուցված մոնիտորին, արտաշնչման ծավալի հաշվարկում էլեկտրոնային անեմոմետրիկ մեթոդով, թթվածնի տվիչի արձագանքը ոչ ավել քան 0,45վ, աշխատանքը ներկառուցված մարտկոցներից՝ ոչ պակաս քան 90ր։ Դիտարկման հնարավորությունները՝ թայմերի առկայություն բոլոր ռեժիմներում, ներկառուցված մոնիտոր՝ ոչ պակաս քան 18 դույմ, և համակցված խնամյալի կարդիո մոնիտոր՝ոչ պակաս քան 15 դյույմ։ Կորերի արտացոլման հնարավորության առկայություն՝

					ճնշում, հոսք, ծավալ, ECG, RESP, SpO2, PR, CO2, EtCo2, 2x Temp, 2x IBP, NIBP, Հալոտան, Իզոֆլուրան, Էնֆլուրան, սևոֆլուրան, դեսֆլուրան, թթվածին: Գրաֆիկական և թվային տրենդների առկայություն՝ Ppeak, Pmean, PEEP, MV, CO2 insp. /exp., O2 insp./exp., ազդող նյութի, դիմադրություն, ստատիկ/դինամիկ համապասխանություն: Տագնապների պահպանում և արտահանում: Վենտիլյացիոն ռեժիմներ, առնվազն՝ MAN/SPONT, VCV, SIMV, PCV, SIMV, PSV/CPAP, HLM: Սարքը պետք է հնարավորություն ունենա հետևյալ ցուցմունքների արտացոլման՝ ստատիկ/դինամիկ համապատասխանություն՝ CO2/C, Ppeak, Pplateau, Pmean, PEEP, MV, MV calculated, MV spontaneous%, VTi, Vte, Leak%, Frequency total, spontaneous, Frequency CO2, Ti spontaneous, Tinspiratoric, Texpiratoric, I:E, CO2 measurement, FiCO2, EtCO2, O2, Agent: Լրակազմ՝ Անզգայացման սարք կապնոգրաֆիայով, խնամյալի

					կարդիո մոնիտոր, Գոլորշացուցիչներ 2 հատ՝ իզոֆլյուրան և սեվոֆլուրան, «Freshgas» պորտ: Տեղադրում և ուսուցում, Օգտագործողի ձեռնարկ: Սարքավորման երաշխիքային ժամկետ՝ ոչ պակաս քան 1,5 տարի: Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Որակի վկայականներ (առկայություն)՝ ISO13485, ISO80601-2-13, IEC60601-1, IEC60601-2, CE Mark (Directive 93/42/EEC): Սարքի առաքումը և տեղադրումը պետք է կատարվի մատակարարի կողմից՝ պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Սուրեն Հակոբյան Գուրգենի ԱՁ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/161 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					