

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՈՊՐԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/37 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	1.MEDITECH.2.Shuangyang 3.COSON 4.XCMEDICO	1.MEDITECH.2.Shuangyang 3.COSON 4.XCMEDICO	1.MEDITECH.2.Shuangyang 3.COSON 4.XCMEDICO	1.Changzhou Meditech Technology Co., Ltd. 2.Jiangsu Shuangyang Medical Instrument Co., Ltd. 3.Ruijianpengke(Xiamen) Medical Technology Co., Ltd 4.Changzhou Xc Medico Technology Co., Ltd.	Ոլոքի հարթակ՝ Ս.Կ.-Դ.Կ ոլոքի հարթակ, աջ և ձախ վերջույթների համար ունիվերսալ են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են: Հարթակի պահանջվող անցքերն են՝ 6, 7, 8, 9, 10 անցք: Հարթակը ենթակա է մոդելավորման: 2. Բազկի հարթակ՝ Ս.Կ.-Դ.Կ., աջ և ձախ վերջույթների համար ունիվերսալ են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են: Հարթակի պահանջվող անցքերն են՝ 5, 6, 7, 8, 9, 10 անցք: Հարթակը ենթակա է մոդելավորման: 3. Ոլոքի

				պրոքսիմալ մեդիալ/լատերալ հարթակ՝ աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են: Պրոքսիմալ լայնացած հատվածում առկա են 3 անցք 4.5 մմ պտուտակների համար, մարմնին կա 1 ռեպոզիցիոն պտուտակի (6.0մմ սպոնգիոզ, 1, 1/2, 2/3 պարուրագծով) համար, դիստալ հատվածում լինում է 5, 7, 9, 11, 13 կոմբինացված կամ ֆիքսված անցք: Հարթակը ենթակա է մոդելավորման: 4. Ոլոքի դիստալ մեդիալ մեդիալ/լատերալ հարթակ՝ աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են: Դիստալ լայնացած հատվածում առկա են 3 անցք պտուտակների և 3 անցք շյուղի համար, մարմնին՝ 5, 7, 9, 11, 13 անցք: Հարթակը նախատեսված է 4.5մմ կորտիկալ, 6.0մմ սպոնգիոզ պտուտակների համար: Հարթակը ենթակա է մոդելավորման:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍՈՊԴԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕРЧ-ЕԱՃԱՊԶԲ-25/37 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	1.MEDITECH.2.Shuangyang 3.COSON 4.XCMEDICO	1.MEDITECH.2.Shuangyang 3.COSON 4.XCMEDICO	1.MEDITECH.2.Shuangyang 3.COSON 4.XCMEDICO	1.Changzhou Meditech Technology Co., Ltd..2.Jiangsu Shuangyang Medical Instrument Co., Ltd.3.Ruijianpengke(Xiamen) Medical Technology Co., Ltd 4.Changzhou Xc Medico Technology Co., Ltd.	Ոլոքի հարթակ՝ Ս.Կ.-Դ.Կ ոլոքի հարթակ, աջ և ձախ վերջույթների համար ունիվերսալ են, սահմանափակ կոնտակտով դիսամիկ կոմպրեսսիոն են: Հարթակի պահանջվող անցքերն են՝ 6, 7, 8, 9, 10 անցք: Հարթակը ենթակա է մոդելավորման: 2. Բազկի հարթակ՝ Ս.Կ.-Դ.Կ., աջ և ձախ վերջույթների համար ունիվերսալ են, սահմանափակ կոնտակտով դիսամիկ կոմպրեսսիոն են: Հարթակի պահանջվող անցքերն են՝ 5, 6, 7, 8, 9, 10 անցք: Հարթակը ենթակա է մոդելավորման: 3. Ոլոքի

				պրոքսիմալ մեդիալ/լատերալ հարթակ՝ աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են: Պրոքսիմալ լայնացած հատվածում առկա են 3 անցք 4.5 մմ պտուտակների համար, մարմնին կա 1 ռեպոզիցիոն պտուտակի (6.0մմ սպոնգիոզ, 1, 1/2, 2/3 պարուրագծով) համար, դիստալ հատվածում լինում է 5, 7, 9, 11, 13 կոմբինացված կամ ֆիքսված անցք: Հարթակը ենթակա է մոդելավորման: 4. Ոլոքի դիստալ մեդիալ մեդիալ/լատերալ հարթակ՝ աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են: Դիստալ լայնացած հատվածում առկա են 3 անցք պտուտակների և 3 անցք շյուղի համար, մարմնին՝ 5, 7, 9, 11, 13 անցք: Հարթակը նախատեսված է 4.5մմ կորտիկալ, 6.0մմ սպոնգիոզ պտուտակների համար: Հարթակը ենթակա է մոդելավորման:
--	--	--	--	--