

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՈՊՐԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/37 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                               |                                                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                            | ապրանքային<br>նշանը                              | մակնիշը                                          | արտադրողի<br>անվանումը                                                                                                                                                                              | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5                  | 1.MEDITECH.2.Shuangyang<br>3.COSON<br>4.XCMEDICO | 1.MEDITECH.2.Shuangyang<br>3.COSON<br>4.XCMEDICO | 1.MEDITECH.2.Shuangyang<br>3.COSON<br>4.XCMEDICO | 1.Changzhou Meditech Technology Co., Ltd.<br>2.Jiangsu Shuangyang Medical Instrument Co., Ltd.<br>3.Ruijianpengke(Xiamen) Medical Technology Co., Ltd<br>4.Changzhou Xc Medico Technology Co., Ltd. | Ազդրի դինամիկ պտուտակով հարթակ՝ աջ և ձախ վերջույթների համար ունիվերսալ են: Հարթակի դիստալ հատվածին լինում է՝ 3,4,5, անցք: Դինամիկ պտուտակի տրամագիծը՝ 12մմ, երկարությունը՝ 60-110մմ (քայլը 2մմ): Անկյունը՝ 130 աստիճան: 2. Ազդրի հարթակ՝ Ս.Կ.-Դ.Կ, աջ և ձախ վերջույթների համար ունիվերսալ են, հարթակի վրա լինում է 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 անցք նախատեսված 4.5մմ կորտիկալ պտուտակների համար: 3. Ազդրային անտերոգրադ արգելակող մեխ՝ դիստալ և |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>պրոքսիմալ 4.8 մմ արգելակիչ անցքեր, ֆիքսման լոկալիզացիա՝ ազդրի դիաֆիզար կոտրվածքներ: Կախված վիրահատվող ոսկրի անատոմիական առանձնահատկություններից՝ մեխի պահանջվող տրամագծերն են՝ 9մմ, 10մմ, 11մմ: Կախված վիրահատվող ոսկրի կոտրվածքի բնույթից և դիրքից՝ պահանջվող երկարություններն են՝ 240մմ, 320մմ, 340մմ, 360մմ, 380մմ, 400մմ, 420մմ: 4. Ոլոքային անտերոգրադ արգելակող մեխ՝ դիստալ և պրոքսիմալ 4.8մմ արգելակիչ անցքեր, ֆիքսման լոկալիզացիա՝ ոլոքի դիաֆիզար կոտրվածքներ: Կախված վիրահատվող վերջույթի ոսկրի կոտրվածքի բնույթից՝ պահանջվող տրամաչափերն են՝ 8մմ, 9մմ, 10մմ: Կախված վիրահատվող վերջույթի ոսկրի կոտրվածքի բնույթից պահանջվող երկարություններն են՝ 240մմ, 260մմ, 280մմ, 300մմ, 320մմ, 340մմ: 5. Բազկի անտերոգրադ արգելակող մեխ՝ դիստալ և պրոքսիմալ 4.8մմ արգելակիչ անցքեր, ֆիքսման լոկալիզացիա՝ բազկի դիաֆիզար</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>կոտրվածքներ: Կախված<br/>վիրահատվող վերջույթի ոսկրի<br/>կոտրվածքի բնույթից՝ պահանջվող<br/>տրամաչափերն են՝ 8մմ,9մմ, 10մմ:<br/>Կախված վիրահատվող վերջույթի<br/>ոսկրի կոտրվածքի բնույթից<br/>պահանջվող երկարություններն են՝<br/>180մմ, 200մմ, 220մմ, 240մմ, 260մմ,<br/>280մմ:</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՍՈՊԴԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕРЧ-ЕԱՃԱՊՁԲ-25/37 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                         |                                            |                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование                     | товарный знак                              | марка                                      | наименование производителя                                                                                                                                                                | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5          | 1.MEDITECH.2.Shuangyang 3.COSON 4.XCMEDICO | 1.MEDITECH.2.Shuangyang 3.COSON 4.XCMEDICO | 1.MEDITECH.2.Shuangyang 3.COSON 4.XCMEDICO | 1.Changzhou Meditech Technology Co., Ltd..2.Jiangsu Shuangyang Medical Instrument Co., Ltd.3.Ruijianpengke(Xiamen) Medical Technology Co., Ltd 4.Changzhou Xc Medico Technology Co., Ltd. | Ազդրի դիսամիկ պտուտակով հարթակ՝ աջ և ձախ վերջույթների համար ունիվերսալ են: Հարթակի դիստալ հատվածին լինում է՝ 3,4,5, անցք: Դիսամիկ պտուտակի տրամագիծը՝ 12մմ, երկարությունը՝ 60-110մմ (քայլը 2մմ): Անկյունը՝ 130 աստիճան: 2. Ազդրի հարթակ՝ Ս.Կ.-Դ.Կ, աջ և ձախ վերջույթների համար ունիվերսալ են, հարթակի վրա լինում է 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 անցք նախատեսված 4.5մմ կորտիկալ պտուտակների համար: 3. Ազդրային անտերոգրադ արգելակող մեխ՝ դիստալ և |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>պրոքսիմալ 4.8 մմ արգելակիչ անցքեր, ֆիքսման լոկալիզացիա՝ ազդրի դիաֆիզար կոտրվածքներ: Կախված վիրահատվող ոսկրի անատոմիական առանձնահատկություններից՝ մեխի պահանջվող տրամագծերն են՝ 9մմ, 10մմ, 11մմ: Կախված վիրահատվող ոսկրի կոտրվածքի բնույթից և դիրքից՝ պահանջվող երկարություններն են՝ 240մմ, 320մմ, 340մմ, 360մմ, 380մմ, 400մմ, 420մմ: 4. Ոլոքային անտերոգրադ արգելակող մեխ՝ դիստալ և պրոքսիմալ 4.8մմ արգելակիչ անցքեր, ֆիքսման լոկալիզացիա՝ ոլոքի դիաֆիզար կոտրվածքներ: Կախված վիրահատվող վերջույթի ոսկրի կոտրվածքի բնույթից՝ պահանջվող տրամաչափերն են՝ 8մմ, 9մմ, 10մմ: Կախված վիրահատվող վերջույթի ոսկրի կոտրվածքի բնույթից պահանջվող երկարություններն են՝ 240մմ, 260մմ, 280մմ, 300մմ, 320մմ, 340մմ: 5. Բազկի անտերոգրադ արգելակող մեխ՝ դիստալ և պրոքսիմալ 4.8մմ արգելակիչ անցքեր, ֆիքսման լոկալիզացիա՝ բազկի դիաֆիզար</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>կոտրվածքներ: Կախված<br/>վիրահատվող վերջույթի ոսկրի<br/>կոտրվածքի բնույթից՝ պահանջվող<br/>տրամաչափերն են՝ 8մմ,9մմ, 10մմ:<br/>Կախված վիրահատվող վերջույթի<br/>ոսկրի կոտրվածքի բնույթից<br/>պահանջվող երկարություններն են՝<br/>180մմ, 200մմ, 220մմ, 240մմ, 260մմ,<br/>280մմ:</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|