ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/161 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Medec International BV	Caelus Lite	Caelus Lite	Medec International BV	Անզգայացման սարք նախատեսված մեծահասակների և նորածինների համար, միկրոպրոցեսսորային կառավարմամբ, պնևմատիկ ինհալացիոն համակարգով, համալրված արտաշնչման և ներշնչման հոսքի տվիչով: Ներկառուցված վակումի համակարգ: Էլեկտրոնային PEEP կարգաբերումով: Համակարգի ինքնաստուգման թեստ՝ 2-3 րոպե: Սարքը օժտված է արտահոսքի սենսորով, անզգայացնող գազի տիպի ավտոմատ իդենտիֆիկացիայով,

					պարամագնետիկ թթվածնի տվիչով, ներկառուցված դարակներով։ Գոլորշացուցիչները փոփոխական շրջանցիկ, ամբողջությամբ փոխհատուցվող մեթոդով։ Շնչառության ծավալ՝ 5-1,600 մլ միջակայքում։ Ներշնչման դադար՝ 0-50% միջակայքում։ Շնչառության հաճախականություն՝ 2-100 շնչ/րոպե միջակայքում։ Ներշնչման հոսք՝ 250 լ/ր։ Պասիվ անզգայացնող գազի հեռացում։ CO2-ի կոնցենտրացիայի արտացոլում ներկառուցված մոնիտորին, արտաշնչման ծավալի հաշվարկում էլեկտրոնային անեմոմետրիկ մեթոդով, թթվածնի տվիչի արձագանքը 0,40վ, աշխատանքը ներկառուցված մարտկոցներից՝ 90-180ր։ Դիտարկման հնարավորությունները՝ թայմերի առկայություն բոլոր ռեժիմներում, ներկառուցված մոնիտոր՝ 18,5 դույմ, համակցված խնամյալի կարդիո մոնիտոր՝15 դյույմ։ Կորերի արտացոլման հնարավորության առկայություն՝ ճնշում, հոսք, ծավալ, ECG, RESP, SpO2, PR, CO2, EtCo2, 2x Temp, 2x IBP, NIBP, Հալոտան,

					Իզոֆլուրան, էնֆլուրան, սևոֆլուրան, դեսֆլուրան, թթվածին: Գրաֆիկական և թվային տրենդների առկայություն՝ Ppeak, Pmean, PEEP, MV, CO2 insp. /exp., O2 insp./exp., ազդող նյութի, դիմադրություն, ստատիկ/դինամիկ համապասխանություն: Տագնապների պահպանում և արտահանում: Վենտիլյացիոն ռեժիմներ, առնվազն՝ MAN/SPONT, VCV, SIMV, PCV, SIMV, PSV/CPAP, HLM: Սարքը ունի հնարավորություն հետևյալ ցուցմունքների արտացոլման՝ ստատիկ/դինամիկ համապատասխանություն՝ CO2/C, Ppeak, Pplateau, Pmean, PEEP, MV, MV calculated, MV spontaneous%, VTi, Vte, Leak%, Frequency total, spontaneous, Frequency CO2, Ti spontaneous, Tinspiratoric, Texpiratoric, I:E, CO2 measurement, FiCO2, EtCO2, O2, Agent: Լրակազմ՝ Անզգայացման սարք կապնոգրաֆիայով, խնամյալի կարդիո մոնիտոր, Գոլորշացուցիչներ 2 հատ՝ իզոֆլյուրան և սեվոֆլուրան, «Freshgas» պորտ: Տեղադրում և

					ուսուցում, Օգտագործողի ձեռնարկ: Սարքավորման երաշխիքային ժամկետ՝ 1,5 տարի: Սարքը նոր է, չօգտագործված: Որակի վկայականներ (առկայություն)՝ ISO13485, ISO80601-2-13, IEC60601-1, IEC60601-2, CE Mark (Directive 93/42/EEC): Սարքի առաքումը և տեղադրումը կկատարվի մատակարարի կողմից՝ պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/161 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Medec International BV	Caelus Lite	Caelus Lite	Medec International BV	Аппарат анестезии для взрослых и новорожденных, управляемый микропроцессором, с пневматической системой ингаляции, оснащен датчиками экспираторного и инспираторного потока. Встроенная вакуумная система. Электронная регулировка PEEP. Самодиагностика системы: 2-3 минуты. Аппарат оснащен датчиком утечки, автоматической идентификацией типа анестезирующего газа, парамагнитным датчиком кислорода, встроенными полками.

						Испарители с переменным байпасом, полностью компенсированный метод. Дыхательный объем: 5-1600 мл. Инспираторная пауза: 0-50%. Частота дыхания: 2-100 вдохов/мин. Инспираторный поток: 250 л/мин. Пассивное удаление анестезирующего газа. Отображение концентрации CO2 на встроенном мониторе, расчет экспираторного объема электронно-анемометрическим методом, отклик датчика кислорода 0,40 с, работа от встроенных батареек 90-180 мин. Возможности мониторинга: таймеры во всех режимах, встроенный монитор 18,5 дюймов, комбинированный сопровождающий кардиомонитор 15 дюймов. Возможность отображения кривых: давление, поток, объем, ЭКГ, ДЫХАНИЕ, SpO2, PR, CO2, EtCo2, 2x Temp, 2x IBP, NIBP, Галотан, Изофлуран, энфлуран, севофлуран, десфлуран, кислород. Графические и цифровые тренды: Ppeak, Pmean, PEEP, MV, CO2 вдох/выдох, O2 вдох/выдох,

						агент, сопротивление, статическое/динамическое соответствие. Хранение и экспорт сигналов тревоги. Режимы вентиляции, как минимум: MAN/SPONT, VCV, SIMV, PCV, SIMV, PSV/CPAP, HLM. Аппарат имеет возможность отображения следующих показаний: статическое/динамическое соответствие: CO2/C, Ppeak, Pplateau, Pmean, PEEP, MV, MV расчетный, MV спонтанный%, VTi, Vte, Leak%, Частота общая, спонтанная, Частота CO2, Ti спонтанный, Твдоха, Твыдоха, I:E, измерение CO2, FiCO2, EtCO2, O2, Агент. Комплектация: Наркозный аппарат с капнографией, кардиомонитор пациента, 2 испарителя: изофлуран и севофлуран, порт «Freshgas». Установка и обучение, руководство пользователя. Гарантийный срок на оборудование: 1,5 года. Аппарат новый, не использовался. Сертификаты качества (наличие): ISO13485, ISO80601-2-13, IEC60601-1, IEC60601-2, CE Mark

					(Директива 93/42/EEC). Доставка и установка устройства осуществляется поставщиком по адресу, указанному заказчиком.