

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/161 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Անզգայացման սարք	Անզգայացման սարք	Անզգայացման սարք	Անզգայացման սարք	Անզգայացման սարք նախատեսված մեծահասակների և նորածինների համար, միկրոպրոցեսորային կառավարմամբ, պնևմատիկ ինհալացիոն համակարգով, որը պետք է համալրված լինի՝ արտաշնչման և ներշնչման հոսքի տվիչով: Ներկառուցված վակուումի համակարգ: Էլեկտրոնային PEEP կարգաբերումով: Համակարգի ինքնաստուգման թեստ՝ ոչ ավել քան 4 րոպե: Սարքը պետք է օժտված լինի արտահոսքի սենսորով, անզգայացնող գազի տիպի ավտոմատ իդենտիֆիկացիայով,

					պարամագնետիկ թթվածնի տվիչով, ներկառուցված դարակներով: Գոլորշացուցիչները փոփոխական շրջանցիկ, ամբողջությամբ փոխհատուցվող մեթոդով: Շնչառության ծավալ՝ ոչ պակաս քան 5 -1,400 մլ միջակայքում: Ներշնչման դադար՝ ոչ պակաս քան 0-50% միջակայքում: Շնչառության հաճախականություն՝ ոչ պակաս քան 4-100 շնչ/րոպե միջակայքում: Ներշնչման հոսք՝ ոչ պակաս քան 250 լ/ր: Պասիվ անզգայացնող գազի հեռացում: CO2-ի կոնցենտրացիայի արտացոլում ներկառուցված մոնիտորին, արտաշնչման ծավալի հաշվարկում էլեկտրոնային անեմոմետրիկ մեթոդով, թթվածնի տվիչի արձագանքը ոչ ավել քան 0,45վ, աշխատանքը ներկառուցված մարտկոցներից՝ ոչ պակաս քան 90ր: Դիտարկման հնարավորությունները՝ թայմերի առկայություն բոլոր ռեժիմներում, ներկառուցված մոնիտոր՝ ոչ պակաս քան 18 դույմ, և համակցված խնամյալի կարդիո մոնիտոր՝ ոչ պակաս քան 15 դույմ: Կորերի արտացոլման հնարավորության առկայություն՝
--	--	--	--	--	--

					ճնշում, հոսք, ծավալ, ECG, RESP, SpO2, PR, CO2, EtCo2, 2x Temp, 2x IBP, NIBP, Հալոտան, Իզոֆլուրան, Էնֆլուրան, սևոֆլուրան, դեսֆլուրան, թթվածին: Գրաֆիկական և թվային տրենդների առկայություն՝ Ppeak, Pmean, PEEP, MV, CO2 insp. /exp., O2 insp./exp., ազդող նյութի, դիմադրություն, ստատիկ/դինամիկ համապատասխանություն: Տազնապների պահպանում և արտահանում: Վենտիլյացիոն ռեժիմներ, առնվազն՝ MAN/SPONT, VCV, SIMV, PCV, SIMV, PSV/CPAP, HLM: Սարքը պետք է հնարավորություն ունենա հետևյալ ցուցմունքների արտացոլման՝ ստատիկ/դինամիկ համապատասխանություն՝ CO2/C, Ppeak, Pplateau, Pmean, PEEP, MV, MV calculated, MV spontaneous%, VTi, Vte, Leak%, Frequency total, spontaneous, Frequency CO2, Ti spontaneous, Tinspiratoric, Texpiratoric, I:E, CO2 measurement, FiCO2, EtCO2, O2, Agent: Լրակազմ՝ Անզգայացման սարք կապնոգրաֆիայով, ինամյալի
--	--	--	--	--	--

					կարդիո մոնիտոր, Գոլորշացուցիչներ 2 հատ՝ իզոֆյուրան և սեվոֆյուրան, «Freshgas» պորտ: Տեղադրում և ուսուցում, Օգտագործողի ձեռնարկ: Սարքավորման երաշխիքային ժամկետ՝ ոչ պակաս քան 1,5 տարի: Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Որակի վկայականներ (առկայություն)՝ ISO13485, ISO80601-2-13, IEC60601-1, IEC60601-2, CE Mark (Directive 93/42/EEC): Սարքի առաքումը և տեղադրումը պետք է կատարվի մատակարարի կողմից՝ պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Теофарма Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦДЦПЗР-25/161 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					