

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդպրո ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/161 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Անզգայացման սարք	Անզգայացման սարք	Անզգայացման սարք	Անզգայացման սարք	Անզգայացման սարք նախատեսված մեծահասակների և նորածինների համար, միկրոպրոցեսորային կառավարմամբ, պնևմատիկ ինհալացիոն համակարգով, որը պետք է համալրված լինի՝ արտաշնչման և ներշնչման հոսքի տվիչով: Ներկառուցված վակուումի համակարգ: Էլեկտրոնային PEEP կարգաբերումով: Համակարգի ինքնաստուգման թեստ՝ ոչ ավել քան 4 րոպե: Սարքը պետք է օժտված լինի արտահոսքի սենսորով, անզգայացնող գազի տիպի ավտոմատ իդենտիֆիկացիայով,

					պարամագնետիկ թթվածնի տվիչով, ներկառուցված դարակներով: Գոլորշացուցիչները փոփոխական շրջանցիկ, ամբողջությամբ փոխհատուցվող մեթոդով: Շնչառության ծավալ՝ ոչ պակաս քան 5 -1,400 մլ միջակայքում: Ներշնչման դադար՝ ոչ պակաս քան 0-50% միջակայքում: Շնչառության հաճախականություն՝ ոչ պակաս քան 4-100 շնչ/րոպե միջակայքում: Ներշնչման հոսք՝ ոչ պակաս քան 250 լ/ր: Պասիվ անզգայացնող գազի հեռացում: CO2-ի կոնցենտրացիայի արտացոլում ներկառուցված մոնիտորին, արտաշնչման ծավալի հաշվարկում էլեկտրոնային անեմոմետրիկ մեթոդով, թթվածնի տվիչի արձագանքը ոչ ավել քան 0,45վ, աշխատանքը ներկառուցված մարտկոցներից՝ ոչ պակաս քան 90ր: Դիտարկման հնարավորությունները՝ թայմերի առկայություն բոլոր ռեժիմներում, ներկառուցված մոնիտոր՝ ոչ պակաս քան 18 դույմ, և համակցված խնամյալի կարդիո մոնիտոր՝ ոչ պակաս քան 15 դույմ: Կորերի արտացոլման հնարավորության առկայություն՝
--	--	--	--	--	--

ճնշում, հոսք, ծավալ, ECG, RESP, SpO2, PR, CO2, EtCo2, 2x Temp, 2x IBP, NIBP, Հալոտան, Իզոֆլուրան, Էնֆլուրան, սևոֆլուրան, դեսֆլուրան, թթվածին:

Գրաֆիկական և թվային տրենդների առկայություն՝ Ppeak, Pmean, PEEP, MV, CO2 insp. /exp., O2 insp./exp., ազդող նյութի, դիմադրություն, ստատիկ/դինամիկ համապատասխանություն:

Տազնապների պահպանում և արտահանում: Վենտիլյացիոն ռեժիմներ, առնվազն՝ MAN/SPONT, VCV, SIMV, PCV, SIMV, PSV/CPAP, HLM: Սարքը պետք է հնարավորություն ունենա հետևյալ ցուցմունքների արտացոլման՝ ստատիկ/դինամիկ համապատասխանություն՝ CO2/C, Ppeak, Pplateau, Pmean, PEEP, MV, MV calculated, MV spontaneous%, VTi, Vte, Leak%, Frequency total, spontaneous, Frequency CO2, Ti spontaneous, Tinspiratoric, Texpiratoric, I:E, CO2 measurement, FiCO2, EtCO2, O2, Agent: Լրակազմ՝

Անզգայացման սարք կապնոզրաֆիայով, ինամյալի

					կարդիո մոնիտոր, Գոլորշացուցիչներ 2 հատ՝ իզոֆյուրան և սեվոֆյուրան, «Freshgas» պորտ: Տեղադրում և ուսուցում, Օգտագործողի ձեռնարկ: Սարքավորման երաշխիքային ժամկետ՝ ոչ պակաս քան 1,5 տարի: Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Որակի վկայականներ (առկայություն)՝ ISO13485, ISO80601-2-13, IEC60601-1, IEC60601-2, CE Mark (Directive 93/42/EEC): Սարքի առաքումը և տեղադրումը պետք է կատարվի մատակարարի կողմից՝ պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեղադրող ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/161 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Անգգայացման սարք	Անգգայացման սարք	Անգգայացման սարք	Անգգայացման սարք	Наркозный аппарат для взрослых и новорожденных, управляемый микропроцессором, с пневматической системой ингаляции, который должен быть оснащен датчиком потока выдоха и вдоха. Встроенная вакуумная система. С электронной регулировкой РЕЕР. Самотестирование системы: не более 4 минут. Устройство должно быть оснащено датчиком утечки, автоматической идентификацией типа анестезирующего газа, парамагнитным датчиком

					кислорода и встроенными полками. Испарители с переменным байпасом, полностью компенсированный метод. Дыхательный объем: не менее 5-1400 мл. Инспираторная пауза: не менее 0-50%. Частота дыхания: не менее 4-100 вдохов/мин. Инспираторный поток: не менее 250 л/мин. Удаление пассивного анестезирующего газа. Отображение концентрации CO2 на встроенном мониторе, расчет объема выдоха электронно-анемометрическим методом, время срабатывания датчика кислорода не более 0,45 с, работа от встроенных аккумуляторов не менее 90 минут. Возможности мониторинга: таймеры во всех режимах, встроенный монитор не менее 18 дюймов и комбинированный сопутствующий кардиомонитор не менее 15 дюймов. Наличие возможности визуализации кривых: давление, поток, объем, ЭКГ, ДЫХАНИЕ, SpO2, ЧСС, CO2, EtCo2, 2x Темп, 2x ИАД, НИАД, Галотан, Изофлуран,
--	--	--	--	--	---

					энфлуран, севофлуран, десфлуран, кислород. Наличие графических и числовых трендов: Ppeak, Pmean, PEEP, MV, CO2 insp. /эксп., O2 инсп./эксп., реагент, сопротивление, статическая/динамическая податливость. Хранение и экспорт сигналов тревоги. Режимы вентиляции, как минимум: MAN/SPONT, VCV, SIMV, PCV, SIMV, PSV/CPAP, HLM. Устройство должно отображать следующие показания: статическое/динамическое соответствие: CO2/C, Ppeak, Pplateau, Pmean, PEEP, MV, MV расчетный, MV спонтанный%, VTi, Vte, Leak%, частота общая, спонтанная, частота CO2, Ti спонтанный, Твдоха, Твыдоха, I:E, измерение CO2, FiCO2, EtCO2, O2, Агент. Полный комплект: Наркозный аппарат с капнографией, кардиомонитор пациента, 2 испарителя: изофлюран и севофлюран, порт «Freshgas». Установка и обучение, руководство пользователя. Гарантийный срок на оборудование
--	--	--	--	--	--

					составляет не менее 1,5 лет. Оборудование должно быть новым, неиспользованным. Сертификаты качества (наличие): ISO13485, ISO80601-2-13, IEC60601-1, IEC60601-2, маркировка CE (Директива 93/42/ЕЕС). Доставка и установка устройства должны быть выполнены поставщиком по адресу, указанному заказчиком:
--	--	--	--	--	---