ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդպրո ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/161 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Անզգայացման սարք	Անզգայացման սարք	Անզգայացման սարք	Անզգայացման սարք	Անզգայացման սարք նախատեսված մեծահասակների և նորածինների համար, միկրոպրոցեսսորային կառավարմամբ, պնևմատիկ ինհալացիոն համակարգով, որը պետք է համալրված լինի՝ արտաշնչման և ներշնչման հոսքի տվիչով: Ներկառուցված վակումի համակարգ: Էլեկտրոնային PEEP կարգաբերումով: Համակարգի ինքնաստուգման թեստ՝ ոչ ավել քան 4 րոպե: Սարքը պետք է օժտված լինի արտահոսքի սենսորով, անզգայացնող գազի տիպի ավտոմատ իդենտիֆիկացիայով,

					պարամագնետիկ թթվածնի տվիչով, ներկառուցված դարակներով։ Գոլորշացուցիչները փոփոխական շրջանցիկ, ամբողջությամբ փոխհատուցվող մեթոդով։ Շնչառության ծավալ՝ ոչ պակաս քան 5 -1,400 մլ միջակայքում։ Ներշնչման դադար՝ ոչ պակաս քան 0-50% միջակայքում։ Շնչառության հաճախականություն՝ ոչ պակաս քան 4-100 շնչ/րոպե միջակայքում։ Ներշնչման հոսք՝ ոչ պակաս քան 250 լ/ր։ Պասիվ անզգայացնող գազի հեռացում։ CO2-ի կոնցենտրացիայի արտացոլում ներկառուցված մոնիտորին, արտաշնչման ծավալի հաշվարկում էլեկտրոնային անեմոմետրիկ մեթոդով, թթվածնի տվիչի արձագանքը ոչ ավել քան 0,45վ, աշխատանքը ներկառուցված մարտկոցներից՝ ոչ պակաս քան 90ր։ Դիտարկման հնարավորությունները՝ թայմերի առկայություն բոլոր ռեժիմներում, ներկառուցված մոնիտոր՝ ոչ պակաս քան 18 դույմ, և համակցված խնամյալի կարդիո մոնիտոր՝ոչ պակաս քան 15 դյույմ։ Կորերի արտացոլման հնարավորության առկայություն՝

					ճնշում, հոսք, ծավալ, ECG, RESP, SpO2, PR, CO2, EtCo2, 2x Temp, 2x IBP, NIBP, Հալոտան, Իզոֆլուրան, Էնֆլուրան, սևոֆլուրան, դեսֆլուրան, թթվածին: Գրաֆիկական և թվային տրենդների առկայություն՝ Ppeak, Pmean, PEEP, MV, CO2 insp. /exp., O2 insp./exp., ազդող նյութի, դիմադրություն, ստատիկ/դինամիկ համապասխանություն: Տագնապների պահպանում և արտահանում: Վենտիլյացիոն ռեժիմներ, առնվազն՝ MAN/SPONT, VCV, SIMV, PCV, SIMV, PSV/CPAP, HLM: Սարքը պետք է հնարավորություն ունենա հետևյալ ցուցմունքների արտացոլման՝ ստատիկ/դինամիկ համապատասխանություն՝ CO2/C, Ppeak, Pplateau, Pmean, PEEP, MV, MV calculated, MV spontaneous%, VTi, Vte, Leak%, Frequency total, spontaneous, Frequency CO2, Ti spontaneous, Tinspiratoric, Texpiratoric, I:E, CO2 measurement, FiCO2, EtCO2, O2, Agent: Լրակազմ՝ Անզգայացման սարք կապնոգրաֆիայով, խնամյալի

					կարդիո մոնիտոր, Գոլորշացուցիչներ 2 հատ՝ իզոֆլյուրան և սեվոֆլուրան, «Freshgas» պորտ: Տեղադրում և ուսուցում, Օգտագործողի ձեռնարկ: Սարքավորման երաշխիքային ժամկետ՝ ոչ պակաս քան 1,5 տարի: Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Որակի վկայականներ (առկայություն)՝ ISO13485, ISO80601-2-13, IEC60601-1, IEC60601-2, CE Mark (Directive 93/42/EEC): Սարքի առաքումը և տեղադրումը պետք է կատարվի մատակարարի կողմից՝ պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդպրո ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/161 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Անզգայացման սարք	Անզգայացման սարք	Անզգայացման սարք	Անզգայացման սարք	Наркозный аппарат для взрослых и новорожденных, управляемый микропроцессором, с пневматической системой ингаляции, который должен быть оснащен датчиком потока выдоха и вдоха. Встроенная вакуумная система. С электронной регулировкой PEEP. Самотестирование системы: не более 4 минут. Устройство должно быть оснащено датчиком утечки, автоматической идентификацией типа анестезирующего газа, парамагнитным датчиком

					кислорода и встроенными полками. Испарители с переменным байпасом, полностью компенсированный метод. Дыхательный объем: не менее 5 -1400 мл. Инспираторная пауза: не менее 0-50%. Частота дыхания: не менее 4-100 вдохов/мин. Инспираторный поток: не менее 250 л/мин. Удаление пассивного анестезирующего газа. Отображение концентрации CO2 на встроенном мониторе, расчет объема выдоха электронно-анемометрическим методом, время срабатывания датчика кислорода не более 0,45 с, работа от встроенных аккумуляторов не менее 90 минут. Возможности мониторинга: таймеры во всех режимах, встроенный монитор не менее 18 дюймов и комбинированный сопутствующий кардиомонитор не менее 15 дюймов. Наличие возможности визуализации кривых: давление, поток, объем, ЭКГ, ДЫХАНИЕ, SpO2, ЧСС, CO2, EtCo2, 2х Темп, 2х ИАД, НИАД, Галотан, Изофлуран,

						энфлуран, севофлуран, десфлуран, кислород. Наличие графических и числовых трендов: Ppeak, Pmean, PEEP, MV, CO2 insp. /эксп., O2 инсп./эксп., реагент, сопротивление, статическая/динамическая податливость. Хранение и экспорт сигналов тревоги. Режимы вентиляции, как минимум: MAN/SPONT, VCV, SIMV, PCV, SIMV, PSV/CPAP, HLM. Устройство должно отображать следующие показания: статическое/динамическое соответствие: CO2/C, Ppeak, Pplateau, Pmean, PEEP, MV, MV расчетный, MV спонтанный%, VTi, Vte, Leak%, частота общая, спонтанная, частота CO2, Ti спонтанный, Твдоха, Твыдоха, I:E, измерение CO2, FiCO2, EtCO2, O2, Агент. Полный комплект: Наркозный аппарат с капнографией, кардиомонитор пациента, 2 испарителя: изофлюран и севофлюран, порт «Freshgas». Установка и обучение, руководство пользователя. Гарантийный срок на оборудование

					составляет не менее 1,5 лет. Оборудование должно быть новым, неиспользованным. Сертификаты качества (наличие): ISO13485, ISO80601-2-13, IEC60601-1, IEC60601-2, маркировка CE (Директива 93/42/EEC). Доставка и установка устройства должны быть выполнены поставщиком по адресу, указанному заказчиком: