

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Օրգանիքս ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/121 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	SVO60	SVO60	Ապրանքն իրենից ներկայացնում է ՈԻՄ Ստերիլիզատոր: Սարքի ծավալը՝ 70 լ: Ստերիլիզացման մետոդը՝ օզոնային, Օզոնի կոնցենտրացիան՝ 60 մգ/մ3, օզոնային արտանետումը՝ 0,16 մգ/մ3, Ախտահանման մակարդակը՝ միջին: Բակտերիաների ինդիկատոր՝ “Escherichia Coli”, “Staphylococcus Aureus”, “Candida Albicans” և այլն: Հայտնաբերման Ինդեքսը՝ ≥ 3.00 : Ստերիլիզացիայի մակարդակը՝ 99,99 %: Կառավարման համակարգը՝ ավտոմատ, Աշխատանքային պայմանները՝ 5 - 40°C, 85 % RH, մթնոլորտային ճնշումը՝ 70Kpa - 106 Kpa: Մատերիալը՝ Աշխատանքային միջավայրը՝ 304 մակնիշի չժանգոտվող պողպատ՝ 0,1 մմ, արտաքին կմախքը՝ փոշեներկված մետաղ: Սպասարկող հզորությունը՝ AC220V, 50 Hz, Հոսանքը՝ 20 W, աշխատանքային տիրույթի մակերեսի չափսերը՝ 386x394 մմ, 2 հատ: Ստանդարտ արքեստուարները՝ 2 հատ հարթակ և 1 հատ ՈԻՄ լամպ: Արտաքին չափսերը՝ 495x501x760 մմ, ներքին չափսերը՝ 398x398x452 մմ, Փաթեթավորման չափսերը՝ 620x620x860 մմ, սարքի զանգվածը՝ 35 կգ, փաթեթավորման զանգվածը՝ 50 կգ: Համակարգչին կցելու և տվյալները

			արտահանելու հնարավորություն: Սարգի կառավարումը՝ LCD էկրանի օգնությամբ, բոլոր պարամետրերի ցուցիչների առկայությամբ: Սարքի պարամետրերի կառավարման և կարգավորման հնարավորությամբ: Գործարանային փաթեթավորում: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի: Սարքը նոր է, չօգտագործված, չի պարունակում ինքնաշեն կցամասեր և դետալներ: Փաթեթը ներառում է սարքի մատակարարումը և տեղադրումը համապատասխան լաբորատորիայում: Մատակարարումից առաջ սարքի ապրանքանիշը և մոդելը լրացուցիչ համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Органикс ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНЗ-БЦДЦНЗР-25/121 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
11			