

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վի Առ Մեդիքալ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/47 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Էլեկտրասրտագրիչ	MT Medical	IE-12A	MT Medical	ԷՍԳ շարժական Ձայնագրող ԷՍԳ արտածումներ. 12 ստանդարտ արտածումներ Ձայնագրող կանալներ. 1/3-ի օգտագործողի ընտրությամբ Թվային դիսփլեյ. անկյունագիծը 9" Արտածումների փոխումը. ձեռքով և ավտոմատ Չգայունություն, մմ / մվ՝ 5, 10, 20, ավտոմատ Կարգաբերման ազդանշան. ավտոմատ և ձեռքով ԷՍԳ չափումներ՝ բոլոր արտածումները, միջին, ճշգրտված HR- ի միջին RR PR- ի միջակայքում QRS տևողություն QT ընդմիջում և QTc միջակայք, առավելագույն R [V5]

					կամ [V6] և S [V1, Սոկոլով-Լիոն ինդեքս P, R, T առանցք Հաճախականությունների սահմանը, Hz ախտորոշիչ. Դեֆիբրիլյացիայի պաշտպանություն ըստ AAMI / IEC 60601-2-25: 2011 ստանդարտներ Չֆիլտրացված՝ 0,05... 150 Հց Ձայնագրիչ. INOP-ի կառավարումն անկախ յուրաքանչյուր Էլեկտրոդի և պեյսմեյկերի հայտնաբերման համար Ձայնագրման եղանակը՝ ջերմային թուղթ Տարվումով՝ 8 կետ / մմ Ձայնագրող թուղթ՝210x140մմ 140 հատ, Ձայնագրման արագությունը՝ մմ / վրկ՝ 5 /10 / 25/50 օգտագործողի կողմից ընտրելի Ներքին վերալիցքավորվող մարտկոց Մարտկոցի գործարկման ժամանակը 90 րոպե, Միացման ձևը՝ ստանդարտ կամ կաբերա Էլեկտրոսնուցումը՝ 220 Վ / 50 Հց: Ռուներեն և անգլերեն մենյուի առկայություն Աքսեսուարներ 1. Հիվանդի մալուխ 2. Կրծքավանդակի վերջույթների 6 Էլեկտրոդ 3. 4 վերջույթների Էլեկտրոդներ 4. 1 շիշ ԷՍԳ գել 5. 2 թղթի փաթույթ Լրակազմ և պարագաներ
--	--	--	--	--	---

					Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն, Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված: Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս: Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC):
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Վի Առ Մեդիքալ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/47 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Էլեկտրասրտագրիչ	MT Medical	IE-12A	MT Medical	ԷՍԳ շարժական Ձայնագրող ԷՍԳ արտածումներ. 12 ստանդարտ արտածումներ Ձայնագրող կանալներ. 1/3-ի օգտագործողի ընտրությամբ Թվային դիսփլեյ. անկյունագիծը 9" Արտածումների փոխումը. ձեռքով և ավտոմատ Չգայունություն, մմ / մվ` 5, 10, 20, ավտոմատ Կարգաբերման ազդանշան. ավտոմատ և ձեռքով ԷՍԳ չափումներ` բոլոր արտածումները, միջին, ճշգրտված HR- ի միջին RR PR- ի միջակայքում QRS տևողություն QT ընդմիջում և QTc միջակայք, առավելագույն R [V5]

կամ [V6] և S [V1, Սոկոլով-Լիոն
ինդեքս P, R, T առանցք
Հաճախականությունների սահմանը,
Hz ախտորոշիչ. Դեֆիբրիլյացիայի
պաշտպանություն ըստ AAMI / IEC
60601-2-25: 2011 ստանդարտներ
Չֆիլտրացված՝ 0,05... 150 Հց
Ձայնագրիչ. INOP-ի կառավարումն
անկախ յուրաքանչյուր Էլեկտրոդի և
պեյսմեյկերի հայտնաբերման
համար Ձայնագրման եղանակը՝
ջերմային թուղթ Տարվումը՝ 8
կետ / մմ Ձայնագրող
թուղթ՝210x140մմ 140 հատ,
Ձայնագրման արագությունը՝ մմ /
վրկ՝ 5 /10 / 25/50 օգտագործողի
կողմից ընտրելի Ներքին
վերալիցքավորվող մարտկոց
Մարտկոցի գործարկման
Ժամանակը 90 րոպե, Միացման ձևը՝
ստանդարտ կամ կաբերա
Էլեկտրոսնուցումը՝ 220 Վ / 50 Հց:
Ռուներեն և անգլերեն մենյուի
առկայություն Աքսեսուարներ 1.
Հիվանդի մալուխ 2. Կրծքավանդակի
վերջույթների 6 Էլեկտրոդ 3. 4
վերջույթների Էլեկտրոդներ 4. 1 շիշ
ԷՍԳ գել 5. 2 թղթի փաթույթ
Լրակազմ և պարագաներ

					Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն, Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված: Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս: Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC):
--	--	--	--	--	---