ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/47 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ստացիոնար ուլտրաձայնային համակարգ՝ 2 տվիչով և տպիչով	Ստացիոնար ուլտրաձայնային համակարգ՝ 2 տվիչով և տպիչով	Ստացիոնար ուլտրաձայնային համակարգ՝ 2 տվիչով և տպիչով	Ստացիոնար ուլտրաձայնային համակարգ՝ 2 տվիչով և տպիչով	Ստացիոնար ուլտրաձայնային համակարգ՝ 2 տվիչով և տպիչով A / D փոխարկիչի բիթերի քանակը ոչ պակաս քան 12 Ֆիզիկական հաղորդիչ ալիքների քանակը՝ ոչ պակաս քան 128 Մշակման ալիքների քանակը՝ ոչ պակաս, քան 65000 Դինամիկ տիրույթ՝ ոչ պակաս քան 208dB Պետք է ունենա լայնաշերտ և բազմաշերտ սկանավորում Փոխանցման կենտրոնական կետերը՝ ոչ պակաս քան 8 Պատկերավորման առավելագույն խորությունը՝ ոչ պակաս քան 30 սմ Առավելագույն

						մեծացնելու գործոնն իրական ժամանակում. ոչ պակաս քան x10 Բարձր հստակության թվային մոնիտոր՝ ոչ պակաս քան 21" Թողունակությունը՝ ոչ պակաս քան 1920 x 1080 Մոնիտորի կարգաբերում. թեքություն և պտույտ Հրահանգների կատարման հպումային էկրան՝ ոչ պակաս քան 10" ստեղնաշար Պատկերավորման ռեժիմների հնարավորություն(ոչ պակաս քան) 2D (B-ռեժիմ), B ռեժիմի ղեկ, B ռեժիմի ավտոմատ կարգավորում, B+B բազմաձևաչափ, THI (ներդաշնակ պատկերավորում), M ռեժիմ, անատոմիական M, գունավոր M, PDI (ուժային Դոպլերի պատկերավորում), PW/CW դոպլեր, TDI (հյուսվածքային դոպլեր), 3D/4D,Widescan (trapezoidal լայնաֆորմատ պատկերում, գծային տվիչով) Պետք է ունենա B ռեժիմ. Կադրերի հաճախությունը B ռեժիմում՝ ոչ պակաս քան 1150 կադր/վրկ գույների քարտեզը՝ ոչ պակաս քան 12 Պետք է ունենա M ռեժիմ Պետք է ունենա B և M ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում Պետք է ունենա B/M և

						գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում Պետք է ունենա PWD. PRF միջակայքը ոչ պակաս, քան 1000-ից 16,000 Հց Առավելագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ ոչ պակաս քան 3,5 մ/վ Նվազագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ ոչ պակաս քան 0,1 սմ/վ Կորեկցիայի անկյունի միջակայքը՝ ոչ պակաս քան 0-85 միջակայքում Անկյունի ուղղման քայլը՝ ոչ ավելի քան 1 աստիճան Պետք է ունենա CWD. PRF միջակայքը ոչ պակաս քան 1600-ից 34500 Հց Առավելագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ ոչ պակաս քան 6,5 մ/վ Նվազագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ ոչ պակաս քան 0,1 սմ/վ Պետք է ունենա գունային դոպլեր. PRF միջակայքը՝ ոչ պակաս, քան 1000-ից 15000 Հց միջակայքում Գունային ռեժիմում առավելագույն արագությունը՝ ոչ պակաս քան 240 սմ/վ Նվազագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ ոչ պակաս քան 0.5 սմ/վ Գունավոր քարտեզը՝ ոչ պակաս քան 8 Պետք է ունենա B և գունային ռեժիմների համադրություն իրական

						ժամանակում Պետք է ունենա B, M և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում Պետք է ունենա B, PW և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում Պետք է ունենա B, CW և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում Պետք է ունենա հյուսվածքային դոպլեր. Պետք է ունենա B, PW և հյուսվածքային դոպլերի համադրություն իրական ժամանակում Պետք է ունենա առաջադեմ դինամիկ հոսք կամ համարժեք՝ արյան շրջանառության բարձր հաճախությամբ կադրերի բարձր թողունակության պատկերավորումով Գունավոր քարտեզը՝ ոչ պակաս քան 6 Պետք է ունենա հյուսվածքների ներդաշնակ պատկերավորում Պետք է ունենա իրական ժամանակում կոմպոզիտային բազմահաճախային սկանավորում Պետք է ունենա արագ սկանավորում (ավտոմատ օպտիմալացում) B ռեժիմի համար Պետք է ունենա արագ սկանավորում (ավտոմատ օպտիմալացում) դոպլեր

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Медтехсервис ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՄ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/47 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Стационарный ультразвуковой аппарат с 2 датчиками	Стационарный ультразвуковой аппарат с 2 датчиками	Стационарный ультразвуковой аппарат с 2 датчиками	Стационарный ультразвуковой аппарат с 2 датчиками	Стационарный ультразвуковой аппарат с 2 датчиками и принтером A / D преобразователь количество битов не менее 12 Цифровые элементы количество не менее 128 Количество каналов не менее 128 Скорость кадров не менее 1.5-5 Мгц Максимальная скорость не менее 65000 кадров в секунду Не менее 208дБ Должен иметь аспект 4:3 и 16:9 Количество датчиков 1 шт Количество элементов не менее 192 Частота не менее 8 Количество каналов не менее 3-11.5 Мгц Количество не менее 30 мм Количество не менее 50 мм Встроенный Стационарный ультразвуковой аппарат с 2 датчиками и принтером Количество портов не менее 4 Должен иметь не менее 12 Цифровые элементы количество не менее 128 Количество каналов не менее 128 Скорость кадров не менее 1.5-5 Мгц Максимальная скорость не менее 65000 кадров в секунду Не менее 208дБ Должен иметь аспект 4:3 и 16:9 Количество датчиков 1 шт Количество элементов не менее 192 Частота не менее 8 Количество каналов не менее 3-11.5 Мгц Количество не менее 30 мм Количество не менее 50 мм Встроенный Стационарный ультразвуковой аппарат с 2 датчиками и принтером Количество портов не менее 4 Должен иметь не менее 12 Цифровые элементы количество не менее 128 Количество каналов не менее 128 Скорость кадров не менее 1.5-5 Мгц Максимальная скорость не менее 65000 кадров в секунду Не менее 208дБ Должен иметь аспект 4:3 и 16:9 Количество датчиков 1 шт Количество элементов не менее 192 Частота не менее 8 Количество каналов не менее 3-11.5 Мгц Количество не менее 30 мм Количество не менее 50 мм Встроенный

					չօգտագործվող էներգիայի ժամանակացույցի կարգավորում PWD. PRF միջակայքը ոչ պակաս քան 100-ից 1600 Հց Առավելագույն պակաս քան 3,5 մ/վ Ներգույն հայտնաբերելի արագությունը՝ ոչ պակաս քան 0,1 սմ/վ Պետք է ունենա գունային դոպլեր. PRF միջակայքը՝ ոչ պակաս, քան 1000-ից 15000 Հց միջակայքում Գունային ռեժիմում առավելագույն արագությունը՝ ոչ պակաս քան 240 սմ/վ Նվազագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ ոչ պակաս քան 0.5 սմ/վ Գունավոր քարտեզը՝ ոչ պակաս քան 8 Պետք է ունենա B և գունային ռեժիմների համադրություն իրական
					քան 0-85 միջակայքում Անկյունի ուղղման քայլը՝ ոչ ավելի քան 1 աստիճան Պետք է ունենա CWD. PRF միջակայքը ոչ պակաս քան 1600-ից 34500 Հց Առավելագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ ոչ պակաս քան 6,5 մ/վ Նվազագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ ոչ պակաս քան 0,1 սմ/վ Պետք է ունենա գունային դոպլեր. PRF միջակայքը՝ ոչ պակաս, քան 1000-ից 15000 Հց միջակայքում Գունային ռեժիմում առավելագույն արագությունը՝ ոչ պակաս քան 240 սմ/վ Նվազագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ ոչ պակաս քան 0.5 սմ/վ Գունավոր քարտեզը՝ ոչ պակաս քան 8 Պետք է ունենա B և գունային ռեժիմների համադրություն իրական

						ժամանակում Պետք է ունենա B, M և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում Պետք է ունենա B, PW և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում Պետք է ունենա B, CW և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում Պետք է ունենա հյուսվածքային դոպլեր. Պետք է ունենա B, PW և հյուսվածքային դոպլերի համադրություն իրական ժամանակում Պետք է ունենա առաջադեմ դինամիկ հոսք կամ համարժեք՝ արյան շրջանառության բարձր հաճախությամբ կադրերի բարձր թողունակության պատկերավորումով Գունավոր քարտեզը՝ ոչ պակաս քան 6 Պետք է ունենա հյուսվածքների ներդաշնակ պատկերավորում Պետք է ունենա իրական ժամանակում կոմպոզիտային բազմահաճախային սկանավորում Պետք է ունենա արագ սկանավորում (ավտոմատ օպտիմալացում) B ռեժիմի համար Պետք է ունենա արագ սկանավորում (ավտոմատ օպտիմալացում) դոպլեր

						ռեժիմի համար Պետք է ունենա տրապեզոիդ ռեժիմ Պետք է ունենա պանորամային պատկերավորման հնարավորության առկայություն Պետք է ունենա AVC ֆոլիկուլ (ավտոմատ ծավալի հաշվարկ) հնարավորության առկայություն Պետք է ունենա չափումներ, հաշվարկներ և ծրագրակազմ հետագա հետաքննության համար (ոչ պակաս քան ներքոհիշյալից). Մանկաբարձություն Սրտաբանություն Անգիոլոգիա Ուրոլոգիա Տվիչներ. Տվիչների միացման պորտերի քանակը ոչ պակաս քան 4 Պետք է ունենա կոնվեքսային տվիչ՝ 1 հատ Էլեմենտների քանակը՝ ոչ պակաս քան 128 Հաճախականության տիրույթը՝ ոչ պակաս քան 1.5-ից 5 Մհց միջակայքում Տեսնելու անկյունը՝ ոչ պակաս քան 60 աստիճան Պետք է ունենա գծային տվիչ՝ 1 հատ Էլեմենտների քանակը՝ ոչ պակաս քան 192 Հաճախականության տիրույթը՝ ոչ պակաս քան 3-ից 11.5 Մհց միջակայքում Տեսադաշտը՝ ոչ պակաս քան 50 մմ Ինտեգրված

						աշխատանքային կայան. Կոշտ սկավառակի հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 500 Գբ Ֆիլմի ցուցադրում. Ոչ պակաս քան 2000 կադր Պետք է ունենա պատկերի ձևաչափ, որը հնարավոր է համակարգից արտահանել DVD / CD-RW/ USB ՝ jpeg, DICOM Պետք է ունենա պատկերի ձևաչափ, որը հնարավոր է պահել կոշտ սկավառակի վրա. JPEG, AVI, DICOM Պետք է ունենա պատկերի ձևաչափ, որը կարող է արտահանվել համակարգից Flash քարտ. JPEG, AVI, DICOM DICOM 3.0: Store / C-Store / Worklist / MPPS / Print / SR Պետք է ունենա ներկառուցված DVD կամ USB Պետք է ունենա սև-սպիտակ տպիչ. Պետք է ունենա մոնտաժային հավաքածու սև-սպիտակ տպիչի համար Էլեկտրասնուցում՝ 220V / 50Hz Լրակազմ և պարագաներ Ուլտրաձայնային գել - 1 շիշ, թուղթ տպիչի համար - 2 գլանակ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր,

					չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը՝ ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք