

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդայրո ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/47 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ստացիոնար ուլտրաձայնային հետազոտման սարք Vinno R300 2 տվիչով և տպիչով	Վիննո	R300	Վիննո Թեքնոլոջի	Ստացիոնար ուլտրաձայնային համակարգ՝ 2 տվիչով և տպիչով A / D փոխարկիչի բիթերի 12 Ֆիզիկական հաղորդիչ ալիքների քանակը՝ 128 Մշակման ալիքների քանակը՝ 65000 Դինամիկ տիրույթ՝ 280dB ունի լայնաշերտ և բազմաշերտ սկանավորում Փոխանցման կենտրոնական կետերը՝ 8 Պատկերավորման առավելագույն խորությունը՝ 36 սմ Առավելագույն մեծացնելու գործոնն իրական ժամանակում. x10 Բարձր հստակության թվային մոնիտոր՝ 21.5" Թողունակությունը՝ 1920 x

						1080 Մոնիտորի կարգաբերում. թեքություն և պտույտ Հրահանգների կատարման հպումային էկրան` 13.3" Ստեղնաշար Պատկերավորման ռեժիմների հնարավորություն 2D (B- ռեժիմ), B ռեժիմի դեկ, B ռեժիմի ավտոմատ կարգավորում, B+B բազմաձևաչափ, THI (ներդաշնակ պատկերավորում), M ռեժիմ, անատոմիական M, գունավոր M, PDI (ուժային Դոպլերի պատկերավորում), PW/CW դոպլեր, TDI (հյուսվածքային դոպլեր), 3D/4D,Widescan (trapezoidal լայնաֆորմատ պատկերում, գծային տվիչով) ունի B ռեժիմ. Կադրերի հաճախությունը B ռեժիմում` 1150 կադր/վրկ գույների քարտեզը` 12 ՌԲնի M ռեժիմ ՌԲնի B և M ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում ՌԲնի B/M և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում ՌԲնի PWD. PRF միջակայքը 1000-ից 16,000 Հց Առավելագույն հայտնաբերելի արագությունը` 3,5 մ/վ Նվազագույն հայտնաբերելի արագությունը` 0,1 սմ/վ Կորեկցիայի անկյունի
--	--	--	--	--	--	--

					միջակայքը՝ 0-85 միջակայքում Անկյունի ուղղման քայլը՝ 1 աստիճան Ունի CWD. PRF 1600-ից 34500 Հց Առավելագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ 6,5 մ/վ Նվազագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ 0,1 սմ/վ Ունի գունային դոպլեր. PRF միջակայքը՝ 1000-ից 15000 Հց միջակայքում Գունային ռեժիմում առավելագույն արագությունը՝ 240 սմ/վ Նվազագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ 0.5 սմ/վ Գունավոր քարտեզը՝ 8 Ունի B և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում Ունի B, M և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում Ունի B, PW և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում Ունի հյուսվածքային դոպլեր. Ունի B, PW և հյուսվածքային դոպլերի համադրություն իրական ժամանակում Ունի առաջադեմ դինամիկ հոսք կամ համարժեք՝ արյան շրջանառության բարձր հաճախությամբ կադրերի բարձր թողունակության
--	--	--	--	--	---

					պատկերավորումով Գունավոր քարտեզը՝ 6 ՈւՆԻ հյուսվածքների ներդաշնակ պատկերավորում ՈւՆԻ իրական ժամանակում կոմպոզիտային բազմահաճախային սկանավորում ՈւՆԻ արագ սկանավորում (ավտոմատ օպտիմալացում) B ռեժիմի համար ՈւՆԻ արագ սկանավորում (ավտոմատ օպտիմալացում) դոպլեր ռեժիմի համար ՈւՆԻ տրապեզոիդ ռեժիմ ՈւՆԻ պանորամային պատկերավորման հնարավորության առկայություն ՈւՆԻ AVC ֆոլիկուլ (ավտոմատ ծավալի հաշվարկ) հնարավորության առկայություն ՈւՆԻ չափումներ, հաշվարկներ և ծրագրակազմ հետագա հետաքննության համար (ոչ պակաս քան ներքոհիշյալից)։ Մանկաբարձություն Սրտաբանություն Անգիոլոգիա Ուրոլոգիա Տվիչներ. Տվիչների միացման պորտերի քանակը 4 ՈւՆԻ կոնվեքսային տվիչ՝ 1 հատ Էլեմենտների քանակը՝ 128 Հաճախականության տիրույթը՝ 1-ից 8 Մից միջակայքում Տեսնելու
--	--	--	--	--	--

					միջակայքը՝ 0-85 միջակայքում Անկյունի ուղղման քայլը՝ 1 աստիճան Ունի CWD. PRF 1600-ից 34500 Հց Առավելագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ 6,5 մ/վ Նվազագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ 0,1 սմ/վ Ունի գունային դոպլեր. PRF միջակայքը՝ 1000-ից 15000 Հց միջակայքում Գունային ռեժիմում առավելագույն արագությունը՝ 240 սմ/վ Նվազագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ 0.5 սմ/վ Գունավոր քարտեզը՝ 8 Ունի B և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում Ունի B, M և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում Ունի B, PW և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում Ունի հյուսվածքային դոպլեր. Ունի B, PW և հյուսվածքային դոպլերի համադրություն իրական ժամանակում Ունի առաջադեմ դինամիկ հոսք կամ համարժեք՝ արյան շրջանառության բարձր հաճախությամբ կադրերի բարձր թողունակության
--	--	--	--	--	---

					պատկերավորումով Գունավոր քարտեզը՝ 6 ՈւՆԻ հյուսվածքների ներդաշնակ պատկերավորում ՈւՆԻ իրական ժամանակում կոմպոզիտային բազմահաճախային սկանավորում ՈւՆԻ արագ սկանավորում (ավտոմատ օպտիմալացում) B ռեժիմի համար ՈւՆԻ արագ սկանավորում (ավտոմատ օպտիմալացում) դոպլեր ռեժիմի համար ՈւՆԻ տրապեզոիդ ռեժիմ ՈւՆԻ պանորամային պատկերավորման հնարավորության առկայություն ՈւՆԻ AVC ֆոլիկուլ (ավտոմատ ծավալի հաշվարկ) հնարավորության առկայություն ՈւՆԻ չափումներ, հաշվարկներ և ծրագրակազմ հետագա հետաքննության համար (ոչ պակաս քան ներքոհիշյալից)։ Մանկաբարձություն Սրտաբանություն Անգիոլոգիա Ուրոլոգիա Տվիչներ. Տվիչների միացման պորտերի քանակը 4 ՈւՆԻ կոնվեքսային տվիչ՝ 1 հատ Էլեմենտների քանակը՝ 128 Հաճախականության տիրույթը՝ 1-ից 8 Մից միջակայքում Տեսնելու
--	--	--	--	--	--

					անկյունը՝ 60 աստիճան Ունի գծային տվիչ՝ 1 հատ Էլեմենտների քանակը՝ 192 Հաճախականության տիրույթը՝ 3-ից 17 Մից միջակայքում Տեսադաշտը՝ 50.5 մմ Ինտեգրված աշխատանքային կայան. Կոշտ սկավառակի հզորությունը՝ 500 Գբ Ֆիլմի ցուցադրում. 2000 կադր Ունի պատկերի ձևաչափ, որը հնարավոր է համակարգից արտահանել DVD / CD-RW/ USB ` jpeg, DICOM Ունի պատկերի ձևաչափ, որը հնարավոր է պահել կոշտ սկավառակի վրա. JPEG, AVI, DICOM Ունի պատկերի ձևաչափ, որը կարող է արտահանվել համակարգից Flash քարտ. JPEG, AVI, DICOM DICOM 3.0: Store / C-Store / Worklist / MPPS / Print / SR Ունի ներկառուցված DVD կամ USB Ունի սև-սպիտակ տպիչ. Ունի մոնտաժային հավաքածու սև- սպիտակ տպիչի համար Էլեկտրասնուցում՝ 220V / 50Hz Լրակազմ և պարագաներ Ուլտրաձայնային գել - 1 շիշ, թուղթ տպիչի համար - 2 գլանակ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն
--	--	--	--	--	---

					Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 ,CE Mark (Directive 93/42/EEC)
--	--	--	--	--	--