

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆԺԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/47 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը         | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2                  | Էլեկտրասրտագրիչ       | Էլեկտրասրտագրիչ     | Էլեկտրասրտագրիչ | Էլեկտրասրտագրիչ        | ԷՍԳ շարժական Ձայնագրող ԷՍԳ արտածումներ. 12 ստանդարտ արտածումներ Ձայնագրող կանալներ. 1/3-ի օգտագործողի ընտրությամբ Թվային դիսփլեյ. անկյունագիծը ոչ պակաս քան 8" Արտածումների փոխումը. ձեռքով և ավտոմատ Չգայունություն, մմ / մվ՝ ոչ պակաս քան 5, 10, 20, ավտոմատ Կարգաբերման ազդանշան. ավտոմատ և ձեռքով ԷՍԳ չափումներ՝ բոլոր արտածումները, միջին, ճշգրտված HR- ի միջին RR PR- ի միջակայքում QRS տևողություն QT ընդմիջում և QTc |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>միջակայք, առավելագույն R [V5]<br/>կամ [V6] և S [V1, Սոկոլով-Լիոն<br/>ինդեքս P, R, T առանցք<br/>Հաճախականությունների սահմանը,<br/>Hz ախտորոշիչ. Դեֆիբրիլյացիայի<br/>պաշտպանություն ըստ AAMI / IEC<br/>60601-2-25: 2011 ստանդարտներ<br/>Զֆիլտրացված՝ ոչ պակաս քան<br/>0,05... 150 Հց Ձայնագրիչ. INOP-ի<br/>կառավարումն անկախ<br/>յուրաքանչյուր էլեկտրոդի և<br/>պեյսմեյկերի հայտնաբերման<br/>համար Ձայնագրման եղանակը՝<br/>ջերմային թուղթ Տարլուծումը<br/>առնվազն՝ 8 կետ / մմ Ձայնագրող<br/>թուղթ՝ ոչ պակաս քան 80մմ x 30մմ<br/>Ձայնագրման արագությունը՝ մմ /<br/>վրկ՝ 5 /10 / 25/50 օգտագործողի<br/>կողմից ընտրելի Ներքին<br/>վերալիցքավորվող մարտկոց<br/>Մարտկոցի գործարկման<br/>ժամանակը. ոչ պակաս քան 90<br/>րոպե Միացման ձևը՝ ստանդարտ<br/>կամ կաբերեա էլեկտրոսնուցումը՝<br/>220 Վ / 50 Հց: Ռուսերեն և անգլերեն<br/>մենյուի առկայություն<br/>Աքսեսուարներ 1. Հիվանդի մալուխ<br/>2. Կրծքավանդակի վերջույթների 6<br/>էլեկտրոդ 3. 4 վերջույթների</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>Էլեկտրոդներ 4. 1 շիշ ԷՍԳ գել 5. 2<br/>թղթի փաթույթ Լրակազմ և<br/>պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ<br/>Աշխատակազմի ուսուցում տեղում<br/>Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն<br/>կամ անգլերեն կամ ռուսերեն<br/>Սարքավորումը պետք է լինի նոր,<br/>չօգտագործված Լրակազմը<br/>ներառում է բոլոր անհրաժեշտ<br/>լրացուցիչ սարքերը և<br/>պարագաները, որոնք անհրաժեշտ<br/>են լիարժեք գործունեության համար<br/>Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս<br/>Որակի վկայականներ<br/>(առկայություն) ISO13485 կամ<br/>համարժեք CE Mark (Directive<br/>93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p> |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/47  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 2          |                           |               |       |                               |                            |