

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ՄՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 11 | TSH | TSH | CTK BioTech | <p>Թիրեոտրոպ հորմոնի (TSH) քանակական որոշման թեստ-հավաքածու: Mindray MR-96A կիսաավտոմատ իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 96 որոշում:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա:Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել անալիզատորը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ:</p> |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом USPЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|------------------------|---------------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 11 | TSH | TSH | CTK BioTech | Թիրեոտրոպ հորմոնի (TSH) քանակական որոշման թեստ-հավաքածու: Mindray MR-96A կիսաավտոմատ իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 96 որոշում:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա:Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել անալիզատորը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: |