

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ 25/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Արյան մեջ ընդհանուր խոլեսթերինի որոշման հավաքածու	Human	Human	Human	Արյան մեջ ընդհանուր խոլեսթերինի որոշման հավաքածու - որոշման մեթոդը ըստ CHOD-PAP-ի, կիրառելի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար, համատեղելի լինի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Ալիքի որոշման տիրույթը Hg 500; 546 Նմ: Մոնոռեագենտի չափը 1X400 մլ: ստանդարտի չափը 1x5մլ: Յուրաքանչյուր ռեագենտ և ստանդարտ առանձին պլաստիկ տարախի մեջ լցունած: Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, 2°C -8°C

				ջերմաստիճանում պահպանման պարագայում: Բացված ռեագենտը պետք է կիրառելի լինի առնվազն 10 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 20°C; 25°C; 37°C : Օպտիկական խտությունը 1 սմ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն` ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 25/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Արյան մեջ ընդհանուր խոլեսթերինի որոշման հավաքածու	Human	Human	Human	Արյան մեջ ընդհանուր խոլեսթերինի որոշման հավաքածու - որոշման մեթոդը ըստ CHOD-PAP-ի, կիրառելի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար, համատեղելի լինի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Ալիքի որոշման տիրույթը Hg 500; 546 Նմ: Մոնոռեագենտի չափը 1X400 մլ; ստանդարտի չափը 1x5մլ: Յուրաքանչյուր ռեագենտ և ստանդարտ առանձին պլաստիկ տարաի մեջ լցունած: Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, 2°C -8°C

				ջերմաստիճանում պահպանման պարագայում: Բացված ռեագենտը պետք է կիրառելի լինի առնվազն 10 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 20°C; 25°C; 37°C : Օպտիկական խտությունը 1 սմ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն` ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III:
--	--	--	--	--