

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ 25/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
37	Արյան ընդհանուր հետազոտության համար Նախատեսված նոսրացնող լուծույթ 20լ 5D- Diluent	Human	Human	Human	Արյան ընդհանուր հետազոտության նոսրացման համար լուծույթ, Նախատեսված EDTA փորձանոթում մազանոթային և/կամ երակային արյան նոսրացման համար: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 12 ամիս HC5D-Diluent: Բաց լուծույթը կիրառելի պետք է լինի առնվազն 6 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում, համատեղելի HUMAN Humacount 5D սարքի խողովակաշարի և ծավալային տվիչի միակցիչի հետ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ առնվազն 20լ

				ալաստիկե -ճկուն տարայում, ոլնենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ոլնենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ոլնենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Պետք է ոլնենա HUMAN Diagnostics արտադրողի ռեագենտի քարտային նույնականացման համակարգի հետ համատեղելի RF-ID քարտ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն` ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III :
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UРЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ 25/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
37	Արյան ընդհանուր հետազոտության համար նախատեսված նոսրացնող լուծույթ 20լ 5D-Diluent	Human	Human	Human	Արյան ընդհանուր հետազոտության նոսրացման համար լուծույթ, նախատեսված EDTA փորձանոթում մազանոթային և/կամ երակային արյան նոսրացման համար: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 12 ամիս HC5D-Diluent: Բաց լուծույթը կիրառելի պետք է լինի առնվազն 6 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում, համատեղելի HUMAN Humacount 5D սարքի խողովակաշարի և ծավալային տվիչի միակցիչի հետ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ առնվազն 20լ

				ալաստիկե -ճկուն տարայում, ոլնենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ոլնենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ոլնենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Պետք է ոլնենա HUMAN Diagnostics արտադրողի ռեագենտի քարտային նույնականացման համակարգի հետ համատեղելի RF-ID քարտ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III :
--	--	--	--	--