

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-20-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
105	8680.204- WORKING ELEMENT ACTIVE BIPO 0/12/30°	8680.204- WORKING ELEMENT ACTIVE BIPO 0/12/30°	Richard Wolf GmbH. German	Բիպոլյար աշխատանքային ակտիվ Էլեմենտը նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցում առկա և շահագործվող Richard Wolf Էնդոսկոպիկ սարքավորման համար, որը կարող է աշխատել միայն օրիգինալ բիպոլյար աշխատանքային ակտիվ Էլեմենտով: Բիպոլյար աշխատանքային Էլեմենտ ակտիվ, նախատեսված է Shark ռեզեկտոսկոպի համար և համատեղելի է Shark ռեզեկտոսկոպի հետ: Աշխատանքային Էլեմենտը նախատեսված է 4 մմ, 12°/30° Richard Wolf տելեսկոպի համար, շարունակական իրիգացիայով, ակտիվ կտրման մեխանիզմի առակայություն, ունի ձեռքով կարգավորվող կտրման մեխանիզմ՝ օժանդակված գսպանակային անջատիչով 22Fr ստանդարտ և 24,5Fr շարունակական իրիգացիայի ռեզեկտեսկոպի

				տուբուկուլոզի համար: Աշխատանքային էլեմենտը թեթև է, արհեստական համաձուլվածքից նաև պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից: Նոր է, չօգտագործված: Բիպոլյար աշխատանքային էլեմենտի տեղադրումը և կարգավորումները իրականացվելու են Richard Wolf ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Մասնագետի գործող սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից՝ 12 ամիս: Բիպոլյար աշխատանքային էլեմենտը տեղադրելուց հետո սարքը բերվելու է աշխատանքային վիճակի: Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է պայամագիր կնքելու օրվանից սկսած 90 օրացույցային օրվա ընթացքում:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեղտեխստերվի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2025/16-20-ԵՊԲՀ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
105	8680.204- WORKING ELEMENT ACTIVE BIPO 0/12/30°	8680.204- WORKING ELEMENT ACTIVE BIPO 0/12/30°	Richard Wolf GmbH. German	Բիպոլյար աշխատանքային ակտիվ էլեմենտը նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցում առկա և շահագործվող Richard Wolf էնդոսկոպիկ սարքավորման համար, որը կարող է աշխատել միայն օրիգինալ բիպոլյար աշխատանքային ակտիվ էլեմենտով: Բիպոլյար աշխատանքային էլեմենտ ակտիվ, նախատեսված է Shark ռեզեկտոսկոպի համար և համատեղելի է Shark ռեզեկտոսկոպի հետ: Աշխատանքային էլեմենտը նախատեսված է 4 մմ, 12°/30° Richard Wolf տելեսկոպի համար, շարունակական իրիգացիայով, ակտիվ կտրման մեխանիզմի առակայություն, ունի ձեռքով կարգավորվող կտրման մեխանիզմ՝ օժանդակված գսպանակային անջատիչով 22Fr ստանդարտ և 24,5Fr շարունակական իրիգացիայի ռեզեկտեսկոպի

				տուբուկուլոզի համար: Աշխատանքային էլեմենտը թեթև է, արհեստական համաձուլվածքից նաև պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից: Նոր է, չօգտագործված: Բիպոլյար աշխատանքային էլեմենտի տեղադրումը և կարգավորումները իրականացվելու են Richard Wolf ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Մասնագետի գործող սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից՝ 12 ամիս: Բիպոլյար աշխատանքային էլեմենտը տեղադրելուց հետո սարքը բերվելու է աշխատանքային վիճակի: Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է պայամագիր կնքելու օրվանից սկսած 90 օրացույցային օրվա ընթացքում:
--	--	--	--	---