

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/16-20-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
108	HU30S	HU30S	Shenzhen HugeMed Medical Technical Development Co., Ltd. China	Ճկուն միանգամյա ուրետերոսկոպ 7.5 Fr (կոդ HU30S): Օպտիկական աշխատանքային հեռավորությունը՝ 3-100 մմ տիրույթում: Աշխատանքային երկարությունը՝ 650մմ: Տեսադաշտը՝ 120 աստիճան: Խողովակի արտաքին տրամագիծը՝ 7,5 Fr: Դիստալ ծայրի արտաքին տրամագիծը՝ 7,5 Fr: Աշխատանքային լուսանցքի նվազագույն տրամագիծը՝ 3.6 Fr: Շեղման առավելագույն անկյունը յուրաքանչյուր ուղղությամբ 285 աստիճան: Սկոպը չունի աշխատաքային ժամանակի որևէ սահմանափակում: Նոր է, չօգտագործված: Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են՝ տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները, բժշկական անձնակազմին օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից՝ 12 ամիս: Տեղադրելուց հետո սարքը բերվելու է

				աշխատանքային վիճակի: Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է պայամագիր կնքելու օրվանից սկսած 90 օրացույցային օրվա ընթացքում:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Սեդտեխստերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱԶԱՊԶԲ-2025/16-20-ԵՊԲՀ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
108	HU30S	HU30S	Shenzhen HugeMed Medical Technical Development Co., Ltd. China	Ճկուն միանգամյա ուրետերոսկոպ 7.5 Fr (կոդ HU30S): Օպտիկական աշխատանքային հեռավորությունը՝ 3-100 մմ տիրույթում: Աշխատանքային երկարությունը՝ 650մմ: Տեսադաշտը՝ 120 աստիճան: Խողովակի արտաքին տրամագիծը՝ 7,5 Fr: Դիստալ ծայրի արտաքին տրամագիծը՝ 7,5 Fr: Աշխատանքային լուսանցքի նվազագույն տրամագիծը՝ 3.6 Fr: Շեղման առավելագույն անկյունը յուրաքանչյուր ուղղությամբ 285 աստիճան: Սկոպը չունի աշխատաքային ժամանակի որևէ սահմանափակում: Նոր է, չօգտագործված: Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են՝ տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները, բժշկական անձնակազմին օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից՝ 12 ամիս: Տեղադրելուց հետո սարքը բերվելու է

				աշխատանքային վիճակի: Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է պայամագիր կնքելու օրվանից սկսած 90 օրացույցային օրվա ընթացքում:
--	--	--	--	---