

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Հասմիկ Օհանյան-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/66 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Գազային քրոմատագրաֆիկ համակարգ	Գազային քրոմատագրաֆիկ համակարգ	Գազային քրոմատագրաֆիկ համակարգ	Գազային քրոմատագրաֆիկ համակարգ	Գազային քրոմատագրաֆիկ համակարգ հավաքածուն ներառում է՝ գազային քրոմատագիր - Երեք փոփոխվող դետեկտորների տեղադրելու հնարավորություն: արձանագրող սարք - Էլեկտրոնային պնեմատիկ հսկողություն (ԷՊՀ) բոլոր խորշիկների և դետեկտորների համար - Նմուշի հետ հալող բոլոր մակերեսների իներտություն ամբողջ հոսքագծի երկայնքով - Հոսքի բաժանման գործակիցը 12000:1: Ճնշման տիրույթը 0 ից- 1250 կՊԱ - Ընդհանուր հոսքերի տիրույթը 5 ից- 1250մլ /րոպե, սանդղակավորումը

0,1մլ/րոպե: Ներարկման
 համակարգերի քանակը
 (Split/Splitless) 2 համակարգ:
 Նախատեսված բոլոր մագնիսային
 աշտարակների համար (50 - 530 մկմ
 ներքին) Ներարկման համակարգի
 մաքսիմալ ջերմաստիճանը 400 °C :
 Բոց իոնային դետեկտոր (FID)՝ -
 Նվազագույն աշխատանքային
 ջերմաստիճան 450 °C: Աշտարակի
 թերմոստատը • Հետհոսքով
 մաքրման (backflush)
 հնարավորություն:
 Սանդղակավորումը՝ 0.1 °C -
 Հայտնաբերման սահմանը 1.2pg/s
 դոզեկան: Աշխատանքային
 ջերմաստիճանը - +3-ից ից 450 °C •
 CO2 սառեցումով - 50-ից 450°C
 Պահման ժամանակի կրկնելիություն
 - 0.008% կամ 0.0008 րոպե
 Մակերեսի
 վերարտադրողականություն - «
 1%RSD Ջերմաստիճանի
 կարգավորելու ճշտությունը - 0.1 °C
 Աջակցում է 30 տաքացման ծրագիր,
 31 հարթակներով: Թույլատրելի են
 բացասական արժեքներ: Ջեռոցի
 սառեցման ժամանակը - 450°C-ից
 մինչև 50°C սառելու համար 4 րոպե:

					Ձեռոցի ջերմաստիճանի աճի արժեքը $+120^{\circ}\text{C}$/րոպե Նվազագույն անդադար աշխատանքի ժամանակը 999.99 րոպե (կամ 16.7 ժամ)Ներկառուցված հեղուկ բյուրեղային էկրան կառավարման հնարավորությամբ: Ծրագրում աշտարակների տեղադրման վիզուալ ուղեցույցի առկայություն: Ավտոմատացված Հեղուկ Ներարկման համակարգ Ինկուբացիայի ժամանակը 0-999.99րոպե, սանդղակավորումը 0.01 Հեղուկ Ներարկման համակարգ՝ Ներարկչի ծավալը 10մկլ, 5 և 0.5մկլ հնարավորությամբ, Մաքսիմալ Ներարկման ծավալը 5մկլ: Մինիմալ Ներարկման ծավալը 0.01մկլ, Մնացորդային քանակը (Carryover) 0.001 %, Սանդղակավորումը 0.01մկլ, Նմուշների սրվակները 24 հատ 2մլ: Ամբողջական ծրագրային կառավարում: Ծրագրային կառավարումը Համակարգը պետք է կառավարվի մեկ ծրագրային փաթեթով Ծրագիրը պետք է համապատասխանի 21 CFR Part 11 պահանջներին, օգտատերերի
--	--	--	--	--	---

					կառվարման համակարգ: Միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված եռակի քառաբևեռ մասս սպեկտրաչափի (MS/MS): Ավտոմատացված տվյալների դուրս բերման հնարավորություն: Արտադրողի կողմից ԻԿ սպեկտրաչափի հետ միացման հնարավորություն: Մասս սպեկտրերի գրադարան պարունակությունը ոչ քիչ քան 300000 սպեկտր Մասս սպեկտրների գրադարան սպեցիֆիկ թունաբանական հետազոտությունների համար, ոչ քիչ քան 26000 սպեկտր: Մասս սպեկտրների դեկոնվոյուցիայի սպեցիֆիկ ծրագրի առկայություն Ոչ քիչ քան Core i5 համակարգչի առկայություն Контроллер: Անհրաժեշտ հելիում գազ. 50լ մետաղական բալոնով 200 բար ճնշում, 99,9999% մաքրությամբ, իր գազաճնշային կարգավորիչներով չժանգոտվող պողպատ տեսակի մետաղից պատրաստված, գազի մաքրման ֆիլտրերով (խոնավություն, ածխաջրեր) և ԳԶ-ին միացման բարձր ճնշման
--	--	--	--	--	--

			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара		խողովակով: Ջրածնի գեներատոր. դեփոնիզացված ջրի ծախսը օրեկան առավելագույնը 120 մլ, 150մլ/րոպե արտադրողականությամբ, ջրածնի մաքրությունը 99.995%, դեփոնիզացված ջրի ծախսը օրեկան առավելագույնը 120 մլ, չորացնող քարտրիջի առկայություն և միացման խողովակով: Ազոտի գեներատոր. 300մլ/ր
АСМИК ОГАН	ЯН ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом	представляет полное описание предлагаемого им товара.			
Номер лота			Предлагаемый товар		արտադրողականությամբ, ազոտի մաքրությունը 99.9995%, ազոտի
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики ելքի ճնշումը՝ 400 կՊա: Հոսանքի
1	Գազային քրոմատագրաֆիկ համակարգ	Գազային քրոմատագրաֆիկ համակարգ	Գազային քրոմատագրաֆիկ համակարգ	Գազային քրոմատագրաֆիկ համակարգ	սնուցման անխափան սարք (UPS) - Գազային քրոմատագրաֆիկ 200-240V, 6-կվտ հզորությամբ: ԳԶ համակարգ հավաքածուն ներառում է՝ գազային քրոմատագր - Երեք Ներառված՝ Ֆերուլա արևմտյան 10 փոփոխվող դետեկտորների հատ, Սեպտա արևմտյան 50 հատ, տեղադրվող համապատասխան: Սիլաներ 2մլ՝ հոբեց արձանագրող սարք - Էլեկտրոնային կալիբրիչներով արևմտյան 100 հատ, պնեմատիկ հսկողություն (ԷԻՀ) կալիբրման օւժոյթներ, ձեռնոցներ բոլոր խորշիկների և դետեկտորների արևմտյան 50 հատ, միկրոնեռալիչ համար - ԸստՀի հետ հավող բոլոր 0.2-10 մկ - արևմտյան 4 հատ: մալերենների ինտրոդուկցիոն ամբողջ Սեպտիֆիկացված մասնագետի հոսքագծի երկայնքով - Հոսքի կողմից ԳԶ եղանակով մագնոդային բաժանման գործակիցը 12000:1: ուժիչների ռոռման մեթոդի ճնշման տիրույթը 0 ից- 1250 կՊա - Ներդրում ներառյալ Ընդհանուր հոսքերի տիրույթը 5 ից- համապատասխան աշտարակի և 1250մլ/րոպե, մատչելի գազային և ռեակտիվների տրամադրումը:

					Սարքի և միջավայրի ներդրումը ընդհանուր առմամբ Կապարդի քանակական անալիզի համակարգում (Split/Splitless) շիջում և ցրում
					Նախատեսված բոլոր մազանոթային աշտարակների համար (50 - 530 մկմ ներքին) Ներարկման համակարգի մաքսիմալ ջերմաստիճանը 400 °C : Բոց իոնային դետեկտոր (FID)` -  Նվազագույն աշխատանքային ջերմաստիճան 450 °C: Աշտարակի թերմոստատը • Հետհոսքով մաքրման (backflush) հնարավորություն:  Սանդղակավորումը` 0.1 °C - Հայտնաբերման սահմանը 1.2pg/s դոզեկան: Աշխատանքային ջերմաստիճանը - +3-ից ից 450 °C • CO2 սառեցումով - 50-ից 450°C Պահման ժամանակի կրկնելիություն - 0.008% կամ 0.0008 թուփե Մակերեսի վերարտադրողականություն - « 1%RSD Ջերմաստիճանի կարգավորելու ճշտությունը - 0.1 °C Աջակցում է 30 տաքացման ծրագիր, 31 հարթակներով: Թույլատրելի են բացասական արժեքներ: Ջեռոցի սառեցման ժամանակը - 450°C-ից մինչև 50°C սառելու համար 4 թուփե:

					Ձեռոցի ջերմաստիճանի աճի արժեքը $+120^{\circ}\text{C}$/րոպե Նվազագույն անդադար աշխատանքի ժամանակը 999.99 րոպե (կամ 16.7 ժամ)Ներկառուցված հեղուկ բյուրեղային էկրան կառավարման հնարավորությամբ: Ծրագրում աշտարակների տեղադրման վիզուալ ուղեցույցի առկայություն: Ավտոմատացված Հեղուկ Ներարկման համակարգ Ինկուբացիայի ժամանակը 0-999.99րոպե, սանդղակավորումը 0.01 Հեղուկ Ներարկման համակարգ՝ Ներարկչի ծավալը 10մկլ, 5 և 0.5մկլ հնարավորությամբ, Մաքսիմալ Ներարկման ծավալը 5մկլ: Մինիմալ Ներարկման ծավալը 0.01մկլ, Մնացորդային քանակը (Carryover) 0.001 %, Սանդղակավորումը 0.01մկլ, Նմուշների սրվակները 24 հատ 2մլ: Ամբողջական ծրագրային կառավարում: Ծրագրային կառավարումը Համակարգը պետք է կառավարվի մեկ ծրագրային փաթեթով Ծրագիրը պետք է համապատասխանի 21 CFR Part 11 պահանջներին, օգտատերերի
--	--	--	--	--	---

					կառվարման համակարգ: Միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված եռակի քառաբևեռ մասս սպեկտրաչափի (MS/MS): Ավտոմատացված տվյալների դուրս բերման հնարավորություն: Արտադրողի կողմից ԻԿ սպեկտրաչափի հետ միացման հնարավորություն: Մասս սպեկտրերի գրադարան պարունակությունը ոչ քիչ քան 300000 սպեկտր Մասս սպեկտրների գրադարան սպեցիֆիկ թունաբանական հետազոտությունների համար, ոչ քիչ քան 26000 սպեկտր: Մասս սպեկտրների դեկոնվոյուցիայի սպեցիֆիկ ծրագրի առկայություն Ոչ քիչ քան Core i5 համակարգչի առկայություն Контроллер: Անհրաժեշտ հելիում գազ. 50լ մետաղական բալոնով 200 բար ճնշում, 99,9999% մաքրությամբ, իր գազաճնշային կարգավորիչներով չժանգոտվող պողպատ տեսակի մետաղից պատրաստված, գազի մաքրման ֆիլտրերով (խոնավություն, ածխաջրեր) և ԳԶ-ին միացման բարձր ճնշման
--	--	--	--	--	--

					խողովակով: Ջրածնի գեներատոր. դեիոնիզացված ջրի ծախսը օրեկան առավելագույնը 120 մլ, 150մլ/րոպե արտադրողականությամբ, ջրածնի մաքրությունը 99.995%, դեիոնիզացված ջրի ծախսը օրեկան առավելագույնը 120 մլ, չորացնող քարտրիջի առկայություն և միացման խողովակով: Ազոտի գեներատոր. 300մլ/ր արտադրողականությամբ, ազոտի մաքրությունը 99.9995%, ազոտի ելքի ճնշումը՝ 400 կՊա: Հոսանքի սնուցման անխափան սարք. (UPS) – 200-240Վ, 6-կՎտ հզորությամբ: ԳՔ վերանորոգման հավաքածու. Ներառված՝ Ֆերուլա առնվազն 10 հատ, Սեպտա առնվազն 50 հատ, վիալաներ 2մլ՝ իրենց կափարիչներով առնվազն 100 հատ, կալիբրման լուծույթներ, ձեռնոցներ առնվազն 50 հատ, միկրոներարկիչ 0,2-10 մկլ - առնվազն 4 հատ: Սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից ԳՔ եղանակով մնացորդային լուծիչների որոշման մեթոդի ներդրում ներառյալ համապատասխան աշտարակի և ռեակտիվների տրամադրումը:
--	--	--	--	--	---

				Սարքի կարգաբերումը թողարկումը պետք է կատարվի սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Ուսուցում
--	--	--	--	--