

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ-ն ՈԻԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/86 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Էլեկտրավիրաբուժ ական գեներատոր	Էլեկտրավիրաբուժ ական գեներատոր	Էլեկտրավիրաբուժ ական գեներատոր	Էլեկտրավիրաբուժ ական գեներատոր	Բարձր հաճախականությամբ Էլեկտրավիրաբուժական գեներատորը նախատեսված է լիզաշուր համակարգի եղանակներով վիրաբուժական միջամտություններ կատարելու, ինչպես նաև հյուսվածքների միացման և անոթային Էլեկտրոլիզացիայի համար: Գեներատորը նախատեսված է ընդհանուր վիրաբուժության` ուրոլոգիական, անոթային, կրծքային, պլաստիկ, գինեկոլոգիական, կոլոռեկտալ LON միջամտությունների `

տոնզիլեկտոմիայի միջամտությունների համար: Բոլոր տեսակի Լիգաշուր համակարգի համադրումը TissueFect Probing™ տեխնոլոգիայի հետ վերահսկում է հյուսվածքների դիմադրության փոփոխությունները վայրկյանում 434000 անգամ տալով համապատասխան կուագուլիացիայի էներգիա : Համակարգի վրա պետք է առկա երկու երկբևեռ , մեկ միաբևեռ միացումներ հետագա մոդերնիզացիայի և վերածրագրելու հնարավորությամբ որը թույլ է տալիս SHARED coag ռեժիմով միաժամանակյա աշխատելու , որ համադրվում է TissueFect Probing™ տեխնոլոգիայի հետ: Լիգաշուր միաբևեռ և երկբևեռ գործիքների համադրումը գեներատորին կատարվում է QR կոդով` Լիգաշուր միաբևեռ և երկբևեռ միաժամանակյա ակտիվացվում և թվացվում է SHARED coag ռեժիմով : Լիգաշուր միացումը Valleylab™ Exchange ծրագրի հավելվածի միջոցով համադրվում է LON- միջամտությունների համար

Նախատեսված BiZact [™]
 տոնգիլեկտոմիայի միջամտության
 համար նախատեսված գործիքին :
 Լապարասկոպիկ վիրահատության `
 Լիգաշուր գործիքների համադրումը
 Valleylab FT10 գեներատորին •
 LIGASURE [™] BLUNT TIP 5 մմ - 23 սմ •
 LIGASURE [™] MARYLAND 5 մմ- 23սմ ,
 37սմ , 44սմ • LIGASURE ATLAS 10մմ-
 23սմ , 37սմ Բաց վիրահատության `
 Լիգաշուր գործիքների համադրումը
 Valleylab FT10 գեներատորին •
 IMPACT • LIGASURE [™] STD ,
 LIGASURE [™] STD • LIGASURE [™] AXS
 LIGASURE [™] STD • LIGASURE [™] XTD
 LIGASURE [™] X • Միաբևեռ
 մասնահատման ռեժիմներ Pure,
 Blend, Valleylab • Միաբևեռ
 կոագուլյացիայի ռեժիմներ`
 Fulgurate, Spray, Soft, Shared •
 Երկբևեռ ռեժիմներ` ցածր, միջին,
 բարձր` համադրելի TissueFect
 Probing [™] տեխնոլոգիայի հետ: •
 Valleylab-ի հատուկ մոնոպոլային
 դիսենցիոն ռեժիմ` միաժամանակյա
 հեմոստազով: • Ճրագրային
 ապահովման արդիականացման
 համակարգ նոոլթբուքի միջոցով •
 Երկբևեռ տրանստրետորալ

ռեգեկցիայի եղանակներ COAG
 կոագուլյացիա և CUT
 մասնահատում: • 7 դյույմ
 սենսորային LED էկրան 4 պորտ՝ 2
 միաբևեռ, 1 երկբևեռ, 1 LigaSure:
 Չափերը • Լայնությունը՝ 35 ± 10 սմ
 • Երկարությունը՝ 45 ± 10 սմ •
 Բարձրությունը՝ 17 ± 10 սմ • Քաշը՝
 10 ± 3 կգ Գործիքի կառուցվածքը
 Նվազագույն ինվազիվ
 վիրահատությունների համար
 նախատեսված վիրաբուժական
 էլեկտրոկուագուլիացիոն դանակ:
 LS10 FT10 էլեկտրոկուագուլիացիոն
 գեներատորների համար
 ծրագրային ապահովումը ոչ
 պակաս 3,9-4,5 հնարավոր
 տարբերակներով : Նախատեսված
 բաց վիրահատությունների համար
 Կոլագուլյացիոն եւ կտրման
 ռեժիմների առկայություն:
 Մասնատող ճյուղերը պետքե լինեն
 սրածայր պատված նանո
 կուագուլացիոն թաղանթով ՝
 նվազացնելով հյուսվածքների
 տերմալ վնասակարության
 ազդեցությունը ,ապահովելով
 հյուսվածքների և անոթների
 նվազագույն ինվազիվ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара					ազդեցությունը: Հյուսվածքների ֆիկսումը և մասնահատումը կատարվում է առանձին ակտիվացումներով : Հնարավորություն է տալիս նախքան կուլագուլիացիան , ավտոմատացման եղանակով չափել հյուսվածքի խտությունը , որը չափերը և գերազանցի 7մմ : Ցողունի տրամագիծի առկա անհարաժեշտ չափերը պետք է լինեն 5 մմ; (±1)
ООО "Энерджи Груп" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом торгов ЕЭД № 12P-25/86 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					ցողունի երկարությունը 23 սմ , 350 տեխնիկական ցողունային պտույտով:
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Գործիքի կառուցվածքը` ①
1					Մասնատող ճյուղեր` սրածայր ②Ցողուն ③Պտտվող անիվ (մոխրագույն) ④Բռնակ (մոխրագույն սպիտակ) ⑤Ակտիվացման կոճակ (մանուշակագույն) ⑥ Եռճյուղանի խրոց ⑦ Մալուխ` անմիջական միացումով ⑧Լծակ կամ առջևի բռնակ (մոխրագույն սպիտակ) ⑨ Դանակի ձգան (մոխրագույն) Հավաքակազմում 12 գործիք Նվազագույն ինվազիվ վիրաբուժության համար նախատեսված վիրաբուժական էլեկտրոկուլագուլիացիոն դանակ: LS10 FT10 Էլեկտրոկուլագուլիացիոն

					գեներատորների համար ՝ծրագրային ապահովումը ոչ պակաս 3,9-4,5 հնարավոր տարբերակներով : Նախատեսված բաց և լապարասկոպիկ վիրահատությունների համար Կոագուլյացիոն եւ կտրման ռեժիմների առկայություն: Մասնատող ճյուղերը պատված են սրածայր նանո կոագուլացիոն թաղանթով ՝ նվազացնելով հյուսվածքների տերմալ վնասակարության ազդեցությունը ապահովելով նվազագույն ինվազիս ազդեցությունը : Հյուսվածքների ֆիկսումը և մասնահատումը կատարվում է առանձին ակտիվացումներով : Նախապես ՝ ավտոմատացման եղանակով չափելով հյուսվածքի խտությունը Ցողունի տրամագիծի առկա անհարաժեշտ ճափերը պետք լինեն 5 մմ; (± 1)ցողունի երկարությունը 37 սմ, . 350 աստիճան ցողունային պտույտ: Գործիքի կառուցվածքը ՝ ① Մասնահատող ճյուղեր ②Ցողուն ③Պտտվող անիվ (մոխրագույն) ④Բռնակ (մոխրագույն սպիտակ)
--	--	--	--	--	--

					⑤Ակտիվացման կոճակ (մանուշակագույն) ⑥ Եռճյուղանի խրոց ⑦ Մալուխ ⑧Լծակ կամ առջևի բռնակ (մոխրագույն սպիտակ) ⑨ Դանակի ձգան (մոխրագույն) Հավաքակազմում 24 գործիք
--	--	--	--	--	---