

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՏ ՍՊԸ-ն ՈԻԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/86 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Medtronic/Covidien	Covidien	Covidien	Medtronic/Covidien	Բարձր հաճախականությամբ Էլեկտրավիրաբուժական գեներատորը նախատեսված է լիզաշուր համակարգի եղանակներով վիրաբուժական միջամտություններ կատարելու, ինչպես նաև հյուսվածքների միացման և անոթային Էլեկտրոլիզացիայի համար: Գեներատորը նախատեսված է ընդհանուր վիրաբուժության` ուրոլոգիական, անոթային, կրծքային, պլաստիկ, գինեկոլոգիական, կոլոռեկտալ LON միջամտությունների `

տոնզիլեկտոմիայի
միջամտությունների համար: Բոլոր
տեսակի Լիգաշուր համակարգի
համադրումը TissueFect Probing™
տեխնոլոգիայի հետ վերահսկում է
հյուսվածքների դիմադրության
փոփոխությունները վայրկյանում
434000 անգամ տալով
համապատասխան
կուագուլիացիայի էներգիա :
Համակարգի վրա առկա է երկու
երկբևեռ , մեկ միաբևեռ միացումներ
հետագա մոդերնիզացիայի և
վերածրագրելու հնարավորությամբ
որը թույլ է տալիս SHARED coag
ռեժիմով միաժամանակյա
աշխատելու , որ համադրվում է
TissueFect Probing™ տեխնոլոգիայի
հետ: Լիգաշուր միաբևեռ և երկբևեռ
գործիքների համադրումը
գեներատորին կատարվում է QR
կոդով` Լիգաշուր միաբևեռ և
երկբևեռ միաժամանակյա
ակտիվացվում և թվացվում է
SHARED coag ռեժիմով : Լիգաշուր
միացումը Valleylab™ Exchange
ծրագրի հավելվածի միջոցով
համադրվում է LON
միջամտությունների համար

						Նախատեսված BiZact [™] տոնզիլեկտոմիայի միջամտության համար նախատեսված գործիքին : Լապարասկոպիկ վիրահատության `  Լիգաշուր գործիքների համադրումը Valleylab FT10 գեներատորին • LIGASURE <sup>™</sup> BLUNT TIP 5 մմ - 23 սմ • LIGASURE <sup>™</sup> MARYLAND 5 մմ- 23սմ , 37սմ , 44սմ • LIGASURE ATLAS 10մմ- 23սմ , 37սմ Բաց վիրահատության ` Լիգաշուր գործիքների համադրումը Valleylab FT10 գեներատորին • IMPACT • LIGASURE [™] STD , LIGASURE [™] STD • LIGASURE [™] AXS LIGASURE [™] STD • LIGASURE [™] XTD LIGASURE [™] X • Միաբևեռ մասնահատման ռեժիմներ Pure, Blend, Valleylab • Միաբևեռ կոագուլյացիայի ռեժիմներ` Fulgurate, Spray, Soft, Shared • Երկբևեռ ռեժիմներ` ցածր, միջին, բարձր` համադրելի TissueFect Probing <sup>™</sup> տեխնոլոգիայի հետ: • Valleylab-ի հատուկ մոնոպոլային դիսենցիոն ռեժիմ` միաժամանակյա հեմոստազով: • Ճրագրային ապահովման արդիականացման համակարգ նոոլթրոլքի միջոցով • Երկբևեռ տրանստրետորալ
--	--	--	--	--	--	---

ռեզեկցիայի եղանակներ COAG կոագուլյացիա և CUT մասնահատում: • 7 դյույմ սենսորային LED էկրան 4 պորտ՝ 2 միաբևեռ, 1 երկբևեռ, 1 LigaSure: Չափերը • Լայնությունը՝ 36,8 սմ • Երկարությունը՝ 46,2 սմ • Բարձրությունը՝ 17,8 սմ • Քաշը՝ 10,1 կգ Գործիքի կառուցվածքը՝ Նվազագույն ինվազիվ վիրահատությունների համար Նախատեսված վիրաբուժական էլեկտրոկուագուլիացիոն դանակ: LS10, FT10 էլեկտրոկուագուլիացիոն գեներատորների համար ծրագրային ապահովումը 3,9 - 4,5 հնարավոր տարբերակներով : Նախատեսված բաց վիրահատությունների համար Կոլագուլյացիոն եւ կտրման ռեժիմների առկայություն: Մասնատող ճյուղերը՝ սրածայր պատված նանո կուագուլացիոն թաղանթով՝ նվազացնելով հյուսվածքների տերմալ վնասակարության ազդեցությունը ,ապահովելով հյուսվածքների և անոթների նվազագույն ինվազիվ ազդեցությունը: Հյուսվածքների

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО ПРОФТЕСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ИГД 4-ЕДЗ 12P-25/86 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					ֆիկսումը և մասնահատումը կատարվում է առանձին ակտիվացումներով : Հնարավորություն է տալիս նախքան կուագուլիացիան , ավտոմատացման եղանակով չափել հյուսվածքի խտությունը , որը չափերը է գերազանցի 7մմ : Ցողունի տրամագիծի թույլ անհարմար չափերը 5 մմ; ցողունի երկարությունը 23 սմ , . 350
Номер лота			Предлагаемый товар		ապտիվան ցողունալիս ատուտով: Գործիքի կառուցվածքը` ①
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1					Մասնատող ճյուղեր` սրածայր
					②Ցողուն ③Պտտվող անիվ (մոխրագույն) ④Բռնակ (մոխրագույն սպիտակ) ⑤Ակտիվացման կոճակ (մանուշակագույն) ⑥ Եռճյուղանի խրոց ⑦ Մալուխ` անմիջական միացումով ⑧Լծակ , առջևի բռնակ (մոխրագույն սպիտակ) ⑨ Դանակի ձգան (մոխրագույն) Հավաքակազմում 12 գործիք Նվազագույն ինվազիվ վիրաբուժության համար Նախատեսված վիրաբուժական էլեկտրոկուագուլիացիոն դանակ: LS10 FT10 էլեկտրոկուագուլիացիոն գեներատորների համար

՝ծրագրային ապահովումը 3,9-4,5
հնարավոր տարբերակներով :
Նախատեսված բաց և
լապարասկոպիկ
վիրահատությունների համար
Կուագուլյացիոն եւ կտրման
ռեժիմների առկայություն:
Մասնատող ճյուղերը պատված են
սրածայր նանո կուագուլյացիոն
թաղանթով ՝ նվազացնելով
հյուսվածքների տերմալ
վնասակարության ազդեցությունը
ապահովելով նվազագույն ինվազիոն
ազդեցությունը : Հյուսվածքների
ֆիկսումը և մասնահատումը
կատարվում է առանձին
ակտիվացումներով : Նախապես ՝
ավտոմատացման եղանակով
չափելով հյուսվածքի խտությունը
Ցողունի տրամագիծի առկա
անհարաժեշտ չափերը 5 մմ;
ցողունի երկարությունը 37 սմ, . 350
աստիճան ցողունային պտույտ:
Գործիքի կառուցվածքը ՝ ①
Մասնահատող ճյուղեր ②Ցողուն
③Պտտվող անիվ (մոխրագույն)
④Բռնակ (մոխրագույն սպիտակ)
⑤Ակտիվացման կոճակ
(մանուշակագույն) ⑥ Եռճյուղանի

					խրոց ⑦ Մալուխ ⑧Լծակ կամ առջևի բռնակ (մոխրագույն սպիտակ) ⑨ Դանակի ձգան (մոխրագույն) Հավաքակազմում 24 գործիք
--	--	--	--	--	---