ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդպրո ՍՊԸ-ն ԱԲԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-2025/21 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Դյուրակիր ՈՒՁ սարքավորում, տվիչների 3 պորտով	Դյուրակիր ՈՒՁ սարքավորում, տվիչների 3 պորտով	Դյուրակիր ՈՒՁ սարքավորում, տվիչների 3 պորտով	Դյուրակիր ՈՒՁ սարքավորում, տվիչների 3 պորտով	Մոդելը E3 ՈԻՁՀ շարժական սարք: Դյուրակիր ուլտրաձայնային հետազոտման սարք, Շարժական ուլտրաձայնային համակարգ - համալրված առաջադեմ տեխնոլոգիաներով, ինչպիսիք են ամբողջական թվային լայն դիապազոնի ճառագայթի ձևավորումը, բազմալիքային զուգահեռ մշակումը, գունավոր դոպլերը, ուղղորդված էներգետիկ և սպեկտրալ դոպլերը, հյուսվածքային և զտված հարմոնիկ պատկերավորումները, աղմուկի նվազեցման, տարածական

						համադրման, տրապեցանման պատկերավորումը: Կիրառման ոլորտները. Որովայնային, մանկաբարձություն, վահանագեղձ և կրծքագեղձի հետազոտություններ, տրանսկրանիալ, սրտի հետազոտություններ, կմախքամկանային, փոքր մասնիկների և անոթների դուպլեքս հետազոտություններ: Ցուցադրման էկրան. Բարձր թողունակության գունավոր Հեղուկ-բյուրեղային՝ ոչ պակաս 15 դույմ, Սկանավորման մեթոդներ՝ էլեկտրոնային կոնվեքս, էլեկտրոնային գծային էլեկտրոնային սրտաբանական ֆազային պատկերման ռեժիմներ: 2D (B ռեժիմ) B ռեժիմի ավտոմատ կարգավորում, M-ռեժիմ, իմպուլս և անընդհատ ալիքային ռեժիմ PW/CW, գունավոր դոպլեր (CDI), հյուսվածքային և զտված հարմոնիկ ռեժիմ (THI/PHI), էներգետիկ դոպլեր և ուղղորդված էներգետիկ դոպլեր պատկերավորում (PDI/DPDI), Հյուսվածք- կախյալ պատկերավորում (TSI), տրապեցանման պատկերավորում:

					Ցուցադրման ռեժիմների համակցում. 256 մոխրագույնի մակարդակ, 2B ռեժիմ, 4B ռեժիմ, B+CDI, B+PDI, B+M,B+PW, B+CDI+PW,B+PDI+PW,B+CW,B+CDI+CW,B+PDI+CW ԷԿԳ առկայություն, Հարմոնիկ պատկերավորում - բոլոր տվիչների հետ ակտիվացման հնարավորություն յուրաքանչյուր տվիչի և սկանավորման յուրաքանչյուր ռեժիմի համար երեք ընտրովի հաճախականություններ: Անհատական ռեժիմներում պատկերի ստացման ալգորիթմի օպտիմալացման և աղմուկի նվազեցման հնարավորություն: Անատոմիական կառուցվածքների հայտնաբերումը բարելավելու համար օպտիմալացման առկայություն Տրապեցանման պատկերավորում բոլոր գծային տվիչների օգնությամբ, կրծքագեղձի, անոթների, կմախքամկանային և վահանագեղձի պատկերավորման ռեժիմներում կիրառման համար: Տվիչի միաժամանակ միացման համար ակտիվ կոնեկտոր,անմիջապես համակարգի վրա՝ 3: Պատկերի ձևաչափը.

						Ամբողջական , բաժանված, բազմակի, ձախ /աջ, վերև/ ներքևի պատկերավորում B ռեժիմ. Ուլտրաձայնի ուժեղացում՝ կարգավորվող, խորությունը՝ոչ պակաս 40 սմ, Պատկերի խոշորացում՝ ոչ պակաս 10 անգամ, Դինամիկ տիրույթը՝ ոչ պակաս 180դբ, Հյուսվածքային պատկերավորման օպտիմիզացիայի 4 տեսակ (ճարպ, մկան, հեղուկ, նորմալ), Ավտոմատ օպտիմալացման առկայություն, իմպուլս- ալիքային ռեժիմում արագության միջակայք, 0,01-12 մ/վ, դիրքի և ծավալի կարգավորում իմպուլս ալիքային դոպլերի համար՝ ոչ պակաս 0,8-20 մմ, անընդհատ ալիքային դոպլեր ռեժիմում արագության միջակայք՝ ոչ պակաս 0,01- 40 մ/վ, Չափումներ և հաշվետվություններ, բոլոր ստանդարտները B,M և դոպլեր ռեժիմներում, Որովայնի խոռոչ, կրծքագեղձ, սրտաբանություն, գինեկոլոգիա, մանկաբարձական, մանկաբուժական, փոքր մասեր, վահանագեղձ, տրանսկրանիալ, անոթային, ստանդարտ

		ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ **предлагаемого товара** Մեդպրո ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-2025/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.			կենսաչափության հաշվետվություններ և օգտագործողի կողմից ընտրովի հաշվետվություններ, բոլոր հաշվետվությունները ավտոմատ կերպով պահվում են համակարգում, Ավտոնոմիայի ժամանակը՝ ոչ պակաս 1,5 ժամ, Էլեկտրաէներգիայի սնուցումը՝ 220Վ/ 50Հց Առաջարկվող սարքավորումը պետք է համատեղելի լինի բժշկական կենտրոնում առկա Linear Array L741, Convex Array 3C-A, Phased Array 3P-A տսիչների հետ
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Портативный ультразвуковой аппарат с 3 портами для датчиков	Портативный ультразвуковой аппарат с 3 портами для датчиков	Портативный ультразвуковой аппарат с 3 портами для датчиков	Портативный ультразвуковой аппарат с 3 портами для датчиков	Модель E3 Портативный ультразвуковой аппарат: Портативный ультразвуковой диагностический аппарат, Мобильная ультразвуковая система — оснащена передовыми технологиями, такими как полностью цифровое широкополосное формирование луча, многоканальная параллельная обработка, цветной допплер, направленный энергетический и спектральный допплер, текстурная и фильтрованная гармоническая

						визуализация, шумоподавление, пространственное сопоставление, трапециевидная визуализация. Области применения: абдоминальные, акушерские, исследования щитовидной железы и молочных желез, транскраниальные исследования, кардиологические исследования, исследования опорно-двигательного аппарата, дуплексное сканирование мелких частиц и сосудов. Экран дисплея: цветной жидкокристаллический дисплей высокого разрешения: не менее 15 дюймов, методы сканирования: электронная конвексная, электронная линейная, электронная кардиологическая фазовая, режимы визуализации: 2D (B-режим), автоматическая настройка B-режима, M-режим, импульсный и непрерывный режимы PW/CW, цветовой допплер (CDI), текстурный и фильтрованный гармонический режимы (THI/PHI), энергетический допплер и направленный энергетический допплер (PDI/DPDI), тканезависимая

					визуализация (TSI), трапециевидная визуализация. Комбинация режимов отображения. 256 уровней серого, режим 2В, режим 4В, В+CDI, В+PDI, В+М,В+PW, В+CDI+PW,В+PDI+PW,В+CW,В+CDI+CW,В+PDI+CW Доступность ЭКГ, Гармоническая визуализация — возможность активации со всеми датчиками, три выбираемые частоты для каждого датчика и каждого режима сканирования. Возможность оптимизации алгоритма получения изображения и снижения шума в отдельных режимах. Наличие оптимизации для улучшения обнаружения анатомических структур. Трапециевидная визуализация со всеми линейными датчиками для использования в режимах визуализации молочной железы, сосудов, опорно-двигательного аппарата и щитовидной железы. Активный разъем для одновременного подключения датчиков непосредственно в системе: 3. Формат изображения. Полный,

					разделенный, множественный, левый/правый, верхний/нижний режим визуализации В. Усиление ультразвука: регулируемое, глубина: не менее 40 см, Увеличение изображения: не менее 10 раз, Динамический диапазон: не менее 180 дБ, 4 типа оптимизации визуализации тканей (жир, мышцы, жидкость, норма), Наличие автоматической оптимизации, Диапазон скоростей в импульсно-волновом режиме, 0,01-12 м/с, Регулировка положения и объема для импульсно-волнового допплера: не менее 0,8-20 мм, Диапазон скоростей в непрерывно-волновом допплеровском режиме: не менее 0,01-40 м/с, Измерения и отчеты, все стандарты в режимах В, М и допплера, Брюшная полость, молочная железа, кардиология, гинекология, акушерство, педиатрия, малые части, щитовидная железа, транскраниальные, сосудистые, стандартные биометрические отчеты и пользовательские Дополнительные отчеты

					пользователя, все отчеты автоматически сохраняются в системе, Время автономной работы: не менее 1,5 часов, Электропитание: 220 В/ 50 Гц Предлагаемое оборудование должно быть совместимо с датчиками Linear Array L741, Convex Array 3C-A, Phased Array 3P-A, имеющимися в медицинском центре.