

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ԻԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Թվային Ստացիոնար Ուլտրաձայնային հետազոտման համակարգ	Թվային Ստացիոնար Ուլտրաձայնային հետազոտման համակարգ	Թվային Ստացիոնար Ուլտրաձայնային հետազոտման համակարգ	Թվային Ստացիոնար Ուլտրաձայնային հետազոտման համակարգ	Թվային Ուլտրաձայնային հետազոտման համակարգ Տեսակը՝ ամրակայված, Տվիչների ակտիվ պորտերի քանակ՝ ոչ պակաս, քան 4, Տվիչների միաբյուրեղային տեխնոլոգիայի առկայություն, Առնվազն հետևյալ տվիչների ապահովում. 1. Կոնվեքս մոնոկրիստալ կամ մատրիցային տվիչ. - հաճախականությունը՝ ոչ պակաս, քան 1.0-8.0 ՄՀց, - շառավիղը՝ ոչ պակաս, քան 50մմ, - Էլեմենտների քանակը՝ ոչ պակաս, քան 160: 2. Գծային մոնոկրիստալային կամ մատրիցային

					տվիչ. - հաճախականությունը՝ ոչ պակաս, քան 3.0-17.0 ՄՀց, - շառավիղը՝ ոչ պակաս, քան 50մմ, - էլեմենտների քանակը՝ ոչ պակաս, քան 256: 3. Ներխոռոչային տվիչ - հաճախականությունը՝ ոչ պակաս, քան 3.0-15.0 ՄՀց, - էլեմենտների քանակը՝ ոչ պակաս, քան 128: Մոնիտոր. - անկյունագիծը՝ ոչ պակաս, քան 21,5 դյույմ, - պիքսելները (կետայնությունը)՝ ոչ պակաս, քան 1920x1080, Էկրան. - Տեսակը՝ հպումային (Touch Screen), - անկյունագիծը՝ ոչ պակաս, քան 13,3 դյույմ, - պիքսելները (կետայնությունը)՝ ոչ պակաս, քան 1920x1080, Ընդունման (Փոխանցման/Հաղորդման) թվային վերամշակվող ալիքների քանակ՝ ոչ պակաս, քան 650.000 Սկանավորման տեսակը՝ առնվազն լայնաշերտ և մուլտիհաճախականության, Էխո-ազդանշանների մշակում՝ առնվազն զուգահեռ և քառալիքանի, Պատկերների մեծացում՝ սեգմենտար պատկերի հակապատկերում՝ աջ/ձախ և վերև/ներքև; Պատկերի պտույտ՝
--	--	--	--	--	---

					ագռնվազն 90°, 180°, 270° Կոշտ սկավառակի ծավալը՝ ոչ պակաս, քան 1 Տբ, Պահպանվող պատկերների քանակ՝ ոչ պակաս, քան 320000 և ոչ պակաս, քան՝ 40000 դինամիկ, Առնվազն հետևյալ ռեժիմների և ծրագրերի առկայություն՝ B, M, գոլնավոր դոպլեր, CW/PW Անընդհատ-ալիքային և Իմպուլս-ալիքային դոպլեր Էներգետիկ դոպլեր Հյուսվածքային դոպլեր Պոլսային ինվերսիոն հարմոնիկա, Հյուսվածքային հարմոնիկա Դուպլեքս, տրիպլեքս ռեժիմներ Անատոմիկական M ռեժիմ, գոլնավոր M ռեժիմ: Ազատ ձեռքով 3D ռեժիմի առկայություն, Պանորամիկ պատկերի ապահովման առկայություն, Էլաստոգրաֆիայի ապահովման առկայություն, B-ռեժիմ - Կադրերի հաճախականություն՝ ոչ պակաս, քան 1400 կադր/վ, - Հետազոտման խորություն՝ ոչ պակաս, քան 40 սմ, - Խոշորացում՝ ոչ պակաս, քան 10 անգամ, - Քարտեզների առկայություն՝ ոչ պակաս, քան 20, - Դինամիկ դիապազոնի միջակայքի
--	--	--	--	--	--

					ապահովում՝ առնվազն 20-300 դբ: Գունավոր դոպլեր/հյուսվածքային դոպլեր - Կադրերի հաճախականություն՝ ոչ պակաս, քան 160 կադր/վ, - Ավտոմատ ֆոկուսի և մեկ կոճակով կարգավորման առկայություն, - Ինվերսիայի առկայություն, - Պատի ֆիլտրերի դիապագոնի միջակայքի ապահովում՝ առնվազն 50-5700 Հգ, - PRF հաճախականություն միջակայքի ապահովում՝ առնվազն 1-8 ԿՀգ: CW/PW Անընդհատ- ալիքային և Իմպուլս-ալիքային դոպլեր - Տրիպլեքս ռեժիմի առկայություն, - Ավտոմատ անկյան կարգավորում՝ առնվազն 0°, 60°, -60°, - Ավտոմատ կարգավորման առկայություն - Անընդհատ ալիքային դոպլերի PRF հաճախականության միջակայքի ապահովում՝ առնվազն 1-50ԿՀգ, - Անընդհատ ալիքային դոպլերի արագությունների գրանցման սանդղակ՝ առնվազն 0,1-42մ/վ - Իմպուլս ալիքային դոպլերի դիրքի և ծավալի կարգավորման միջակայքի ապահովում՝ առնվազն 0.5 - 24մմ, - իմպուլս-ալիքային դոպլերի (PW)
--	--	--	--	--	--

			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара		համար PRF հաճախականություն՝ առնվազն 1-16ԿՀց, HPRF, - իմպուլս-ալիքային դոպլերի (PW) համար արագությունների գրանցման սանդղակ՝ առնվազն 0,4-10մ/վ: Օգտագործման բնագավառ՝ /չափումներ, հաշվարկներ՝ Հիմնական չափումներ, Որովային, Սիրտ, Սկզբներ, Ուղղորդիչ կոդով HPC-ECU-12F-25/18 և ինչպես Գինեկոլոգիա, Մանկաբարձություն,
Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под			представляет полное описание предлагаемого им товара.		Դսողի սիրտ, Ոսկրային
Номер лота			Предлагаемый товар		հետազոտումներ, Կոնտրոլ, Կախանագեղծ, Շագանակագեղծ,
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1	Թվային Ստացիոնար Ուլտրաձայնային հետազոտման համակարգ	Թվային Ստացիոնար Ուլտրաձայնային հետազոտման համակարգ	Թվային Ստացիոնար Ուլտրաձայնային հետազոտման համակարգ	Թվային Ստացիոնար Ուլտրաձայնային հետազոտման համակարգ	Սակերեքային օրգաններ, Ստատիկ և Թվային Ուլտրաձայնային Դիսալիկ պատկերների հետազոտման համակարգ Տեսակը՝ ալիքիմագիակ ձայնագրման ամրակալված, Տվիչների անոթիվ հնարավորություն՝ ապահովելով պորտերի քանակ՝ ոչ պակաս, քան առնվազն 3 տառեր Ֆորմատներ. - 4, Տվիչների սիմբոլիզացիային կոշտ սկավարակի վրա - DVD/CD-RW տեխնոլոգիայի անվայելություն, սկավարակի վրա - USB Flash Drive անվազն հետևյալ տվիչների վրա Արտաքին աշխատանքային ապահովում. 1. Գոնձեքս կապակցված ավտոմատ ալիքիմագման տոնոկրիստալ կամ մատրիցային արևայություն Սառքում հետևյալ տվիչ. - հաճախականությունը՝ ոչ ծագային փայտերի պակաս, քան 1.0-8.0 ՍՀց, - անկախություն՝ Auto NT կամ 2առնվողը ոչ պակաս, քան 50մմ, - համապատասխան Auto IMT կամ համապատասխան էլեմենտների քանակը ոչ պակաս, Էլեկտրաէներգիայի սնուցումը՝ քան 160. 2. Գոնձեքս 220V / 50Հց Սառքույտերը է մոնոկրիստալային կամ մատրիցային համալրված լինի. - Առցանց տեսակի

					ագռնվազն 90°, 180°, 270° Կոշտ սկավառակի ծավալը՝ ոչ պակաս, քան 1 Տբ, Պահպանվող պատկերների քանակ՝ ոչ պակաս, քան 320000 և ոչ պակաս, քան՝ 40000 դինամիկ, Առնվազն հետևյալ ռեժիմների և ծրագրերի առկայություն՝ B, M, գոլնավոր դոպլեր, CW/PW Անընդհատ-ալիքային և Իմպուլս-ալիքային դոպլեր Էներգետիկ դոպլեր Հյուսվածքային դոպլեր Պոլսային ինվերսիոն հարմոնիկա, Հյուսվածքային հարմոնիկա Դուպլեքս, տրիպլեքս ռեժիմներ Անատոմիկական M ռեժիմ, գոլնավոր M ռեժիմ: Ազատ ձեռքով 3D ռեժիմի առկայություն, Պանորամիկ պատկերի ապահովման առկայություն, Էլաստոգրաֆիայի ապահովման առկայություն, B-ռեժիմ - Կադրերի հաճախականություն՝ ոչ պակաս, քան 1400 կադր/վ, - Հետազոտման խորություն՝ ոչ պակաս, քան 40 սմ, - Խոշորացում՝ ոչ պակաս, քան 10 անգամ, - Քարտեզների առկայություն՝ ոչ պակաս, քան 20, - Դինամիկ դիապազոնի միջակայքի
--	--	--	--	--	--

						ապահովում՝ առնվազն 20-300 դբ: Գունավոր դոպլեր/հյուսվածքային դոպլեր - Կադրերի հաճախականություն՝ ոչ պակաս, քան 160 կադր/վ, - Ավտոմատ ֆոկուսի և մեկ կոճակով կարգավորման առկայություն, - Ինվերսիայի առկայություն, - Պատի ֆիլտրերի դիապազոնի միջակայքի ապահովում՝ առնվազն 50-5700 Հց, - PRF հաճախականություն միջակայքի ապահովում՝ առնվազն 1-8 ԿՀց: CW/PW Անընդհատ- ալիքային և Իմպուլս-ալիքային դոպլեր - Տրիպլեքս ռեժիմի առկայություն, - Ավտոմատ անկյան կարգավորում՝ առնվազն 0°, 60°, -60°, - Ավտոմատ կարգավորման առկայություն - Անընդհատ ալիքային դոպլերի PRF հաճախականության միջակայքի ապահովում՝ առնվազն 1-50ԿՀց, - Անընդհատ ալիքային դոպլերի արագությունների գրանցման սանդղակ՝ առնվազն 0,1-42մ/վ - Իմպուլս ալիքային դոպլերի դիրքի և ծավալի կարգավորման միջակայքի ապահովում՝ առնվազն 0.5 - 24մմ, - իմպուլս-ալիքային դոպլերի (PW)
--	--	--	--	--	--	---

					համար PRF հաճախականություն՝ առնվազն 1-16ԿՀց, HPRF, - իմպուլս- ալիքային դոպլերի (PW) համար արագությունների գրանցման սանդղակ՝ առնվազն 0,4-10մ/վ: Օգտագործման բնագավառ /չափումներ, հաշվարկներ՝ Հիմնական չափումներ, Որովային, Սիրտ, Անոթներ, Ուրոլոգիա, Գինեկոլոգիա, Մանկաբարձություն, Պտղի սիրտ, Ոսկրային հետազոտումներ, Կրծքագեղծ, Վահանագեղծ, Շագանակագեղծ, Մակերեսային օրգաններ Ստատիկ և Դինամիկ պատկերների արխիվացիայի ձայնագրման հնարավորություն՝ ապահովելով առնվազն 3 տարբեր ֆորմատներ. - կոշտ սկավառակի վրա - DVD/CD-RW սկավառակի վրա - USB Flash Drive վրա Արտաքին աշխատանքային կայանում ավտոմատ արխիվացման առկայություն Սարքում հետևյալ ծրագրային փաթեթների առկայություն՝ Auto NT կամ համարժեք Auto IMT կամ համարժեք Էլեկտրաէներգիայի սնուցումը ՝ 220Վ / 50Հց Սարքը պետք է համալրված լինի. - Առցանց տեսակի
--	--	--	--	--	---

					անխափան սնուցման համակարգի առկայություն՝ առաջարկվող սարքի հզորությանը համապատասխան: -Սև/Սպիտակ թերմալ 1 տպիչի առկայություն՝ համապատասխան 5 տուփ թերմալ թղթերով: . Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա հետևյալ ուղեկցող փաստաթղթերը՝ - Որակը հավաստող CE (Conformité Européenne) կամ FDA (Food and Drug Administration) և ISO 13485: Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Երաշխիքը 12 ամիս:
--	--	--	--	--	---