ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ-ն ԻԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/18 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Ֆետալ մոնիտոր (կարդիոտոկոգրաֆ)	Ֆետալ մոնիտոր (կարդիոտոկոգրաֆ)	Ֆետալ մոնիտոր (կարդիոտոկոգրաֆ)	Ֆետալ մոնիտոր (կարդիոտոկոգրաֆ) Ֆետալ մոնիտոր (կարդիոտոկոգրաֆ)	Ֆետալ մոնիտորը (կարդիոտոկոգրաֆ) պետք է ունենա 7-Սեգմենտ LED էկրան, 2 ալիք /FHR, UC/ Ջերմային տպիչի պարտադիր առկայություն, տպման արագությունը – 1, 2, 3 սմ/մմ, թուղթը քաշելու ֆունկցիա RS-232C ծրագրի առկայություն Ունենա ավտոմատ CTG վերլուծության հնարավորություն FHR չափում մուտքային ազդանշան՝ ուլտրաձայնային իմպուլսային դոպլեր Ուլտրաձայնային հաճախականությունը՝ ոչ պակաս քան 1,0 ՄՀց Ուլտրաձայնային

					հզորությունը՝ «10 մՎտ/սմ2 FHR-ի հայտնաբերման մեթոդը՝ ավտոմատ հարաբերակցություն FHR միջակայքը ՝ ոչ պակաս քան 50-240 bpm ±1 bpm FHR ճշգրտություն՝ ±1 bpm նորմալ FHR միջակայքում Ուլտրաձայնային զգայունություն՝ 95 դԲ 150 մմ UC չափում Արգանդի կրճատման մուտքային ազդանշան : արտաքին տվիչ Չափման միջակայքը: 0-99 միավոր Հաճախականության արձագանք. DC ~ 0,5 Հg Հզորությունը: 100-240 VAC(50/60 Hz), 1,2A Ուլտրաձայնային դոպլեր և արգանդի կրճատման տվիչների պարտադիր առկայություն: Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն ; Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված; Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485 կամ համարժեք -CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ համարժեք

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԻԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Ֆետալ մոնիտոր (կարդիոտոկոգրաֆ)	Ֆետալ մոնիտոր (կարդիոտոկոգրաֆ)	Ֆետալ մոնիտոր (կարդիոտոկոգրաֆ)	Ֆետալ մոնիտոր (կարդիոտոկոգրաֆ)	Фетальный монитор (кардиотокограф) должен иметь 7-сегментный светодиодный дисплей, 2 канала /FHR, UC/ Требуется термопринтер, скорость печати – 1, 2, 3 см/мм, функция подачи бумаги Доступна программа RS-232C Иметь возможность автоматического анализа КТГ Входной сигнал измерения FHR: ультразвуковой импульсный допплер Частота ультразвука: не менее 1,0 МГц Мощность ультразвука: "10 мВт/см2 Метод определения FHR: автоматическая

					корреляция Диапазон FHR: не менее 50-240 уд/мин ±1 уд/мин Точность FHR: ±1 уд/мин в нормальном диапазоне FHR Чувствительность ультразвука: 95 дБ 150 мм Измерение UC Входной сигнал сокращения матки: внешний датчик Диапазон измерения. 0-99 единиц Частотная характеристика: DC ~ 0,5 Гц Питание: 100-240 В переменного тока (50/60 Гц), 1,2 А Обязательно наличие ультразвукового допплера и маточного Датчики контракции. Руководство пользователя на английском языке; Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении; В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и принадлежности, необходимые для полноценной работы; Гарантия не менее 12 месяцев; Сертификаты качества (наличие): -ISO13485 или эквивалент -CE Mark (Directive 93/42/EEC) или эквивалент