

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/151 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	G2790A	Agilent Technologies	Գազային քրոմատագիր՝ համատեղելի և համապատասխան Agilent Technologies MSD 5977C դետեկտորին միացման համար: Հիմնական բնութագրերն են՝ • Երկու խորշիկ տեղադրելու հնարավորությամբ • Երեք դետեկտորի տեղադրելու հնարավորությամբ • Չորս դետեկտորի ազդանշանների գրանցման հնարավորությամբ • Էլեկտրոնային պնևմատիկ հսկողություն (ԷՊՀ) բոլոր խորշիկների և • դետեկտորների համար Աշտարակի վառարան՝ • Չափսեր՝ մոտ 28.0 × 30.5 × 16.5 սմ • Աշխատանքային ջերմաստիճանը - +8-ից +425 °C • Ջերմաստիճանի կարգավորելու ճշտությունը՝ ±0.1 °C • Առավելագույն տաքացման արագությունը՝ 75 °C/րոպե • Սառեցման ժամանակը՝ 300 °C-ից մինչև 50 °C 5.7 րոպե • (25 °C շրջակա ջերմաստիճան) • Փուլի տևողության ժամանակը՝ 999.99 րոպե • Աջակցում է ջեռոցում 20 տաքացման ծրագիր: • Թույլատրելի են բացասական արժեքներ: Խորշիկներ Split/splitless համակարգ (EPC) • Հաստատուն ճնշմամբ աշխատանք (EPR) • Ճնշման/հոսքի Էլեկտրոնային ղեկավարում • Սեպտանների օդափոխություն • Ճնշման տիրույթը՝ 0.000 -

100 psi • Ներկառուցված արտահոսքի/խցանման, ճնշման անկման և • բաժանված հոսքի • սահմանափակման ախտորոշում • Առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 400 °C • Գազի հոսքի բաժանման (split-ի) արժեքը - 12,500:1 • Գազերի հոսքի տիրույթներ՝ 0 - 500 մլ/ր - ազոտի համար, • 0 - 1,250 մլ/ր ջրածնի կամ հելիումի համար Անալիտիկ աշտարակ MS դետեկտորի համար նախատեսված՝ Մազանոթային աշտարակ՝ 30 մ երկարություն, 0,25 մմ ներքին տրամագիծ, 0,25 մկմ ֆիլմի հաստություն, փաթեթավորված 7 դյույմ տարամգծով, ֆազը՝ HP-5ms, ներկառուցված 95% դիմեթիլպոլիսիլոքսան և 5% ֆենիլ, տեսակը՝ GC և GC/MS, բևեռականությունը՝ Ցածր, աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք -60 °C-325/350 °C Այլ բնութագրեր • LAN ինտերֆեյս • Ստանդարտ երկու անալոգային ելքի ավիք (1 Վ և 10 Վ հնարավորությամբ) • Հեռակա միացում/անջատում • 2 USB պորտ • Չափսեր՝ Բարձրություն՝ 49±1 սմ Լայնություն՝ 58±1 սմ (68±1 սմ 3 դետեկտորով) Խորություն՝ 54±1 սմ Քաշ՝ 51-52 կգ Ներառում է՝ -0.530 մմ աշտարակի միացման հավաքածու, -0.320 մմ աշտարակի միացման հավաքածու, -Մեկ տարվա լրամասերի հավաքածու, -Գազերի մաքրման ֆիլտրերի սենսորների հավաքածու, -Ծրագրային ապահովում իր դրայվերներով, Համակարգիչ, մոնիթոր, տպիչ համապատասխան մալուխներով: Ավտոմատացված հեղուկային նմուշարկիչ, պարունակում է՝ • 16 հատ 2 մլ ծավալով սրվակ նմուշների համար • 4 հատ 4 մլ սրվակ լուծիչների համար • 4 հատ 4 մլ սրվակ թափոնի համար • PTFE 0.45 մկմ ներարկիչային ֆիլտրեր, ոչ ստերիլ, 25 մմ տրամագծով, • 10 տուփ, • յուրաքանչյուր տուփում 100 հատ: • Նախատեսված է օրգանական լուծիչների ֆիտրման համար: Ծրագրային ապահովում Ծրագրային ապահովումը իրենից ներկայացնում է լուծում, որը թույլ է տալիս ապահովել անալիտիկ սարքավորման ամբողջական համատեղելիություն GLP, GMP և 21 CFR part 11 ստանդարտների հետ: Այն առաջարկում է ամբողջական ընգրկում տարբեր ընկերությունների արտադրության սարքավորումների համար, ապահովելով առավելագույն

արդյունավետություն և նվազեցնելով անալիտիկ անճշտությունները:

Ծրագրային ապահովումը թույլ է տալիս փորձագետին ավելի շատ աշխատել նմուշների հետ և նվազեցնել տվյալների մշակման և վերափորձարկման վրա ծախսվող ժամանակը: Ծրագրային ապահովման կառավարման վահանակը նախագծված է ծրագրի ըմբռնելի և դյուրին կարգավորման համար, ապահովելով սարքավորումների գերազանց կառավարելիություն: Ծրագիրը համատեղելի կլինի Agilent MS 5977C դետեկտորի Mass Hunter Ծրագրի հետ: Ծրագրային ապահովման առավելություններն են՝

- Մատչելի կենտրոնացված և ըմբռնելի համակարգերի կառավարելիություն
- Ամբողջ լաբորատորիայի սարքավորումների ղեկավարում և հեռակա
- մոնիտորինգ ցածր
- (մինչև 4րդ դաս) անալիտիկ անճշտությունների պայմաններում:
- Կարճ ժամանակահատված տվյալների ստացման պահից մինչև
- մշակում:
- Դյուրին տվյալների որոնում և տրամադրում լաբորատորիայով և
- ամբողջ ձեռնարկությունով:
- համար ներկառուցված Սարքավորումների կարգավիճակի մասին
- տեղեկությունների հեռակա գրանցում:
- Արդյունքների ինտելեկտուալ և արագ վերահաշվարկի հաշվիչներ և
- սահմանների ավտոմատացված
- զննում:
- Ծրագիրը թույլ է տալիս անալիտիկ սարքերի համակարգերով օգտագործել
- միասնական
- կարգավորումներով մեթոդներ և արդյունքների վերամշակում: Ծրագրային ապահովման կառավարման վահանակը հնարավորություն է տալիս կարգավորել կենտրոնացված սարքերի համակարգը, օպերատորներին և անվտանգության պայմանները: Անվտանգություն և կարգավորում
- Վկայագրումը Համապատասխանում է հետևյալ անվտանգությանը չափանիշները`
- Կանադայի ստանդարտների ասոցիացիա (CSA) C22.2 թիվ 60101-1
- Ազգային ճանաչված փորձարկում Լաբորատորիա (NRTL): ANSI / UL 61010-1
- Միջազգային էլեկտրատեխնիկական Հանձնաժողով (IEC), 61010-1, 61010-2-010, 61010-2-081
- EuroNorm (EN): 61010-1
- Համապատասխանում է հետևյալ կանոնակարգերին՝

			Էլեկտրամագնիսական Համատեղելիության (EMC) վրա և ռադիոհաճախականության միջամտություն (RFI): • CISPR 11 / EN 55011: 1-ին դաս • IEC / EN 61326 • AUS / NZ N10149 • Այս ISM սարքը համապատասխանում է Կանադական ICES-001: Cet appareil ISM համապատասխանում է NMB-001 նորմի է Կանադա: • Նախագծված և արտադրված տակ ISO-ի գրանցված որակի համակարգը՝ 9001, Համապատասխանության հռչակագիր Երաշխիքը տեղադրման և աշխատանքային վիճակի բերելուց սկսած մեկ տարի: Առկա է արտադրողի լիազորագիրը սարքի մատակարարման համար: Ապրանքը կլինի նոր, չօգտագործված և չի պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Տեղադրումը և ուսուցումը արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի սերտիֆիկացված ճարտարագետի կողմից տաա օր: Բոլոր էլեկտրական սարքավորումները կաշխատեն 220Վ/50Հց հոսանքով և ունենան եվրոպական տեսակի վարդակներ:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БПЗ-БЦДЦПЗР-25/151 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
1			