

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գոհար Ալեքսանյան Մուշեղի ԱԶ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/155 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	Միկրոպլատե ռեադեր	Միկրոպլատե ռեադեր	Միկրոպլատե ռեադեր	Սարքը կարդում է տարբեր տեսակի 96 տեղանոց պլանշետներ և հագեցած թափահարման գործառնությով: Այն կարող է օգտագործվել որպես առանձին գործիք կամ համակարգչի հսկողության ներքո կամ հատուկ ծրագրաշարով: Սարքը ունի լրացուցիչ ինկուբացիոն ֆունկցիա, ջերմաստիճանի միջակայքով $Rt+4\text{ }^{\circ}\text{C}$-ից մինչև 50°C Սարքի 9 ալիքները թույլ են տալիս կատարել ճշգրիտ, վերարտադրելի չափումներ: Սարքը հագեցած է հեշտ օգտագործման 7 դյույմանոց սենսորային Էկրանով 3 արտաքին ստեղներով: 340-750 սմ ալիքի երկարության լայն շրջանակ Կարող է անհատապես օգտագործել կամ միանալ համակարգչի հետ և արտահանել արդյունքները Կլանման միջակայք՝ ոչ պակաս 0.0-3.500 Abs 7-8 դիրքի օպտիկական ֆիլտրի անիվ, հագեցած ոչ ավել քան 5 ստանդարտ

			օպտիկական զտիչներով 96 տեղանոց պլանշետների արագ և ճշգրիտ չափում 6 վայրկյանում Մինչև 8-ալիք ELISA ընթերցող արագ չափումների համար Լրացուցիչ հղումային ալիք՝ օպտիմիզացված լույսի ինտենսիվության համար Վերջնակետի, կինետիկ և բազմաբնույթ պիտակի չափումներ մի շարք ծրագրերի համար Թափահարում փոփոխական ժամանակով և արագությամբ PC ծրագրակազմ, հատուկ ծրագրակազմ և միացված ծրագրակազմ հզոր և վավերացված տվյալների վերլուծության համար: Սարքի հետ մատակարարել նաև պլանշետներ աշխատանքի համար: Սարքը պետք է ունենա ստանդարտ ֆիլտրներ՝ 405,450,492,630նմ: Կվարց-հալոգենային լամպ: Գծայնություն՝ (0-2.000աբս.) $\leq \pm 1\%$, [2-4.000աբս.) $\leq \pm 2\%$ Բաժանում՝ 0.001Abs 3 տեսակ շեյք անելու պարամետրեր՝ ուժեղ, թույլ, միջին: Ներառված ծրագիր և Touchscreen էկրան: Քաշը մինչև 15կգ Չափերը ոչ ավել՝ 450 x300 x 227 mm Մատակարարը պարտավոր է կատարել պատշաճ մատակարարում, տեղադրում : Աշխատակիցների ուսուցում և մեթոդաբանության ներդրում: Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 1 տարի:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Гоар Александян Мушеговна в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БПЗ-БДХДПЗР-25/155 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
16	Микроплате реадер	Микроплате реадер	Микроплате реадер	Устройство считывает различные типы 96-луночных планшетов и оснащен функцией встряхивания. Может использоваться как автономный инструмент или под управлением компьютера, или с помощью специального программного обеспечения. Устройство имеет дополнительную функцию инкубации с диапазоном температур от Rt +4 °C до 50 °C. 9 каналов устройства позволяют проводить точные и воспроизводимые измерения. Устройство оснащено простым в использовании 7-дюймовым сенсорным экраном с тремя внешними клавишами. Широкий диапазон длин волн 340-750 нм. Можно использовать отдельно или подключить к компьютеру и экспортировать результаты. Диапазон поглощения: не менее 0,0-3,500 Абс Колесо оптических фильтров на

				7-8 позиций, оснащенное не более чем 5 стандартными оптическими фильтрами Быстрое и точное измерение 96-луночных планшетов за 6 секунд До 8-канального ридера ELISA для быстрых измерений Дополнительный опорный канал для оптимизированной интенсивности света Конечные, кинетические и многомаркерные измерения для различных приложений Встряхивание с переменной продолжительностью и скоростью Программное обеспечение для ПК, специализированное программное обеспечение и подключаемое программное обеспечение для эффективного и проверенного анализа данных. Также предоставляем планшеты для работы с устройством. Устройство должно иметь стандартные фильтры: 405,450,492,630 нм. Кварцево-галогенная лампа. Линейность: (0-2000абс.) $\leq \pm 1\%$, [2-4000абс.) $\leq \pm 2\%$ Разрешение: 0,001Abs 3 типа настройки встряхивания: сильное, слабое, среднее. В комплект поставки входит программное обеспечение и сенсорный дисплей. Вес до 15 кг Габариты не более: 450 x 300 x 227 мм Поставщик обязан осуществить надлежащую поставку и монтаж. Обучение сотрудников и внедрение методологии. Гарантийный срок составляет не менее 1 года.
--	--	--	--	--