

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/138 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Ավտոմատ պիպետ	Ավտոմատ պիպետ	Ավտոմատ պիպետ	Ավտոմատ պիպետ	Ավտոմատ պիպետը պետք է լինի 1-կանալանի, 0.5-10 մկլ Բաժանումը՝ 0.01 մկլ: Ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան $\pm 2.5\%$; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան $\pm 1.8\%$, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան $\pm 1.0\%$: Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան 1.8%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան 1.2%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան 0.5%: Ավտոմատ պիպետները պետք է լինեն

ամբողջությամբ ավտոկլավացվող՝
121°C ջերմաստիճանում: Մեկ
ձեռքով ծավալը կարգավորելու
հնարավորություն: Ծայրակալները
հեռացնող համակարգի
երկարության կարգավորման
հնարավորություն: Հեշտությամբ
ստուգաչափման հնարավորություն:
Հարվածների և
ոլտրամանուշակագույն
ճառագայթների նկատմամբ
դիմացկունություն: Ծավալի
չափման մոդուլի 360° պտույտի
հնարավորություն: Արտադրողը
պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485
որակի հավաստագրեր: Երաշխիք՝
առնվազն 1 տարի Մատակարարը
պետք է ներկայացնի արտադրողի
լիազորագիր՝ վերջնական
օգտագործողի և մրցույթի համարի
նշումով Ապրանքը պետք է լինի նոր,
չօգտագործված եւ չպետք է
պարունակի օգտագործած,
վնասված կամ կիսամաշ դետալներ:
Մատակարարումից առաջ
համաձայնեցնել պատվիրատուի
հետ: Մատակարարումը
իրականացնել պատշաճ
պայմաններում: Գնային

					ներկայացնել առանց ԱԱՀ-ի, քանի որ մրցույթը իրականացվում է Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում, որը ազատված է ԱԱՀ-ից: Տես կից փաստաթուղթը
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լաթ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/138 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Ավտոմատ պիպետ	Ավտոմատ պիպետ	Ավտոմատ պիպետ	Ավտոմատ պիպետ	Ավտոմատ պիպետը պետք է լինի 1-կանալանի, 0.5-10 մկլ Բաժանումը՝ 0.01 մկլ: Ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան $\pm 2.5\%$; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան $\pm 1.8\%$, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան $\pm 1.0\%$: Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան 1.8%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան 1.2%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան 0.5%: Ավտոմատ պիպետները պետք է լինեն

ամբողջությամբ ավտոկլավացվող՝
121°C ջերմաստիճանում: Մեկ
ձեռքով ծավալը կարգավորելու
հնարավորություն: Ծայրակալները
հեռացնող համակարգի
երկարության կարգավորման
հնարավորություն: Հեշտությամբ
ստուգաչափման հնարավորություն:
Հարվածների և
ոլտրամանուշակագույն
ճառագայթների նկատմամբ
դիմացկունություն: Ծավալի
չափման մոդուլի 360° պտույտի
հնարավորություն: Արտադրողը
պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485
որակի հավաստագրեր: Երաշխիք՝
առնվազն 1 տարի Մատակարարը
պետք է ներկայացնի արտադրողի
լիազորագիր՝ վերջնական
օգտագործողի և մրցույթի համարի
նշումով Ապրանքը պետք է լինի նոր,
չօգտագործված եւ չպետք է
պարունակի օգտագործած,
վնասված կամ կիսամաշ դետալներ:
Մատակարարումից առաջ
համաձայնեցնել պատվիրատուի
հետ: Մատակարարումը
իրականացնել պատշաճ
պայմաններում: Գնային

					ներկայացնել առանց ԱԱՀ-ի, քանի որ մրցույթը իրականացվում է Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում, որը ազատված է ԱԱՀ-ից: Տես կից փաստաթուղթը
--	--	--	--	--	---