

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/138 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Ավտոմատ պիպետ	Ավտոմատ պիպետ	Ավտոմատ պիպետ	Ավտոմատ պիպետ	Ավտոմատ պիպետը պետք է լինի 1-կանալանի, 100-1000 մկլ Բաժանումը՝ 1 մկլ: Ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան $\pm$ 1.5%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան $\pm$ 1.0%, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան $\pm$ 0.5%: Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան 0.5%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան 0.4%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան 0.2%: Ավտոմատ պիպետները պետք է լինեն

					ամբողջությամբ ավտոկլավացվող՝ 121°C ջերմաստիճանում: Մեկ ձեռքով ծավալը կարգավորելու հնարավորություն: Ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման հնարավորություն: Հեշտությամբ ստուգաչափման հնարավորություն: Հարվածների և ոլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունություն: Ծավալի չափման մոդուլի 360° պտույտի հնարավորություն: Արտադրողը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485 որակի հավաստագրեր: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի Մատակարարը պետք է ներկայացնի արտադրողի լիազորագիր՝ վերջնական օգտագործողի և մրցույթի համարի նշումով Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: Գնային
--	--	--	--	--	---

					ներկայացնել առանց ԱԱՀ-ի , քանի որ մրցույթը իրականացվում է Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում, որը ազատված է ԱԱՀ-ից: Տես կից փաստաթուղթը
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լաք» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/138 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	Ավտոմատ պիպետ	Ավտոմատ պիպետ	Ավտոմատ պիպետ	Ավտոմատ պիպետ	Ավտոմատ պիպետը պետք է լինի 1-կանալանի, 100-1000 մկլ Բաժանումը՝ 1 մկլ: Ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան $\pm 1.5\%$; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան $\pm 1.0\%$, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան $\pm 0.5\%$: Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան 0.5% ; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան 0.4% ; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան 0.2% : Ավտոմատ պիպետները պետք է լինեն

					ամբողջությամբ ավտոկլավացվող՝ 121°C ջերմաստիճանում: Մեկ ձեռքով ծավալը կարգավորելու հնարավորություն: Ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման հնարավորություն: Հեշտությամբ ստուգաչափման հնարավորություն: Հարվածների և ոլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունություն: Ծավալի չափման մոդուլի 360° պտույտի հնարավորություն: Արտադրողը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485 որակի հավաստագրեր: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի Մատակարարը պետք է ներկայացնի արտադրողի լիազորագիր՝ վերջնական օգտագործողի և մրցույթի համարի նշումով Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: Գնային
--	--	--	--	--	---

					ներկայացնել առանց ԱԱՀ-ի , քանի որ մրցույթը իրականացվում է Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում, որը ազատված է ԱԱՀ-ից: Տես կից փաստաթուղթը
--	--	--	--	--	--