

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՏՄ ԻԶ ԱԱՊԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Վիրաբուժական լույսեր	Վիրաբուժական լույսեր	Վիրաբուժական լույսեր	Վիրաբուժական լույսեր	Վիրահատական լուսատու առաստաղային: Լեդ տիպի լուսային աղբյուրների առկայություն; Վիրահատական դաշտի լուսավորում (հեռավորությունը` 1 մ), ոչ պակաս քան 50,000 լյուքս; CRI ինդեքսը` ոչ պակաս քան 80 % Ra; Գունային ջերմաստիճանը` ոչ պակաս քան 3800±500Կ; Պայծառության ինտենսիվության կարգավորման առկայություն; Լուսային դաշտի տրամագիծը ոչ պակաս քան 150±35մմ; Լուսավորության խորությունը` ոչ պակաս քան ≥450 մմ; Լամպի

				տրամագիծը՝ ոչ պակաս քան 500 մմ Աշխատանքային լարումը՝ AC 110-220Վ, 50/60 Հց; Առավելագույն քաշը՝ ոչ ավել քան 29 կգ Լրակազմ և պարագաներ; Տեղադրում և մեկնարկ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում; Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն կամ ռուսերեն; Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված; Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (օրինակ՝ ամրակները լուսատու առաստաղին ամրացնելու համար, օգտագործողի ձեռնարկ, այլն); Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом SU ԻՋ ԱԱՊԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Վիրաբուժական լույսեր	Վիրաբուժական լույսեր	Վիրաբուժական լույսեր	Վիրաբուժական լույսեր	Վիրահատական լուսատու առաստաղային: Լեդ տիպի լուսային աղբյուրների առկայություն; Վիրահատական դաշտի լուսավորում (հեռավորությունը՝ 1 մ), ոչ պակաս քան 50,000 լյուքս; CRI ինդեքսը՝ ոչ պակաս քան 80 % Ra; Գունային ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս քան 3800±500Կ; Պայծառության ինտենսիվության կարգավորման առկայություն; Լուսային դաշտի տրամագիծը ոչ պակաս քան 150±35մմ; Լուսավորության խորությունը՝ ոչ պակաս քան ≥450 մմ; Լամպի

				տրամագիծը՝ ոչ պակաս քան 500 մմ Աշխատանքային լարումը՝ AC 110-220Վ, 50/60 Հց; Առավելագույն քաշը՝ ոչ ավել քան 29 կգ Լրակազմ և պարագաներ; Տեղադրում և մեկնարկ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում; Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն կամ ռուսերեն; Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված; Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (օրինակ՝ ամրակները լուսատու առաստաղին ամրացնելու համար, օգտագործողի ձեռնարկ, այլն); Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս:
--	--	--	--	--