ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ-ն ՏՄ ԻՋ ԱԱՊԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	կենսաքիմիական վերլուծիչներ	կենսաքիմիական վերլուծիչներ	կենսաքիմիական վերլուծիչներ	կենսաքիմիական վերլուծիչներ	Լիովին ավտոմատ կենսաքիմիական վերլուծիչ Dirui CS-T240Plus Auto-Chemistry Analyzer կամ ERBA Global Biochemistry analyzer XL 200 կամ MINDRAY Biochemistry analyzer BS 240 Pro :Վերլուծիչը ունի STAT (նմուշի առաջնահերթության) ֆունկցիա:Արտադրողականությունը առանց Էլեկտրոլիտների հետազոտության ժամում ոչ պակաս 200 թեստ ժամում և ոչ ավել 240 թեստ ժամում:Հետազոտության կատարման սկզբունքներն առնվազն՝ կոլորմետրիկ, տուրբոդիմետրիկ: Հետազոտության

						կատարման մեթոդներն առնվազն՝ վերջնակետ, կինետիկա, ֆիքսված ժամանակ: Նմուշների և ազդանյութերի համար նախատեսված դիրքերի քանակը ոչ պակաս 39-ը և ոչ ավել 50 հատ: Ազդանյութերի և նմուշների պահպանման թմբուկը պետք է ունենա սառեցման համակարգ նվազագույն ջերմաստիճանը ոչ պակաս +2 Co և առավելագույն ջերմաստիճանը ոչ ավել +12Co պահպանման հնարավորությամբ: Սարքը պետք է ունենա ազդանյութերի շտրիխների կոդերի համար նախատեսված ավտոմատ ընթերցման սարք: 1 հետազոտության դեպքում ազդանյութերի ծախսման քանակը ոչ ավել քան 360μl: 1 հետազոտության ծախսվող նմուշի քանակը՝ ոչ ավել քան 100μl: Սարքը պետք է ունենա ազդանյութի ծավալի հայտնաբերման ավտոմատ հնարավորություն:Օգտագործվող նմուշների փորձանոթը Չափսերը 13x75 մմ և 13x100 մմ: Սարքը պետք է ունենա ներքին և արտաքին համակարգերի լվացման

					հնարավորություն: Սարքը պետք է ունենա ներկառուցված խառնիչ: Վերլուծիչը պետք է ունենա կյուվետների համար նախատեսված առանձին խցիկ նախատեսված ոչ պակաս 45 կյուվետի դիրքով: Կյուվետների տեսակները օպտիկական պլաստիկ կամ օպտիկակական ապակուց: Կյուվետները պետք է լինեն բազմակի օգտագործման:Սարքը պետք է ունենա կյուվետների բազմաստիճան լվացման կայան:Ջրի ծախսը ոչ ավել 6,5 լ/ժ: Ռեակցիայի ջերմաստիճանը +37 Co ±0,2 Co: Սարքը պետք է ունենա ներկառուցված լամպ հալոգեն կամ LED տեսակի: Ալիքի երկարությունը 340-800 նմ առնվազն 8 ֆիլտրով:Ֆիլտրների ալիքի երկարությունը 340-380 նմ, 405-420 նմ, 505-515 նմ, 546-566 նմ, 570-580 նմ, 600-630 նմ, 660-690 նմ, 700-740 նմ: Համակարգչին միանալու հնարավորություն:LIS համակարգին միանալու հնարավորություն: Սարքի քաշը չպետք է գերազանցի 120 կգ: Սարքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Սարքը պետք է

					արտադրված լինի ոչ պակաս 2025 թվականի արտադրության: Սարքը պետք է ունենա 1 տարի գործարանային երաշխիք: Սարքի տեղադրումը և ուսուցումը պետք է կատարեն արտադրողի կողմից որակավորում ստացած մասնագետները: ISO որակի սերտիֆիկատնեռրի առկայություն: Կենսաքիմիական վերլուծիչ Պետք է ունենա CE Mark (Regulation IVDR 2017/746) կամ FDA կամ համարժեք ԵԱՏՄ երկրներից որևէ մեկում բժշկական արտադրատեսակի գրանցման վկայական:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО “Энерджи Груп” в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՏՄ ԻՋ ԱԱՊԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					