

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 88 ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/106 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Mitrassist	Mitrassist	(NC) 0,014	Mitrassist Lifesciences Limited	Բալոնային կաթետր (NC) 0,014", կաթետրի երկարությունը՝ 140 սմ: Բալոնի նյութը՝ Nylon: Կրկնակի հիդրոֆիլային ծածկույթի առկայություն: Մատակարարման համակարգ՝ Rapid exchange :Պատման ձևը՝ 3 թերթիկանի, (5 թերթիկ 4,5-5,0 չափսերի համար): Բալոնի նոմինալ բացման ճնշումը՝ ոչ ավել 12 մթն, պայթման առավելագույն ճնշումը՝ 20 մթն: Մուտքային պրոֆիլը՝ 0.0336" (Ø 3.0 mm) պրոքսիմալ շափթի տրամագիծը 2.0F/դիստալ մասի տրամագիծը՝ 2.36F (Ø 1.75մմ – 2.0

				մմ); 2.55F (Ø 2.25 մմ – 3.5 մմ); 2.6F (Ø 3.75 մմ – 5.0 մմ): Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից բալունի պահաջվող չափերն են ըստ տրամագծերի՝ -1.75, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 մմ, Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից բալունի պահանջվող չափերն են ըստ երկարության՝ - 8, 10, 12, 15, 18 մմ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար պարտադիր է արտադրող կազմակերպության կողմից մատակարարին տրված ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 88 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/106 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Mitrassist	Mitrassist	(NC) 0,014"	Mitrassist Lifesciences Limited	Բալոնային կաթետր (NC) 0,014", կաթետրի երկարությունը՝ 140 սմ: Բալոնի նյութը՝ Nylon: Կրկնակի հիդրոֆիլային ծածկույթի առկայություն: Մատակարարման համակարգ՝ Rapid exchange :Պատման ձևը՝ 3 թերթիկանի, (5 թերթիկ 4,5-5,0 չափսերի համար): Բալոնի նոմինալ բացման ճնշումը՝ ոչ ավել 12 մթն, պայթման առավելագույն ճնշումը՝ 20մթն: Մուտքային պրոֆիլը՝ 0.0336" (Ø 3.0 mm) պրոքսիմալ շափթի տրամագիծը 2.0F/դիստալ մասի տրամագիծը՝ 2.36F (Ø 1.75մմ – 2.0

				մմ); 2.55F (Ø 2.25 մմ – 3.5 մմ); 2.6F (Ø 3.75 մմ – 5.0 մմ): Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից բալունի պահաջվող չափերն են ըստ տրամագծերի՝ -1.75, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 մմ, Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից բալունի պահանջվող չափերն են ըստ երկարության՝ - 8, 10, 12, 15, 18 մմ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար պարտադիր է արտադրող կազմակերպության կողմից մատակարարին տրված ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:
--	--	--	--	--