

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 88 ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/106 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Mitrassist	Mitrassist	(RX) 0,014	Mitrassist Lifesciences Limited	Բալոնային կաթետր (RX) 0,014", կաթետրի երկարությունը՝ 140 սմ: Բալոնի նյութը՝ Բեպակս: Կրկնակի հիդրոֆիլային ծածկույթի առկայություն: Մատակարարման համակարգ՝ Rapid exchange :Պատման ձևը՝ 3 թերթիկանի: Բալոնի նոմինալ բացման ճնշումը՝ ոչ ավել 6 մթն, պայթման առավելագույն ճնշումը՝ 14մթն: Մուտքային պրոֆիլը ՝0.031" , պրոքսիմալ շափթի տրամագիծը 2.0F/դիստալ մասի տրամագիծը՝ 2.36F – 2.7F (Ø1.75 մմ – 4.0 մմ): Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից բալոնի

				պահաջվող չափերն են ըստ տրամագծերի՝ -1.0, 1.25, 1.5,1.75, 2.0, 2.25, 2.5,2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0 մմ, Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից բալոնի պահանջվող չափերն են ըստ երկարության՝ - 8, 10, 12,15,20, 30մմ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար պարտադիր է արտադրող կազմակերպության կողմից մատակարարին տրված ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 88 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/106 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Mitrassist	Mitrassist	(RX) 0,014	Mitrassist Lifesciences Limited	Բալոնային կաթետր (RX) 0,014", կաթետրի երկարությունը՝ 140 սմ: Բալոնի სიიւრը` Բեպակս: Կրկնակի հիդրոֆիլային ծածկույթի առկայություն: Մատակարարման համակարգ՝ Rapid exchange :Պատման ձևը՝ 3 թերթիկանի: Բալոնի նոմինալ բացման ճնշումը՝ ոչ ավել 6 մթն,պայթման առավելագույն ճնշումը՝14մթն: Մուտքային պրոֆիլը`0.031" , պրոքսիմալ շաֆթի տրամագիծը 2.0F/դիստալ մասի տրամագիծը՝ 2.36F – 2.7F (Ø1.75 մմ – 4.0 մմ): Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից բալոնի

				պահաջվող չափերն են ըստ տրամագծերի՝ -1.0, 1.25, 1.5,1.75, 2.0, 2.25, 2.5,2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0 մմ, Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից բալոնի պահանջվող չափերն են ըստ երկարության՝ - 8, 10, 12,15,20, 30մմ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար պարտադիր է արտադրող կազմակերպության կողմից մատակարարին տրված ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:
--	--	--	--	--