ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նանա Մեդ ՍՊԸ-ն ՏՄ ԻՋ ԱԱՊԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Dirui CS-T240Plus Auto-Chemistry Analyzer	DIRUI	CS-T240Plus	DIRUI INDUSTRIAL CO., LTD. / China	Լիովին ավտոմատ կենսաքիմիական վերլուծիչ Dirui CS-T240Plus Auto-Chemistry Analyzer:Վերլուծիչը ունի STAT (նմուշի առաջնահերթության) ֆունկցիա:Արտադրողականությունը առանց էլեկտրոլիտների հետազոտության ժամում 240 թեստ ժամում:Հետազոտության կատարման սկզբունքներն առնվազն՝ կոլորմետրիկ, տուրբոդիմետրիկ: Հետազոտության կատարման մեթոդներն առնվազն՝ վերջնակետ, կինետիկա, ֆիքսված ժամանակ: Նմուշների և ազդանյութերի համար

					նախատեսված դիրքերի քանակը 50 հատ: Ազդանյութերի և նմուշների պահպանման թմբուկը ունի սառեցման համակարգ նվազագույն ջերմաստիճանը +2 Co և առավելագույն ջերմաստիճանը +12Co պահպանման հնարավորությամբ: Սարքը ունի ազդանյութերի շտրիխների կոդերի համար նախատեսված ավտոմատ ընթերցման սարք: 1 հետազոտության դեպքում ազդանյութերի ծախսման քանակը ոչ ավել քան 360մl: 1 հետազոտության ծախսվող նմուշի քանակը՝ ոչ ավել քան 100մl: Սարքը ունի ազդանյութի ծավալի հայտնաբերման ավտոմատ հնարավորություն:Օգտագործվող նմուշների փորձանոթը Չափսերը 13x75 մմ և 13x100 մմ: Սարքը ունի ներքին և արտաքին համակարգերի լվացման հնարավորություն: Սարքը ունի ներկառուցված խառնիչ: Վերլուծիչը ունի կյուվետների համար նախատեսված առանձին խցիկ նախատեսված 56 կյուվետի դիրքով: Կյուվետների տեսակները օպտիկական պլաստիկ:

					Կյուվետները բազմակի օգտագործման են:Սարքը ունի ունենա կյուվետների բազմաստիճան լվացման կայան:Ջրի ծախսը ՝ 4,1 լ/ժ: Ռեակցիայի ջերմաստիճանը +37 Co ±0,2 Co: Սարքը ունի ներկառուցված լամպ հալոգեն տեսակի: Ալիքի երկարությունը 340-800 նմ 12 ֆիլտրով:Ֆիլտրների ալիքի երկարությունը 340նմ,380 նմ, 405նմ,450 նմ,480նմ, 505նմ, 546նմ, 570նմ, 600նմ, 660նմ, 700նմ, 800նմ: Համակարգչին միանալու հնարավորություն:LIS համակարգին միանալու հնարավորություն: Սարքի քաշը՝ 100 կգ: Սարքը կլինի նոր, չօգտագործված: Սարքը արտադրված կլինի ոչ պակաս 2025 թվականի արտադրության: Սարքը ունի 1 տարի գործարանային երաշխիք: Սարքի տեղադրումը և ուսուցումը կկատարեն արտադրողի կողմից որակավորում ստացած մասնագետները: ISO որակի սերտիֆիկատնեռրի առկայություն: Կենսաքիմիական վերլուծիչը ունի CE Mark (Regulation IVDR 2017/746):

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НАНА МЕД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՏՄ ԻՋ ԱԱՊԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Dirui CS-T240Plus Auto-Chemistry Analyzer	DIRUI	CS-T240Plus	DIRUI INDUSTRIAL CO., LTD. / China	Полностью автоматический биохимический анализатор Dirui CS-T240Plus Auto-Chemistry Analyzer или ERBA Global Biochemistry analyzer XL 200 или MINDRAY Biochemistry analyzer BS 240 Pro: Анализатор имеет функцию STAT (приоритет образца). Производительность без электролитов не менее 200 тестов в час и не более 240 тестов в час. Принципы исследования не менее колориметрический, турбодиметрический. Методы исследования не менее: конечная

						точка, кинетика, фиксированное время. Количество позиций для образцов и реагентов не менее 39 и не более 50 штук. Барабан для хранения реагентов и образцов должен иметь систему охлаждения с возможностью поддержания минимальной температуры не менее +2 Со и максимальной температуры не более +12 Со. Прибор должен иметь устройство автоматического считывания штрих-кодов реагентов. В случае 1 исследования объем расхода реагента не более 360мкл. Объем расходуемого образца за 1 исследование не более 100 мкл. Прибор должен иметь возможность автоматического определения объема реагента. Пробирка для используемых образцов Габариты 13х75 мм и 13х100 мм. Прибор должен иметь возможность промывки внутренних и внешних систем. Прибор должен иметь встроенный смеситель. Анализатор должен иметь отдельный отсек для кювет с позицией не менее 45 кювет. Типы кювет оптический

						пластик или оптическое стекло. Кюветы должны быть многоразовыми. Прибор должен иметь многоступенчатую станцию промывки кювет. Расход воды не более 6,5 л/ч. Температура реакции +37 Со ± 0,2 Со. Прибор должен иметь встроенную галогенную или светодиодную лампу. Длина волны 340-800 нм не менее 8 с фильтром: Длины волн фильтра 340-380 нм, 405-420 нм, 505-515 нм, 546-566 нм, 570-580 нм, 600-630 нм, 660-690 нм, 700-740 нм. Возможность подключения к компьютеру: Возможность подключения к системе ЛИС. Масса прибора не должна превышать 120 кг. Прибор должен быть новым, неиспользованным. Прибор должен быть изготовлен не позднее 2025 года. На прибор должна распространяться заводская гарантия 1 год. Монтаж и обучение работе с прибором должны выполнять специалисты, квалифицированные производителем. Наличие сертификатов качества ISO.

					Биохимический анализатор Должен иметь маркировку CE (Регламент IVDR 2017/746) или FDA или эквивалент из любой из стран ЕАЭС одно регистрационное удостоверение на медицинское изделие.