

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/138 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Կենսաբանական անվտանգության պահարան class 2 A2	Կենսաբանական անվտանգության պահարան class 2 A2	Կենսաբանական անվտանգության պահարան class 2 A2	Կենսաբանական անվտանգության պահարան class 2 A2	Իրական ժամանակում ՊՇՌ սարք, 96-ակոսանի Առնվազն 5 դետեկցիայի կանալներով և ֆյուլոբեսցենտային ռեզոնանսային էներգիայի տրանսֆերի ռեժիմով: Սարքի միացման հնարավորությունը՝ առնվազն Wi-Fi, Էթերնետ և USB Ունենա ամպային պլատֆորմ միջոցով կարգավորման, ռեակցիաների ծրագրավորման և կառավարման լիարժեք հնարավորություն: Պահպանման ֆայլերը օնլայն ամպային կրիչներում անվճար պահպանելու հնարավորություն: Ունենա

					հպումային էկրան՝ թեքման անկյան փոփոխման հնարավորությամբ: Ունենա փորձերի արդյունքների՝ ավտոմատ էլեկտրոնային փոստի հասցեին ուղարկելու հնարավորություն: Տաքացման առավելագույն արագությունը՝ առնվազն 5 °C/վ Տաքացման միջին արագությունը՝ առնվազն 3.2 °C/վ Տաքացման և սառեցման մեթոդը՝ Պելտիե Կափարիչը պետք է լինի տաքացվող, առնվազն 30-110 °C Սարքի ջերմային ռեժիմը՝ առնվազն 5-100 °C Ջերմաստիճանի համասեռությունը ակոսների միջև՝ ոչ ավել, քան $\pm 0.3^\circ\text{C}$ թիրախային ջերմաստիճանին հասնելուց 10 վրկ հետո Գրադիենտի հնարավորություն՝ առնվազն 30-100 °C Գրադիենտի ծրագրավորման միջակայքը՝ առնվազն 1-24 °C Դետեկցիայի համակարգը՝ Առնվազն 6 գրգռման կանալներ՝ իրենց LED աղբյուրներով Առնվազն 6 ֆոտոդիոդներ՝ դետեկցիայի համար Գրգռման միջակայքը, առնվազն 450-682 նմ Դետեկցիայի միջակայքը, առնվազն 510-727 նմ Չգայունությունը՝ մարդու
--	--	--	--	--	---

					թիրախային գեոմային ԴՆԹ-ի 1 պատճեն Դինամիկ միջակայքը՝ մագնիտոլդայի առնվազն 10 կարգ Կարդացման արագությունը՝ բոլոր կանալներով՝ ոչ ավել, քան 13 վ Միայն 1՝ կանաչ կանալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան 3 վ Մուլտիպլեքսային անալիզի հնարավորություն՝ 1 ակոսում առնվազն մինչև 5 թիրախների հայտնաբերում: Նմուշի ծավալը՝ առնվազն 2-50 մկլ Ծրագրային ապահովում՝ ամբողջական և մշտական լիցենզիայով՝ սարքի կառավարման, ծրագրավորման և տվյալների վերլուծության համար: Ծրագրային ապահովումը պետք է թույլ տա կատարել ավտոմատ վիճակագրական վերլուծություն վայրկյանների ընթացքում – գործարկել t-թեստեր կամ վերլուծել տվյալները միակողմանի տարաբևույթ վերլուծությամբ ընդամենը մի քանի քլիքով: Ստանալ ավելի նշանակալի տեղեկատվություն յուրաքանչյուր փորձարկումից – վերլուծել տվյալները սյունակային գրաֆիկների, կետագծային
--	--	--	--	--	--

					գրաֆիկների, կլաստերային աղյուսակների, ցրման գրաֆիկների միջոցով: Ստեղծել և արտահանել հրապարակման պատրաստ գրաֆիկներ - նշումներ կատարել գրաֆիկների վրա (P արժեքներ, տեքստեր, սլաքներ՝ հատուկ տվյալները ընդգծելու համար): Փոխել գույները, տառատեսակները, լեգենդները: Արտահանել գրաֆիկները ցանկացած չափի և լուծաչափով՝ ներկայացումների, պաստառների կամ հրապարակման համար: Կառավարել տվյալները արդյունավետ կերպով - ինտեգրվել լաբորատոր տեղեկատվական կառավարման համակարգերին (LIMS) և կարգավորել արտահանման ընտրանքները: Ճիշտ ձևաչափով տվյալները հնարավոր է ներմուծել LIMS համակարգից: Հատուկ ծրագրային ապահովում, որը ներմուծում և վերլուծում է տվյալների ֆայլերը, որոնք ստեղծվել են ԴԼԹ-ի նմուշների ջերմային դենատուրացիայի հիման վրա գենոտիպավորման համար: Ծրագրային ապահովումը կիրառվում է մի շարք ոլորտներում,
--	--	--	--	--	--

					ներառյալ՝ Գենային տարբերակների հայտնաբերում Միակնուկեռտիդային պոլիմորֆիզմի (SNP) սկրինինգ Ներմուծումների, ջնջումների կամ այլ անհայտ մուտացիաների նույնականացում Մերիլացված ԴՆԹ-ի տոկոսի վերլուծություն անհայտ նմուշներում Ֆայտի կոդավորում – ֆայտը չեն ԵԿԷ-ԸԱՃԱԴԲ-25/138-ից կարող բացվել կամ խմբագրվել այլ ծրագրերի կողմից: Ավտոմատ ֆայտի ստուգում – ֆայտի բացման տեխնիկական հատկությունները Ժամանակ ստուգվում են տվյալների ամբողջականությունն ու վավերությունը: Մարքի տեղադրումը և անձնակազմի ուսուցումը պետք է կատարվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Մատակարարը պետք է ներկայացնի արտադրողի լիազորագիր՝ վերջնական օգտագործողի և մրցույթի համարի նշումով Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ԱՆԻՍԵԴ ՍԴԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԿԷ-ԸԱՃԱԴԲ-25/138-ից представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		ժրագրերի կողմից: Ավտոմատ ֆայտի ստուգում – ֆայտի բացման տեխնիկական հատկությունները Ժամանակ ստուգվում են տվյալների ամբողջականությունն ու վավերությունը: Մարքի տեղադրումը և անձնակազմի ուսուցումը պետք է կատարվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Մատակարարը պետք է ներկայացնի արտադրողի լիազորագիր՝ վերջնական օգտագործողի և մրցույթի համարի նշումով Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1					

					իրականացնել պատշաճ պայմաններում: Երաշխիք 1 տարի Գնային ներկայացնել առանց ԱԱՀ-ի, քանի որ մրցույթը իրականացվում է Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում, որը ազատված է ԱԱՀ-ից: Տես կից փաստաթուղթը
--	--	--	--	--	---