

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կվանտա ՍՊԸ-ն ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ 25/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ուրոլոգիական հետազոտությունների սարքեր	Wired FlowComp-NG	Wired FlowComp-NG	Status Medical Equipments, Հնդկաստան	Ուրոֆլուոմետր Ուրոֆլուոմետր, ապարատը պետք է պարամետրերը չափի և հաշվետվությունը տպի ավտոմատ կերպով: Դատարկման ծավալի չափման միջակայքը 0-1000մլ, դատարկման ժամանակի չափման միջակայքը 0-300 վայրկյան, մեզի հոսքի արագության չափման միջակայքը 0-50մլ/վ, սնուցումը 220Վ, 50Հց: Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են

				լիարժեքգործունեության համար՝ ծագար, բաժակ, ծրագրայինապահովում և այլն: Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փակ գործարանային տուփով, օգտագործողի հայերեն կամ ռուսերեն կամ անգլերենձեռնարկ: Մատակարարը պետք է ապահովիսարքավորման անվնաս տեղափոխումը, տեղադրումը: Աշխատանքային ռեժիմի բերումը, գործարկումը պետքէ կատարվի բժշկական կենտրոնի տարածքում՝պատվիրատուի ներկայացուցչի ներկայությամբ: Տեղադրումը, ուսուցումը և երաշխիքային ժամկետիընթացքում տեխնիկական սպասարկմանաշխատանքներ՝ սերտիֆիկացված մասնագետիկողմից: Երաշխիք ոչ պակաս, քան 12 ամիս: Վկայագրեր և ստանդարտներ առնվազն ISO-13485, CE կամ համարժեք:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Кванта ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UРЧ-ЕЦДЦПQР 25/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					