

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԵՄՀԱՐ ՍՊԸ-Ն ՀՀ ԱՆ ԷՎՃԱՊՁԲ-ԳՀԾՀԽ-2025-50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Զափարաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Փիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Էլեկտրասրտագրմ ան սարքեր	Էլեկտրասրտագրմ ան սարքեր	Էլեկտրասրտագրմ ան սարքեր	Էլեկտրասրտագրմ ան սարքեր	DICOM տվյալների փոխանցման շարժական ԷՍԳ Զայնագրող ԷՍԳ արտածումներ. 12 ստանդարտ արտածումներ Զայնագրող կանալներ. 1/3-ի օգտագործողի ընտրությամբ Բարձր լուծաչափով թվային դիսփլիցի առկայություն. անկյունագիծը ոչ պակաս քան 5,5" Արտածումների փոխումը. ձեռքով և ավտոմատ Զգայունություն, մմ / մմ՝ ոչ պակաս քան 5, 10, 20, ավտոմատ Կարգաբերման ազդանշան. ավտոմատ և ձեռքով ԷՍԳ չափումներ՝ բոլոր արտածումները, միջին, ճշգրտված HR- ի միջին RR

PR- ի միջակայքում QRS  
տևողություն QT ընդմիջում և QTc  
միջակայք, Սոկոլով-Լիոն ինդեքս P,  
R, T առանցք  
Հաճախականությունների սահմանը,  
Hz ախտորոշչիք. Դեֆիբրիյացիայի  
պաշտպանություն ըստ AAMI / IEC  
60601-2-25: 2011 ստանդարտներ  
Աղմուկի հարմարվողական թվային  
գտում ոչ պակաս քան 1-350 <g  
հաճախականությամբ միջակայքում  
Զայնագրիչ. INOP-ի կառավարումն  
անկախ յուրաքանչյուր էլեկտրոդի և  
պեյսմեյկերի հայտնաբերման  
համար Զայնագրման եղանակը՝  
չերմային թուղթ Տարլուծումը  
առևկազն՝ 8 կետ / մմ Զայնագրող  
թուղթ՝ ոչ պակաս քան 80մմ x 20մ  
Համատեղելի ինչպես  
գլանափաթեթի, այնպես ել Z-ձևի  
թղթի հետ Զայնագրման  
արագությունը՝ մմ / վրկ՝ 5 /10 /  
25/50 օգտագործողի կողմից  
ընտրելի Ներքին վերալիցքավորվող  
մարտկոց Մարտկոցի գործարկման  
ժամանակը. ոչ պակաս քան 4 ժամ  
շարունակական աշխատանք կամ  
350 ԷՍԳ ձայնագրում Միացման ձևը՝  
ստանդարտ կամ կաբրերա ԷՍԳ

ինտերապրիտացիայի առկայություն  
ոչ պակաս քան 1000 ԷՍԳ հիշելու  
ուսակություն Ներկառուցված  
դեֆիբրիյացիայի պաշտպանության  
համակարգի առկայություն  
Փոխանցվող տվյալների ձեւաչափը  
ոչ պակաս քան HL7, XML եւ DICOM  
DICOM Services (C-STORE, C-FIND, C-  
MOVE, C-GET, Modality Worklist  
(MWL) պրոտոկոլների ապահովում  
Ելեկտրոնային առողջապահական  
համակարգ փոխանցվող  
պարտադիր թվային տվյալների  
ցանկը՝ left axis deviation, right axis  
deviation, QTc interval, long QT  
interval, long QTc interval, short QT  
interval, short QTc interval, ST  
segment elevation, ST segment  
depression, absent ST segment, PR  
segment depression, PR segment  
elevation, PR prolongation, positive P  
wave, negative P wave, wide P wave,  
high QRS voltage, low QRS voltage,  
short PR interval, short RP interval,  
PR interval, absent P waves, flattened  
P wave, inverted P waves, flattened T  
waves, hyperacute T wave, peaked T  
wave, tall T wave, T wave notching, T  
wave inversion, decreased T wave

amplitude, biphasic T waves, pathological Q waves, delta wave, pseudo r' wave, fibrillatory waves, flutter waves, wide QRS complexes, regular QRS intervals, irregular QRS intervals, regularly irregular QRS intervals, irregularly irregular QRS intervals, premature atrial contractions, premature ventricular contractions, normal sinus rhythm, Heart Rate, left posterior fascicular block, left anterior fascicular block, left bundle branch block, right bundle branch block, left atrial abnormality, right atrial abnormality, hypertrophy of right ventricle, hypertrophy of left ventricle, complete atrioventricular block, sinoatrial exit block, ventricular bigeminy, ventricular couplets, non-sustained ventricular tachycardia, sustained ventricular tachycardia Էլեկտրոնային առողջապահական համակարգ փոխանցվող ցանկալի բայց ոչ պարտադիր թվային տվյալների ցանկը՝ P after QRS, non-conducted P waves, prominent U waves, negative U waves, J wave, epsilon wave, electrical alternans, clockwise cardiac

<b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b>					<b>rotation, torsade de pointes, sinus arrest, alternating bradycardia and tachycardia, ventricular trigeminy, S1Q3T3 pattern, McGinn-White sign, sine wave pattern ԵՍԳ գեկույցը համակարգչին կամ սմարթֆոնին ուղարկելու գործառույթի առկայությունը Համակարգի վրա ԱՅօ լուսաների ասիստանում Ենձնիչը-Գօշի-2025-50 հիշ ստուգում և արխիվացում Ծորին</b>
<b>предлагаемого товара</b>					
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	марка	наименование производителя
1					Կողերի սկաների միացման հարացողությունը Wi-Fi մոդուլի տեխнические характеристики առկայությունը Էլեկտրոնային գործությունների 220Վ / 50Հց: Ռուսերեն և անգլերեն մեջյունի առկայություն Արտեսուարներ 1. Հիվանդի մալուխ 2. Կրծքավանդակի վերջույթների 6 Էլեկտրոն 3. 4 վերջույթների Էլեկտրոններ 4. 1 շիշ ԵՍԳ գել 5. 2 թղթի փաթռույթ Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ

Են լիարժեք գործունեության համար  
Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս  
Որակի վկայականներ  
(առկայություն) ISO13485 կամ  
համարժեք CE Mark (Directive  
93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք  
Մատակարարը պետք է  
իրականացնի աշխատակազմի  
ուսուցում տեղում՝ 10  
մարզկենտրոններում հրավիրված  
ԲՄԿ աշխատակիցների համար