

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԴԹԵՅԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԳՀԾՀԽ-2025-50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Էլեկտրասրտագրմ ան սարքեր	Էլեկտրասրտագրմ ան սարքեր	Էլեկտրասրտագրմ ան սարքեր	Էլեկտրասրտագրմ ան սարքեր	DICOM տվյալների փոխանցման շարժական EUS Ձայնագրող EUS արտածումներ. 12 ստանդարտ արտածումներ Ձայնագրող կանալներ. 1/3-ի օգտագործողի ընտրությամբ Բարձր լուծաչափով թվային դիսփլեյի առկայություն. անկյունագիծը ոչ պակաս քան 5,5" Արտածումների փոխումը. ձեռքով և ավտոմատ Չգայունություն, մմ / մվ` ոչ պակաս քան 5, 10, 20, ավտոմատ Կարգաբերման ազդանշան. ավտոմատ և ձեռքով EUS չափումներ` բոլոր արտածումները, միջին, ճշգրտված HR- ի միջին RR

PR- ի միջակայքում QRS տևողությունը QT ընդմիջում և QTc միջակայք, Սոկոլով-Լիոն ինդեքս P, R, T առանցք Հաճախականությունների սահմանը, Hz ախտորոշիչ. Դեֆիբրիլյացիայի պաշտպանություն ըստ AAMI / IEC 60601-2-25: 2011 ստանդարտներ Աղմուկի հարմարվողական թվային գտում ոչ պակաս քան 1-350 Հց հաճախականությամբ միջակայքում Ձայնագրիչ. INOP-ի կառավարումն անկախ յուրաքանչյուր էլեկտրոդի և պեյսմենտների հայտնաբերման համար Ձայնագրման եղանակը՝ ջերմային թուղթ Տարլուծումը առնվազն՝ 8 կետ / մմ Ձայնագրող թուղթ՝ ոչ պակաս քան 80մմ x 20մմ Համատեղելի ինչպես գլանափաթեթի, այնպես էլ Z-ծևի թղթի հետ Ձայնագրման արագությունը՝ մմ / վրկ՝ 5 /10 / 25/50 օգտագործողի կողմից ընտրելի Ներքին վերալիցքավորվող մարտկոց Մարտկոցի գործարկման ժամանակը. ոչ պակաս քան 4 ժամ շարունակական աշխատանք կամ 350 ԷՍԳ ձայնագրում Միացման ձևը՝ ստանդարտ կամ կաբերա ԷՍԳ
--

					ինտերպրիտացիայի առկայություն Ոչ պակաս քան 1000 ECG հիշելու ունակություն Ներկառուցված դեֆիբրիլյացիայի պաշտպանության համակարգի առկայություն Փոխանցվող տվյալների ձեւաչափը ոչ պակաս քան HL7, XML եւ DICOM DICOM Services (C-STORE, C-FIND, C- MOVE, C-GET, Modality Worklist (MWL) պրոտոկոլների ապահովում Էլեկտրոնային առողջապահական համակարգ փոխանցվող պարտադիր թվային տվյալների ցանկը՝ left axis deviation, right axis deviation, QTc interval, long QT interval, long QTc interval, short QT interval, short QTc interval, ST segment elevation, ST segment depression, absent ST segment, PR segment depression, PR segment elevation, PR prolongation, positive P wave, negative P wave, wide P wave, high QRS voltage, low QRS voltage, short PR interval, short RP interval, PR interval, absent P waves, flattened P wave, inverted P waves, flattened T waves, hyperacute T wave, peaked T wave, tall T wave, T wave notching, T wave inversion, decreased T wave
--	--	--	--	--	--

						amplitude, biphasic T waves, pathological Q waves, delta wave, pseudo r' wave, fibrillatory waves, flutter waves, wide QRS complexes, regular QRS intervals, irregular QRS intervals, regularly irregular QRS intervals, irregularly irregular QRS intervals, premature atrial contractions, premature ventricular contractions, normal sinus rhythm, Heart Rate, left posterior fascicular block, left anterior fascicular block, left bundle branch block, right bundle branch block, left atrial abnormality, right atrial abnormality, hypertrophy of right ventricle, hypertrophy of left ventricle, complete atrioventricular block, sinoatrial exit block, ventricular bigeminy, ventricular couplets, non-sustained ventricular tachycardia, sustained ventricular tachycardia Էլեկտրոնային առողջապահական համակարգ փոխանցվող ցանկալի բայց ոչ պարտադիր թվային տվյալների ցանկը` P after QRS, non-conducted P waves, prominent U waves, negative U waves, J wave, epsilon wave, electrical alternans, clockwise cardiac
--	--	--	--	--	--	---

					rotation, torsade de pointes, sinus arrest, alternating bradycardia and tachycardia, ventricular trigeminy, S1Q3T3 pattern, McGinn-White sign, sine wave pattern ԷՍԳ գեկոյցը համակարգչին կամ սմարթֆոնին ուղարկելու գործառույթի առկայություն Համակարգչի վրա ԷՍԳ տվյալների պահպանում
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара МЕДТРЕЙД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 220-Ч/50-420-2025-50 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					ՀՀ ԱՆ ԷՍԳ ԴԶԲ-420-2025-50 ստուգում և արխիվացում Շտրիխ կոդերի սկաների միացման հնարավորություն Wi-Fi մոդուլի
Номер лота			Предлагаемый товар		технические характеристики առկայություն Էլեկտրոսնուցումը`
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1					220 Կ / 50 ՀԳ: Ռուսերեն և անգլերեն մենյուի առկայություն Աքսեսուարներ 1. Հիվանդի մալուխ 2. Կրծքավանդակի վերջույթների 6 Էլեկտրոդ 3. 4 վերջույթների Էլեկտրոդներ 4. 1 շիշ ԷՍԳ գել 5. 2 թղթի փաթույթ Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի Նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ

				են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք Մատակարարը պետք է իրականացնի աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ 10 մարզկենտրոններում հրավիրված ԲՄԿ աշխատակիցների համար
--	--	--	--	---