

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԳՀԾՀԽ-2025-50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Էլեկտրասրտագրմ ան սարք BeneHeart R300	Էլեկտրասրտագրմ ան սարք BeneHeart R300	BeneHeart R300	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd	DICOM տվյալների փոխանցման շարժական EUS Զայնագրող EUS արտածումներ. 12 ստանդարտ արտածումներ Զայնագրող կանալներ. 1/3-ի օգտագործողի ընտրությամբ Բարձր լուծաչափով թվային դիսփլեյի առկայություն. Անկյունագիծը՝ 5" Արտածումների փոխումը. ձեռքով և ավտոմատ Չգայունություն, մմ / մվ՝ 1.25, 2,5, 5, 10, 20, 10/5, 20/10 ավտոմատ Կարգաբերման ազդանշան. ավտոմատ և ձեռքով EUS չափումներ՝ բոլոր արտածումները, միջին, ճշգրտված HR- ի միջին RR

PR- ի միջակայքում QRS տևողություն QT ընդմիջում և QTc միջակայք, Սոկոլով-Լիոն ինդեքս P, R, T առանցք Հաճախականությունների սահմանը, Hz ախտորոշիչ. Դեֆիբրիլյացիայի պաշտպանություն ըստ AAMI / IEC 60601-2-25: 2011 ստանդարտներ Աղմուկի հարմարվողական թվային գտում՝ 0.56-350 Հց հաճախականությամբ միջակայքում Ձայնագրիչ. INOP-ի կառավարումն անկախ յուրաքանչյուր էլեկտրոդի և պեյսմենտների հայտնաբերման համար Ձայնագրման եղանակը՝ ջերմային թուղթ Տարլուծումը՝ 8 կետ / մմ Ձայնագրող թուղթ՝ 80մմ x 20մմ Համատեղելի ինչպես գլանափաթեթի, այնպես էլ Z-ծևի թղթի հետ Ձայնագրման արագությունը՝ մմ / վրկ՝ 5 /12.5 / 25/50 օգտագործողի կողմից ընտրելի Ներքին վերալիցքավորվող մարտկոց Մարտկոցի գործարկման ժամանակը. 6 ժամ շարունակական աշխատանք կամ 500 ԷՍԳ ձայնագրում Միացման ձևը՝ ստանդարտ կամ կաբերերա ԷՍԳ ինտերպրիտացիայի առկայություն
--

					1200 ԷՍԳ հիշելու ունակություն Ներկառուցված դեֆիբրիլյացիայի պաշտպանության համակարգի առկայություն Փոխանցվող տվյալների ձեռնագիր՝ HL7, XML եւ DICOM DICOM Services (C-STORE, C- FIND, C-MOVE, C-GET, Modality Worklist (MWL) պրոտոկոլների ապահովում "Էլեկտրոնային առողջապահական համակարգ փոխանցվող պարտադիր թվային տվյալների ցանկը՝ left axis deviation, right axis deviation, QTc interval, long QT interval, long QTc interval, short QT interval, short QTc interval, ST segment elevation, ST segment depression, absent ST segment, PR segment depression, PR segment elevation, PR prolongation, positive P wave, negative P wave, wide P wave, high QRS voltage, low QRS voltage, short PR interval, short RP interval, PR interval, absent P waves, flattened P wave, inverted P waves, flattened T waves, hyperacute T wave, peaked T wave, tall T wave, T wave notching, T wave inversion, decreased T wave amplitude, biphasic T waves, pathological Q waves, delta
--	--	--	--	--	--

						wave, pseudo r' wave, fibrillatory waves, flutter waves, wide QRS complexes, regular QRS intervals, irregular QRS intervals, regularly irregular QRS intervals, irregularly irregular QRS intervals, premature atrial contractions, premature ventricular contractions, normal sinus rhythm, Heart Rate, left posterior fascicular block, left anterior fascicular block, left bundle branch block, right bundle branch block, left atrial abnormality, right atrial abnormality, hypertrophy of right ventricle, hypertrophy of left ventricle, complete atrioventricular block, sinoatrial exit block, ventricular bigeminy, ventricular couplets, non-sustained ventricular tachycardia, sustained ventricular tachycardia " "Էլեկտրոնային առողջապահական համակարգ փոխանցվող ցանկալի բայց ոչ պարտադիր թվային տվյալների ցանկը` P after QRS, non-conducted P waves, prominent U waves, negative U waves, J wave, epsilon wave, electrical alternans, clockwise cardiac rotation, torsade de pointes, sinus
--	--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара Теофарма Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՍՍԸԸՍԻ ԴԲ-ԳՀԾՀԽ-2025-50 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					arrest, alternating bradycardia and tachycardia, ventricular trigeminy, S1Q3T3 pattern, McGinn-White sign, sine wave pattern" ԷՍԳ զեկույցը համակարգչին կամ սմարթֆոնին ուղարկելու գործառնության առկայություն Համակարգչի վրա ԷՍԳ տվյալների պահպանում, ստուգում և արհիվանդում Հարին կոդերի սկաների միացման հնարավորություն Wi-Fi մոդուլի առկայություն Էլեկտրոստիտուլոգիա`</p> <p>технические характеристики` 220 Վ / 50 Հց: Ռուսերեն և անգլերեն մենյուի առկայություն Արժեքստույաներ 1. Հիվանդի մալուխ 2. Կրծքավանդակի վերջույթների 6 Էլեկտրոդ 3. 4 վերջույթների Էլեկտրոդներ 4. 1 շիշ ԷՍԳ գել 5. 2 թղթի փաթույթ Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը` 24 ամիս Որակի
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1					

					վկայականներ (առկայություն) ISO13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC) Մատակարարը կիրականացնի աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ 10 մարզկենտրոններում հրավիրված ԲՄԿ աշխատակիցների համար
--	--	--	--	--	---