

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌՈՄԱ ՍՊԸ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/42 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
53	SERUM HN	Cormay Diagnostics	"Ստուգիչ սիճուկ նորմալ, նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների BS-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար Ֆորմատ՝ 5մլ: Հավաքածուն պետք է ներառի BS-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն: Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only 1հատ=1տուփ"

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "С" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УАПЧ-ЕЦДЦПДР-25/42 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
53			