

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՄՀԱՐ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Դեֆիբրիլյատոր մոնիտորով	Դեֆիբրիլյատոր մոնիտորով	Դեֆիբրիլյատոր մոնիտորով	Դեֆիբրիլյատոր մոնիտորով	Ամբողջական դեֆիբրիլիատոր- մոնիտոր նախատեսված սրտային խնդիրների անհետաձգելի օգնության համար , մշակված է բավարարելու բազային վերակենդանացման ծառայության և ընդլայնված վերակենդանացման ծառայության հիվանդների պրոտոկոլներին: Մոնիտորը հնարվություն ունի իրականացնելու դեֆիբրիլիացիան MANUAL, ADVISORY կամ AED ռեժիմներում: Չափերը ոչ ավել քան` 370 x 245 x 345 mm Քաշը ոչ ավել քան ` 5,6 կգ / Ներառյալ մարտկողները / Սնուցումը

AC 100-240 VAC, 50/60 Hz, 12V  
փոխակերպիչ ավտոմեքենայի  
համար /հնարավորություն/ :  
Լիցքավորվող մարտոց 15.0 V - 3.2  
Ah Lithium-ion Լիցքավորված  
մարտկոցով օգտագործման  
ժամանակը առնվազն ` 5 ժամ  
Մարտկոցի լիցքավորման  
ժամանակը ոչ ավել ` 3 ժամ  
Առնվազն 150 դեֆիբրիլիացման  
230Ջ ուժով ամբողջությամբ  
լիցքավորված մարտկոցով Ձայնային  
և տեքստային բազմալեզու ծրագրի  
առկայություն Հիշողությունը  
առնվազն ` 4գբթ, 300 ժամ EՍԳ  
տվյալ, իրադարձություն և  
օգտագործման ընթացքում  
իրականացված գործողությունների  
պահպանում Պահպանված  
իրադարձությունների /events /  
դիտում և տպագրում Մեկուսացումը  
` EՍԳ տեսակը CF, դեֆիբրիլիացիայի  
տեսակը BF Ջրակայունության  
աստիճանը ` Class IPX4  
Դեֆիբրիլիացում ` Երկփուլային  
կրճատված էքսպոնենցիալ (BTE),  
HiCAP տեխնոլոգիա (մեծ կուտակիչ  
կոնդենսատոր)  
Դիմադրողականություն `

կոնպենսացվող , միջակայքը ոչ ավել  
25-200 օհմ Վերալիցքավորում ` առնվազն 6վ 230ջ AED ռեժիմ  
Ֆիքսված ուժ առնվազն 200ջ  
Կիրառվող պրոտոկոլը առնվազն`  
ERC 2015 սիրտ-թոքային  
վերակենդանացման ուղեցույցներ`  
ձայնային և տեքստային  
հուշումներով Շոկային ռեժիմները `  
VF ամպլիդուտը » 0.15 mV և VT  
ռիթմը »150 bpm Չգայունությունը`  
Շոկային ռիթմ-VF » 95%, Շոկային  
ռիթմ - VT » 75% Սպեցիֆիկությունը`  
Համաձայն ERC 2015-ի, Նորմալ  
սինուսոիդալ ռիթմ » 99%,  
Ասիստոլիա և այլ ոչ շոկային ռիթմեր  
» 95% Manual ռեժիմ Առնվազն 1 -  
230 Ջ (1-10 Ջ-ից 1 Ջ քայլով; 10-ից  
230 Ջ-ից 10 Ջ քայլով) Հրահանգներ`  
Բազմաֆունկցիոնալ կարգավորման  
կոճակ: Լիցքավորման և  
հարվածային կոճակ անմիջապես  
առջևի վահանակում` ձեռքերը  
ազատ դեֆիբրիլյացիայի համար  
Գործարկման ռեժիմ ` ԷՍԳ «R» ալիքի  
սինխրոն կամ ասինխրոն ռեժիմ  
Էկրանը` Բարձր կոնտրաստային TFT  
գունավոր LCD առնվազն 7 դյույմ  
(800X480 կետ) Ցուցադրման ռեժիմ`

Կարող է ընտրվել 3, 6, 12 ԷՍԳ  
ուղիներ ԷՍԳ մոնիտորինգ  
Թողունակությունը առնվազն՝ 0.5 -  
120 Հց (-3 դԲ) ֆիլտրերը անջատած  
վիճակում CMRR » 95 դԲ Մուտքային  
դիմադրողականություն՝ » 20 Մոհմ  
Մուտքը՝ Հիվանդի մալուխ առնվազն  
5 արտածումով (I, II, III, aVL, aVF,  
aVR, V) - ստանդարտ Ուժեղացում  
առնվազն՝ 2,5, 5, 10, 20, 40 մմ/մվ  
հիվանդի մալուխով: Ավտոմատ՝  
պնակներով Արագություն առնվազն՝  
5, 10, 25, 50 մմ/վ Չտիչներ ոչ  
պակաս՝ 550/60 Հց, ԷՍԳ ֆիլտր,  
բազային գիծ Մոնիտորինգի  
ռեժիմում թողունակությունը  
առնվազն՝ 0.6 - 40 Hz (-3 db)  
Դիագնոստիկ ռեժիմում  
թողունակությունը առնվազն՝ 0.05 -  
120 Hz (-3 db) Սրտի զարկեր  
առնվազն՝ 20 - 300 զ/ր (~ 2%),  
թվային ցուցմունք Էկրանին  
Ազդանշան՝ Սրտի առավելագույն  
զարկերը՝ կարգավորվող 250 զ/ր,  
սրտի նվազագույն զարկ 20 զ/ր  
Ներկառուցված տպիչ՝ Ինտեգրված  
ջերմային առնվազն 3 ալիքային  
տպիչ՝ ԷՍԳ հետքերի և  
իրադարձությունների

ЭМАР ООО в качестве участника					<p>փաստաթղթավորման համար, ներառյալ սրտի բաբախի/SpO2/NIBP արժեքները / SpO2/NIBP հնարավորություն/ Թղթի արագությունը նվազագույնը՝ 5, 10, 25, 50 մմ/վ Գործարկման ռեժիմները առնվազն՝ Ձեռքով, ավտոմատ (10 դյույմանոց նախնական և հետիարկածային ծակագոտություն) Արտեսուկարներ Պայուսակի առկայություն Տեղափոխման սկզբում մարտիկ ECG մարտիկ տեխնիկական բնութագրերը առնվազն 5 արտածման համար</p>
<b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b>					
<b>предлагаемого товара</b>					
ЭМАР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом <...> представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар марка	Предлагаемый товар наименование производителя	<p>առկայություն Տեղափոխման սկզբում մարտիկ ECG մարտիկ տեխնիկական բնութագրերը առնվազն 5 արտածման համար</p>
2					<p>Տախի Թղթի առկայություն առնվազն՝ 10 հատ Սարքը պետք է համապատասխանի՝ IEC 60601-2-4; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2, ANSI/AAMI 60601-2-4; ANSI/AAMI 60601-1; ANSI/AAMI 60601-1-2 ստանդարտներին CE Mark EEC 93/42 • Medical device, Class IIb Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, երաշխիքային ժամկետը առնվազն՝ 1 տարի:</p>